

MEMORANDO DAES/SMS Nº 143/2025

Betim, 28 de agosto de 2025

De: Diretoria da Atenção Especializada à Saúde
Teresinha Faustino Ferreira de Oliveira
Divisão de Saúde Bucal
Daniela Gomes dos Reis Martins / Monica Cibeles Firmo

Para: Seção de Licitação
A/c Fidelis C. O. Coelho Dias

Assunto: Parecer Técnico Referente ao Processo FMS 0085/2025

Prezado;

Em resposta ao Memorando/Seção de Licitação nº 238/2025, de referência do processo da Licitação Pregão Eletrônico nº 33/2025 - PAC nº 85/2025, o qual solicita parecer técnico acerca das propostas e documento técnico das empresas:

- DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA: ITENS 08, 10, 15, 19, 24, 27 E 32;
- DENTAL IPO LTDA: ITENS 12, 13, 14, 18, 22, 31 E 33;
- DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: ITEM 30;
- YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA: ITEM 02.

Antes da análise técnica, faço uma observação: a empresa DENTAL IPO LTDA apresentou o item 13, que não citado em seu memorando nº 238/2025. Solicito confirmação da indicação do item.

As empresas BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA, DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA e YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA atendem ao que foi requisitado; dou, portanto, meu parecer técnico favorável em relação aos itens indicados por elas.

Com relação à empresa DENTAL IPO LTDA, os itens 12, 13, 14, 18 e 22 apresentaram INCONFORMIDADE com o descritivo indicado. Os itens 31 e 33 atendem ao que foi requisitado, tendo parecer favorável para estes dois itens.

Após análise da descrição dos itens solicitados no processo de pregão eletrônico (itens 12, 13, 14, 18 e 22) e comparação com as informações técnicas disponibilizadas pelo fabricante, verifica-se que a resina composta fotopolimerizável nano-híbrida com zircônia, **FORMA**, não atende aos requisitos colocados no descritivo, existindo uma **inconformidade entre a finalidade descrita no edital/pregão e a real indicação do fabricante**. Esse material não atende aos critérios solicitados visando à **confeção de próteses odontológicas**

em laboratório de prótese dentária. No descritivo, solicitamos resinas micro-híbridadas devido necessidade de maior resistência mecânica dos trabalhos protéticos, principalmente dos dentes posteriores.

Dessa forma, conclui-se que o material descrito **não é adequado para confecção de próteses dentárias em ambiente laboratorial**, estando em inconformidade com a especificação apresentada no processo. Assim, os itens **12, 13, 14, 18 e 22** estão em **inconformidade técnica** com a finalidade declarada de "uso em laboratório" e não atendem à especificação de material próprio para prótese odontológica laboratorial.

Atenciosamente,

Monica Cibele Neves Firmo
Referência Técnica Saúde Bucal

Monica Cibele Neves Firmo
Referência Técnica da Saúde Bucal

Daniela Gomes dos Reis Martins
Área Técnica/Divisão de Saúde Bucal