

DE: Diretoria de Assistência Farmacêutica e Insumos (DAFI)

PARA: Seção de Licitação da Saúde – CPL / Saúde

A/C: Tatiane Flávia Silva Luz

381
PL

MEMO DAFI/INS Nº: 85/2026

DATA: 27/03/2026

REF: PE 02/2026 – PAC 06/2026 – RP 02/2026

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de pulseiras e etiquetas com equipamentos em comodato a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde de Betim.

Informamos que após a análise das documentações, propostas, amostras e folders técnicos referentes ao PE 02/2026, PAC 06/2026, RP 02/2026, em resposta ao memorando nº 060/2026 encaminhado a Diretoria de Assistência Farmacêutica e Insumos em 09/03/2026 pela Seção de Licitação da Saúde – CPL / Saúde emitimos o parecer técnico dos itens:

- CITSO COMERCIO E SERVIÇO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, no lote "01, item 01, sob código ARES 950383035" – Avaliação através do folder técnico e da amostra da marca CAMASSO ATENDE às especificações do edital.

- CITSO COMERCIO E SERVIÇO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, no lote "10, item 10, sob código ARES 1116683035" – Avaliação através do folder técnico e da amostra da marca CAMASSO ATENDE às especificações do edital.

- CITSO COMERCIO E SERVIÇO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, no lote "10, item 11, sob código ARES 1117013035" – Avaliação através do folder técnico e da amostra da marca CAMASSO ATENDE às especificações do edital.

Lote 10 - fornecimento de equipamento em comodato. Equipamento avaliado pelo engenheiro clínico (parecer em anexo).

381 ✓
PC

- **CITSO COMERCIO E SERVIÇO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, no lote 11, item 12, sob código ARES 1117033035** – Avaliação através do folder técnico e da amostra da marca **CAMASSO ATENDE** às especificações do edital.

Lote 11 - fornecimento de equipamento em comodato. Equipamento avaliado pelo engenheiro clínico (parecer em anexo).

- **INNOVA BIDDING LTDA, no lote "04, item 04, sob código ARES 950413035"** – Avaliação através do folder técnico e da amostra da marca **INNOVA BIDDING MODELO PLASTIC BAND ATENDE** às especificações do edital.

- **INNOVA BIDDING LTDA, no lote "04, item 04.1, sob código ARES 950413035"** – Avaliação através do folder técnico e da amostra da marca **INNOVA BIDDING MODELO PLASTIC BAND ATENDE** às especificações do edital.

- **R & U REPRESENTAÇÕES LTDA, no lote "02, item 02, sob código ARES 950393035"** – Avaliação através do folder técnico e da amostra da marca **IDENTIFLEX (FORTE) ATENDE** às especificações do edital.

- **R & U REPRESENTAÇÕES LTDA, no lote "03, item 03, sob código ARES 950403035"** – Avaliação através do folder técnico e da amostra da marca **IDENTIFLEX (FORTE) ATENDE** às especificações do edital.

- **R & U REPRESENTAÇÕES LTDA, no lote "05, item 05, sob código ARES 950423035"** – Avaliação através do folder técnico e da amostra da marca **IDENTIFLEX (FORTE) ATENDE** às especificações do edital.

- **R & U REPRESENTAÇÕES LTDA, no lote "06, item 06, sob código ARES 950443035"** – Avaliação através do folder técnico e da amostra da marca **IDENTIFLEX (FORTE) ATENDE** às especificações do edital.

- **R & U REPRESENTAÇÕES LTDA, no lote "06, item 06.1, sob código ARES 950443035"** – Avaliação através do folder técnico e da amostra da marca **IDENTIFLEX (FORTE) ATENDE** às especificações do edital.

- **R & U REPRESENTAÇÕES LTDA, no lote "07, item 07, sob código ARES 1117003035"** – Avaliação através do folder técnico e da amostra da marca **IDENTIFLEX (FORTE) ATENDE** às especificações do edital.

- **R & U REPRESENTAÇÕES LTDA, no lote "08, item 08, sob código ARES 1116673035" -**
Avaliação através do folder técnico e da amostra **da marca IDENTIFLEX (FORTE) ATENDE**
às especificações do edital.

- **R & U REPRESENTAÇÕES LTDA, no lote "09, item 09, sob código ARES 1116663035" -**
Avaliação através do folder técnico e da amostra **da marca IDENTIFLEX (FORTE) ATENDE**
às especificações do edital.

OBS - Conforme especificação do edital licitatório "... a entrega das amostras deverá se dar no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação", conforme item 22 Termo de referência (Anexo I do edital). Data da solicitação das amostras 06/03/2026, com prazo para envio a partir de 09/03/2026, (prazo para entrega até dia 13/03/2026. Amostras avaliadas por servidores do Hospital Regional de Betim e por servidores da rede.

Atenciosamente.

Paula Letícia Silva
enfermeira COEN 147129

Paula Letícia Silva

Enfermeira - COREN MG 147129

Seção de estratégia de programação e aquisição

Daniela S. Resende
Assessor VI da Diretoria de
Assistência Farmacêutica e Insumos
Matrícula: 023027851

Daniela da Silva Resende

Assessor VI da Diretoria de Assistência Farmacêutica e Insumos

Matrícula 023027851

em
Branco

PARECER TÉCNICO – ENGENHARIA CLÍNICA

383
JCC

Betim, 26, de Marco de 2026

Assunto: Avaliação do comodato Impressora Térmica referente ao Edital Licitatório, PE 02/2026, PAC 06/2026

Os equipamentos descritos nos itens abaixo foram avaliados:

* Impressora de Pulseira, comodato dos itens 10 e 11 do edital licitatório, PE 02/2026, PAC 06/2026, modelo GS-2208D.

* Impressora de Etiqueta, comodato do item 12 do edital licitatório, PE 02/2026, PAC 06/2026, modelo GA-2408T.

Parecer da Avaliação: Os equipamentos estão de acordo com as especificações exigidas em Edital e atendem às necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Betim.

gov.br

Documento assinado digitalmente
JEDIAEL JHONATA DO AMARAL TADINI
Data: 26/03/2026 20:23:07-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Jediael Jhonata do Amaral Tadini
Engenheiro Clínico
Hospital Público Regional de Betim

em

Branco
