

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Esmeraldas
Prefeitura Municipal de Esmeraldas
Dispensa Presencial - 10/2024/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR: SISTEMA DIGITALIZADOR PARA RAIOS X. SISTEMA DEVERÁ POSSUIR 4 CASSETES PARA RAIOS-X. CONSOLE DE OPERAÇÃO, DEDICADO A REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS X. NOBREAK SENOIDAL COMPATÍVEL COM DIGITALIZADOR, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A SECO (DRY), PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS: MÍNIMO 2 GAVETAS PARA ARMAZENAMENTO DE FILMES SENDO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO A DEVIDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COMPATIBILIDADE DICOM 3.0. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 320DPI. LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS GERADAS PELO EQUIPAMENTO DE RAIOS X. PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS EM 05 (CINCO) CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. A EMPRESA DEVERÁ GERAR RELATÓRIOS MENSAIS DE IMPRESSÕES E INTERCORRÊNCIAS. NOBREAK SENOIDAL COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DE FILMES MÉDICOS. INCLUSO AR CONDICIONADO OBRIGATÓRIO PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS. LOCAÇÃO DE WORKSTATION PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS. INSTALAÇÃO DE BANCADA FÍSICA, PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SE NECESSÁRIO. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER MENSALMENTE 400 PELÍCULAS DE FILME NO TAMANHO DE 28X35 CM E 400 PELÍCULAS DE FILME NO TAMANHO DE 20X25 CM.	6.100,00	12	MÊS	Aceito



0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAO X: APARELHO DE RAIOS-X CONVENCIONAL PARA EXAMES DE ROTINA E EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: -APARELHO EM LINHA DE PRODUÇÃO; DEVE PERMITIR A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO SISTEMA ESQUELETO-PULMONAR. GERADOR DE ALTA TENSÃO E ALTA FREQUÊNCIA (MULTIPULSO) COM CONTROLE MICROPROCESSADO. GERADOR MONTADO EM BAIXO DA MESA DE EXAMES PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO. POTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 35KW. SELEÇÃO MANUAL DE CORRENTE DE 50 A 630MA +-5%. SELEÇÃO DE TEMPOS DE EXPOSIÇÃO DE 2 MILISSEGUNDOS A 5 SEGUNDOS OU MAIS. SELEÇÃO DE KV DE 40 A 125 OU MAIS EM PASSOS DE 1 KV. SELEÇÃO DE 3 POSTOS DE TRABALHO OU MAIS. POSSUIR MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS (PROGRAMA ANATÔMICO) CONFIGURÁVEL PELO PRÓPRIO USUÁRIO. CONSOLE DE COMANDO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICO COM INDICAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS RADIOGRÁFICOS, KV, MA, TEMPO, POSTO DE BUCKY E MENSAGENS DE STATUS E ERROS EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 380V, 60HZ, INCLUSO QUADRO ELÉTRICO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO. MESA BUCKY COM TAMPO FLUTUANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 80CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 215CM, DESLOCAMENTO TRANSVERSAL MÍNIMO DE +/- 12CM PARA ESQUERDA E PARA DIREITA, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MÍNIMO DE +/- 55CM. TAMPO COM ACABAMENTO EM FÓRMICA E BORDAS EM METAL ESCOVADO OU OUTRO ACABAMENTO COM QUALIDADE SUPERIOR. CAPACIDADE DE SUPORTAR PACIENTES DE NO MÍNIMO 130 KG. FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA TODOS OS MOVIMENTOS DA MESA ACIONADOS POR PEDAL. DESLOCAMENTO DO BUCKY DE NO MÍNIMO 30CM. GRADE ANTI-DIFUSORA RAZÃO 10:1 E 103 LINHAS MÍNIMO, DISTÂNCIA FOCO-FILME ENTRE 0,8M A 1,20M +-5%. BANDEJA DO BUCKY EM AÇO INOX, DESLIZANTE SOBRE GUIAS, AUTO CENTRALIZÁVEL, PERMITINDO O USO DE CHASSIS ATÉ 35X43 CM. ESTATIVA COM COLUNA PORTA TUBO BALANCEADA COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS, INCLUSIVE PARA ÂNGULAÇÃO DO TUBO. ACIONADOS ATRAVÉS DE TECLAS COM INDICADOR LUMINOSO PARA ÂNGULAÇÃO. ROTAÇÃO DA COLUNA OU DO BRAÇO PORTA TUBO DE 180 GRAUS PARA PERMITIR EXAMES FORA DA MESA. DESLOCAMEN	11.109,48	12 MÊS	Aceito
0003	LOCAÇÃO DE KIT PROTEÇÃO RADIOLÓGICA: CADA KIT DEVE SER COMPOSTO POR 02 (DOIS) AVENTAIS DE CHUMBO, 02 (DOIS) AVENTAIS DE GONODAS, 02 (DOIS) PROTETORES DE TIREOIDE E 02 (DOIS) ÓCULOS PLUMBÍFEROS E SUPORTE PARA OS AVENTAIS.	227,62	12 MÊS	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/04/2024 - 09:33	Contrato nº 34-2024.pdf
29/04/2024 - 09:51	Contrato nº 34-2024.pdf
29/04/2024 - 09:52	Contrato nº 34-2024.pdf
29/04/2024 - 09:52	Contrato nº 34-2024.pdf

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	Locação de digitalizador: Sistema digitalizador para raios x. Sistema deverá possuir 4 cassetes para raios-x. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Nobreak senoidal compatível com digitalizador, para o perfeito funcionamento. Locação de impressora a seco (Dry), para uso em modalidades médicas: Mínimo 2 gavetas para armazenamento de filmes sendo de total responsabilidade do contratado a devida manutenção preventiva e corretiva. Compatibilidade DICOM 3.0. Resolução mínima de 320dpi. Locação de software: Sistema para visualização de imagens geradas pelo equipamento de raio X. Permitindo a visualização das imagens em 05 (cinco) consultórios simultaneamente. A empresa deverá gerar relatórios mensais de impressões e intercorrências. Nobreak senoidal compatível com a impressora de filmes médicos. Incluso ar condicionado obrigatório para funcionamento dos equipamentos. Locação de Workstation para visualização de imagens médicas. Instalação de bancada física, para instalação dos equipamentos, se necessário. A empresa deverá fornecer mensalmente 400 películas de filme no tamanho de 26x35 cm e 400 películas de filme no tamanho de 20x25 cm.	TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA	FUJIFILM	FUJIFILM	6.100,00	12	73.200,00
------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	----	-----------



0002	Locação de equipamento de raio X: Aparelho de Raios-X convencional para exames de rotina e emergência. Características gerais: •Aparelho em linha de produção; deve permitir a realização de exames do sistema esqueleto-pulmonar. Gerador de alta tensão e alta frequência (multipulso) com controle microprocessado. Gerador montado em baixo da mesa de exames para melhor aproveitamento do espaço. Potência de no mínimo de 35kW. Seleção manual de corrente de 50 a 630mA +-5%. Seleção de tempos de exposição de 2 milissegundos a 5 segundos ou mais. Seleção de kV de 40 a 125 ou mais em passos de 1 kV. Seleção de 3 postos de trabalho ou mais. Possuir memória para armazenamento de técnicas radiográficas (programa anatômico) configurável pelo próprio usuário. Console de comando com display de cristal líquido alfanumérico com indicação de todos os parâmetros radiográficos, kV, mA, tempo, posto de bucky e mensagens de status e erros em português. Alimentação trifásica 380V, 60Hz, incluso quadro elétrico para o perfeito funcionamento. Mesa bucky com tampo flutuante com largura mínima de 80cm, comprimento mínimo de 215cm, deslocamento transversal mínimo de +/- 12cm para esquerda e para direita, deslocamento longitudinal mínimo de +/- 55cm. Tampo com acabamento em fórmica e bordas em metal escovado ou outro acabamento com qualidade superior. Capacidade de suportar pacientes de no mínimo 130 kg. Freios eletromagnéticos para todos os movimentos da mesa acionados por pedal. Deslocamento do bucky de no mínimo 30cm. Grade anti-difusora razão 10:1 e 103 linhas mínimo, distância foco-filme entre 0,8m a 1,20m +-5%. Bandeja do bucky em aço inox, deslizando sobre guias, auto centralizável, permitindo o uso de chassis até 35x43 cm. Estativa com coluna porta tubo balanceada com freios eletromagnéticos, inclusive para angulação do tubo, acionados através de teclas com indicador luminoso para angulação. Rotação da coluna ou do braço porta tubo de 180 graus para permitir exames fora da mesa. Deslocamen	TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA	FUJIFILM	FUJIFILM	11.109,48	12	133.313,76
------	---	--------------------------------	----------	----------	-----------	----	------------



0003	Locação de kit proteção radiológica: Cada kit deve ser composto por 02 (dois) aventais de chumbo, 02 (dois) aventais de gonodas, 02 (dois) protetores de tireoide e 02 (dois) óculos plumbíferos e suporte para os aventais.	TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA	FUJIFILM	FUJIFILM	227,62	12	2.731,44
------	--	--------------------------------	----------	----------	--------	----	----------

Propostas Enviadas

0001 - Locação de digitalizador: Sistema digitalizador para raios x. Sistema deverá possuir 4 cassetes para raios-x. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Nobreak senoidal compatível com digitalizador, para o perfeito funcionamento. Locação de impressora a seco (Dry), para uso em modalidades médicas: Mínimo 2 gavetas para armazenamento de filmes sendo de total responsabilidade do contratado a devida manutenção preventiva e corretiva. Compatibilidade DICOM 3.0. Resolução mínima de 320dpi. Locação de software: Sistema para visualização de imagens geradas pelo equipamento de raio X. Permitindo a visualização das imagens em 05 (cinco) consultórios simultaneamente. A empresa deverá gerar relatórios mensais de impressões e intercorrências. Nobreak senoidal compatível com a impressora de filmes médicos. Incluso ar condicionado obrigatório para funcionamento dos equipamentos. Locação de Workstation para visualização de imagens medicas. Instalação de bancada física, para instalação dos equipamentos, se necessário. A empresa deverá fornecer mensalmente 400 películas de filme no tamanho de 28x35 cm e 400 películas de filme no tamanho de 20x25 cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA	09.452.421/0001-28	29/04/2024 - 09:46:44	FUJIFILM	FUJIFILM	12	R\$6.100,00	R\$ 73.200,00	Não

0002 - Locação de equipamento de raio X: Aparelho de Raios-X convencional para exames de rotina e emergência. Características gerais: •Aparelho em linha de produção; deve permitir a realização de exames do sistema esqueleto-pulmonar. Gerador de alta tensão e alta frequência (multipulso) com controle microprocessado. Gerador montado em baixo da mesa de exames para melhor aproveitamento do espaço. Potência de no mínimo de 35kW. Seleção manual de corrente de 50 a 630mA +- 5%. Seleção de tempos de exposição de 2 milissegundos a 5 segundos ou mais. Seleção de kV de 40 a 125 ou mais em passos de 1 kV. Seleção de 3 postos de trabalho ou mais. Possuir memória para armazenamento de técnicas radiográficas (programa anatômico) configurável pelo próprio usuário. Console de comando com display de cristal líquido alfanumérico com indicação de todos os parâmetros radiográficos, kV, mA, tempo, posto de bucky e mensagens de status e erros em português. Alimentação trifásica 380V, 60Hz, incluso quadro elétrico para o perfeito funcionamento. Mesa bucky com tampo flutuante com largura mínima de 80cm, comprimento mínimo de 215cm, deslocamento transversal mínimo de +/- 12cm para esquerda e para direita, deslocamento longitudinal mínimo de +/- 55cm. Tampo com acabamento em fórmica e bordas em metal escovado ou outro acabamento com qualidade superior. Capacidade de suportar pacientes de no mínimo 130 kg. Freios eletromagnéticos para todos os movimentos da mesa acionados por pedal. Deslocamento do bucky de no mínimo 30cm. Grade anti-difusora razão 10:1 e 103 linhas mínimo, distância foco-filme entre 0,8m a 1,20m +-5%. Bandeja do bucky em aço inox, deslizante sobre guias, auto centralizável, permitindo o uso de chassis até 35x43 cm. Estativa com coluna porta tubo balanceada com freios eletromagnéticos, inclusive para angulação do tubo, acionados através de teclas com indicador luminoso para angulação. Rotação da coluna ou do braço porta tubo de 180 graus para permitir exames fora da mesa. Deslocamen

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA	09.452.421/0001-28	29/04/2024 - 09:46:49	FUJIFILM	FUJIFILM	12	R\$11.109,48	R\$ 133.313,76	Não

0003 - Locação de kit proteção radiológica: Cada kit deve ser composto por 02 (dois) aventais de chumbo, 02 (dois) aventais de gonodas, 02 (dois) protetores de tireoide e 02 (dois) óculos plumbíferos e suporte para os aventais.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA	09.452.421/0001-28	29/04/2024 - 09:47:03	FUJIFILM	FUJIFILM	12	R\$227,62	R\$ 2.731,44	Não

Chat

Data	Apelido	Frase
29/04/2024 - 09:37:17	Sistema	Justificativa da realização do processo presencial: Conforme justificativa da razão da escolha do contratado e justificativa de preços de folhas 17/24 dos autos.
29/04/2024 - 09:44:03	Sistema	Credenciado o fornecedor TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA (09.452.421/0001-28), tendo por representante FREDERICO LADEIA ALVARENGA.
29/04/2024 - 09:44:28	Sistema	Encerrado o credenciamento.
29/04/2024 - 09:44:28	Sistema	Iniciada a fase de registro de propostas.



29/04/2024 - 09:46:44	Sistema	O fornecedor TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA (09.452.421/0001-28) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 6.100,00 para o item 0001.
29/04/2024 - 09:46:49	Sistema	O fornecedor TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA (09.452.421/0001-28) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 11.109,48 para o item 0002.
29/04/2024 - 09:47:03	Sistema	O fornecedor TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA (09.452.421/0001-28) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 227,62 para o item 0003.
29/04/2024 - 09:47:22	Sistema	A fase do registro de propostas foi encerrada.
29/04/2024 - 09:47:22	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Gabriela Edwiges de Avelar
Operador de Compra Direta

Leonor Aparecida Silva Jorge
Apoio

TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA
Fornecedor

