

PARECER LICITATÓRIO Nº 124/2025

Contagem, 22 de setembro de 2025

Referente: Pregão Eletrônico nº030/2025

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Conjunto para inserção de DIU.

Após avaliação da documentação técnica pela Diretoria de Atenção Primária, informamos que:

- **LICITANTE: F.A.P ALEIXO LTDA**

ITEM: 01 e 02.

Consideramos os itens **REPROVADOS** por estarem em desacordo com o modelo solicitado no descritivo (Registro ANVISA divergente), não oferecendo a qualidade que atende aos requisitos técnicos, conforme detalhamento abaixo.

1. **DESCRIPTIVO DO ITEM SOLICITADO E LICITADO:** "KIT DIU COMPLETO, composto por: 01 Espéculo vaginal modelo Collins descartável, 01 Pinça Cherron em poliestireno, de 24,5cm de comprimento descartável, **01 Pinça Pozzy de metal descartável**, 01 Histerômetro descartável com haste centimetrada e stopper, 01 Tesoura metálica, longa descartável, 01 Par de luvas de látex e 10 compressas de gaze, embalagem única, estéril. (DESCARTÁVEL). Deve apresentar registro de certificação pelo INMETRO. Registro na ANVISA."

Com relação ao descritivo, a proposta da empresa atende ao processo, entretanto, quando averiguado o registro na **ANVISA**, identificamos que o registro em questão trata-se de modelo cuja composição inclui **"01 Pinça Pozzy em resina de engenharia, ponta fina, com 26,5cm de comprimento"**, conforme imagens a seguir:

Imagem 01: Documento enviado com modelo do Kit.




Imagem 02: Modelo do kit enviado na documentação.

1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: KIT DIU ÉVROS

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

PRODUTO	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA
Kit DIU ÉVROS	10237610247	10.1352

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kit composto por:

- 1 Espécúlo vaginal modelo Kolplux, com as seguintes dimensões: largura da valva 28mm, comprimento da valva 112mm, e comprimento total 156mm.
- 1 Pinça Cheron em poliestireno, de 24,5cm de comprimento
- 1 Pinça Pozzi em liga metálica, com 26 cm de comprimento
- 1 Histerômetro em poliestireno, com haste centimetrada e stopper, com 25 cm de comprimento;
- 1 Tesoura longa ponta curva, em liga metálica, de 23 cm de comprimento;
- 1 Par de luvas de látex de procedimento estéril, tamanho médio;
- 10 compressas de gaze, 11 fios, com dimensões de 7,5cm x 7,5cm dobrada.
- 1 campo para cobertura de mesa, SSMMS, 100% polipropileno laminado em polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m2 com 60 cm x 60 cm de comprimento.

Todos os componentes são embrulhados no campo cirúrgico, no formato "envelope", de modo que permite a abertura na técnica asséptica.

Imagem 03: Proposta enviada pela empresa e número ANVISA divergente.

SUS, DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM MG.

Razão Social: F.A.P. ALEIXO LTDA		
Logradouro: RUA DOS AIMORÉS 487, FUNCIONÁRIOS		
Cidade: BELO HORIZONTE	UF: MG	CEP: 30.140.070
CNPJ: 26.180.747/0001-62	I.E.: 002831744.00-60	
BANCO: BANCO ITAU (341)	AGÊNCIA: 5611	CONTA CORRENTE: 28052-9
E-mail: vendas@telediu.com.br	TELEFONE: 31 3222-2107/98428-1532	CONTATOS: DENISE/MAYSA
REPRESENTANTE LEGAL: FLÁVIO AUGUSTO PEIXOTO ALEIXO		CARGO: SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 116.974.796-50		RG: MG

Ilmo. Sr(a). Pregoeiro(a):

A empresa FAP ALEIXO LTDA se propõe a vender os materiais abaixo discriminados, atendendo todas as condições estipuladas no Edital de Licitação:

Item/Lote	Discriminação	Marca/Fabricante	ANVISA	Unid	Quant	Valor unitário	Valor Total
01	KIT DIU COMPLETO, composto por: 01 Espécúlo vaginal modelo Collins descartável, 01 Pinça Cherron em poliestireno, de 24,5cm de comprimento descartável, 01 Pinça Pozzy de metal descartável, 01 Histerômetro	KOLPLAST	10237610041	KIT	10.450	80,00	836.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Superintendência de Atenção Primária à Saúde - Diretoria de Atenção Primária

Avenida General David Sarnoff, 3113 – Cidade Industrial.

Contagem/ MG – CEP 32210-110 Fone: (31) 3472-6328 / 3472-6334 / 3472-6335

Imagem 04: Modelo do KIT correspondente ao registro ANVISA enviado na proposta.

1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: KIT DIU

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

PRODUTO	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA	CÓDIGO SIMPRO	CÓDIGO SIAFÍSICO
Kit DIU	10237610041	10.1222	0064093	5019460

3. DESCRIÇÃO

Kit para inserção de DIU (dispositivo intrauterino) descartável, dose unitária, pronto para uso.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kit composto por:

- 1 Espéculo vaginal modelo Kolplux, com as seguintes dimensões: largura da valva 28mm, comprimento da valva 112mm, e comprimento total 156mm.
- 1 Pinça Cheron em poliestireno, de 24,5cm de comprimento
- 1 Pinça Pozzi em resina de engenharia, ponta fina, com 26,5cm de comprimento
- 1 Histerômetro em poliestireno, com haste centimetrada e stopper, com 25 cm de comprimento;
- 1 Tesoura longa ponta curva, em liga metálica, de 25 cm de comprimento;
- 1 Par de luvas de látex de procedimento estéril, tamanho médio;
- 10 compressas de gaze, 11 fios, com dimensões de 7,5cm x 7,5cm dobrada.
- 1 campo para cobertura de mesa, SSMMS, 100% polipropileno laminado em polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m2 com 60 cm x 60 cm de comprimento.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Júlia Cristina Dias Ribeiro

Referência Técnica de Atenção Primária – DAPS/SAPS