

PARECER PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2025

Contagem, 22 de setembro de 2025

Referente: Pregão Eletrônico nº030/2025

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Conjunto para inserção de DIU.

Após avaliação da documentação técnica pela Diretoria de Atenção Primária, informamos que:

- **LICITANTE: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
ITEM: 01 e 02.

Consideramos os itens **REPROVADOS** por estarem em desacordo com o modelo solicitado no descritivo, não oferecendo a qualidade que atende aos requisitos técnicos, conforme detalhamento abaixo.

1. **DESCRIPTIVO DO ITEM SOLICITADO E LICITADO:** "KIT DIU COMPLETO, composto por: 01 Espéculo vaginal modelo Collins descartável, 01 Pinça Cherron em poliestireno, de 24,5cm de comprimento descartável, 01 Pinça Pozzy de metal descartável, **01 Histerômetro descartável com haste centimetrada e stopper**, 01 Tesoura metálica, longa descartável, 01 Par de luvas de látex e 10 compressas de gaze, embalagem única, estéril. (DESCARTÁVEL). Deve apresentar registro de certificação pelo INMETRO. Registro na ANVISA."

Com relação ao descritivo, a proposta da empresa atende ao processo, entretanto, quando averiguado o modelo licitado, identificamos que o kit está em desacordo com o descritivo, **sendo o Histerômetro sem stopper**, conforme imagens a seguir:

Imagem 01: Documento enviado com modelo do Kit.

TremED TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Rua: Rua Euclides da Silva Leal, nº 232, Nossa Senhora da Penha, Matias Barbosa - CEP: 36120-000 Telefone: (32) 3427-0051 // (32) 9141-1765 CNPJ: 41.391.411/0001-32 IE: 004010455.00-07 IM: 4664-8/00-0001 Email: atendimento@tremed.com.br / licitacao@tremed.com.br Site: www.tremed.com.br					
Ao Órgão Prefeitura Municipal de Contagem. Pregão Eletrônico Nº 30/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.					
Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
0001	KIT DIU COMPLETO, COMPOSTO POR: 01 ESPÉCULO VAGINAL MODELO COLLINS DESCARTÁVEL, 01 PINÇA CHERRON EM POLIESTIRENO, DE 24,5CM DE COMPRIMENTO DESCARTÁVEL, 01 PINÇA POZZY DE METAL DESCARTÁVEL, 01 HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL COM HASTE CENTIMETRADA E STOPPER , 01 TESOURA METÁLICA, LONGA DESCARTÁVEL, 01 PAR DE LUVAS DE LÁTEX E 10 COMPRESSAS DE GAZE, EMBALAGEM ÚNICA, ESTÉRIL. (DESCARTÁVEL). DEVE APRESENTAR REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA MODELO: AVANTCARE REGISTRO ANVISA 82441209018 MARCA/FABRICANTE: AVANTCARE REGISTRO ANVISA 82441209018	UND	10.450,00	80,01	836.104,50

Imagem 02: Identificação do stopper.



Imagem 03: Modelo do kit enviado na documentação e ausência do Stopper.

ITENS

- Campo para cobertura de mesa, em SSMMMS, 100% em polipropileno laminado em polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m2 com 60x60 cm de comprimento;
- Compressas de gaze de 11 fios, com dimensões de 7,5 cm x 7,5 cm dobrada;
- Histerômetro em poliestireno, com haste centimetrada, com 25 cm de comprimento;



Sem mais para o momento.
Atenciosamente,

Júlia Cristina Dias Ribeiro

Referência Técnica de Atenção Primária – DAPS/SAPS