



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM



Contagem, 29 de outubro de 2025.

PROCESSO LICITATÓRIO PAC NÚMERO 115/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PE NÚMERO 022/2025
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO 052/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (MÉDICOS REGULADORES / INTERVENZIONISTAS, ENFERMEIROS, CONDUTORES SOCORRISTAS) PARA ATENDER À REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA).

AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS DOS FORNECEDORES

MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. EPP – CNPJ nº 09.012.033/0001-26

Considerado o catálogo para análise da proposta, pois o descritivo do produto somente não é suficiente para avaliação, por estar idêntico ao estabelecido no edital.

Item 1 - Manequim Prompt de RCP - Infantil-Manequim de RCP torso Infantil pré escolar com monitoramento e feedback da qualidade da RCP – **APROVADO**

Item 3 - Manequim Ressusci Junior - Manequim de corpo inteiro pediátrico p/ reanimação cardio pulmonar – **APROVADO**

Item 7 - Manequim de Intubação Infantil com Suporte

REPROVADO – Não atende às especificações do edital, visto que, no catálogo do equipamento, não informa se é compatível com máscara facial; não informa se permite visualizar expansão pulmonar e auscultar sons da respiração; não informa se o estômago distende com a intubação esofágica ou excesso de pressão; e não informa se o equipamento acompanha mala de transporte.

Item 8 – Manequim de intubação neonatal com suporte – **REPROVADO**

REPROVADO – Não atende às especificações do edital, visto que, no catálogo do equipamento, não informa se é compatível com máscara facial; não informa se permite visualizar expansão pulmonar e auscultar sons da respiração; não informa se o estômago distende com a intubação esofágica ou excesso de pressão; e não informa se o equipamento acompanha mala de transporte.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM

Item 10 - Manequim de Acesso Venoso Central – REPROVADO

REPROVADO – Não atende às especificações do edital, visto que, no catálogo do equipamento, não informa se o manequim é projetado para permitir a prática de acesso de IV pela veia femoral; informa que permite criar um pulso palpável na artéria carótida apenas; e não informa se o equipamento acompanha acessório clavicular/colo (almofada) e acessório Femoral (almofada).

Item 13 - Manequim de Treinamento Cricotireoidostomia – APROVADO

Item 14 - Manequim Little Junior - Manequim de RCP para treinamento de Suporte Básico de Vida - APROVADO

M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA. – CNPJ nº 24.912.303/0001-49

Considerado o catálogo para análise da proposta (disponível em: <https://anatomic.com.br/produto/simulador-para-puncao-intraossea-infantil/>> acesso em 27/10/25), pois o descritivo do produto somente não é suficiente para avaliação, por estar idêntico ao estabelecido no edital.

Item 5 - Manequim de Treinamento Punção Intraossea - APROVADO

COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA. - CNPJ nº 10.201.546/0001-64

Considerado o catálogo para análise da proposta, pois o descritivo do produto somente não é suficiente para avaliação.

Item 9 - Manequim de Intubação Adulto com Suporte - Simulador de Gerenciamento de Vias Aéreas e Entubação Adulta

REPROVADO – Não atende às especificações do edital, visto que, no catálogo do equipamento, não informa se permite simular laringoespasmos; não informa se é compatível com máscara facial; não informa se simula dilatação estomacal e vômito, não informa se possui dispositivo audível em arcada dentária superior; não informa se possui vias aéreas complicadas; e não informa se o equipamento acompanha mala de transporte e instruções de uso.

Item 11 - Manequim PRA Simulador de Dreno e Pneumotórax

REPROVADO – Não atende às especificações do edital, visto que, o simulador deve conter bolsas bilaterais e, no catálogo do equipamento, informa que o simulador acompanha apenas uma; não informa se permite a manobra abdominal de “Heimlich”; não descreve quando, ao se efetuar a punção poderá ouvir a perda de ar nas bolsas e perceber sua perda de volume; e não informa se o equipamento acompanha Kit de substituição de bolsa (pneumotórax), lubrificante e manual de uso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM

Item 12 - Manequim de Acesso Venoso periférico-Braço de Punção Venosa

REPROVADO – Não atende às especificações do edital, visto que, no catálogo do equipamento, não informa se o simulador permite a substituição da pele e do conjunto de veias; e não informa se o equipamento acompanha maleta de transporte, manual de uso, uma pele de reposição e conjunto de veias.

Atenciosamente,

Rhaissa Lopes
Diretora SAMU Contagem
Matrícula nº 1635646

Bárbara Moreira Nascimento
Coordenadora Almoxarifado SAMU Contagem
Matrícula nº 162089



SAMU
192