

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM

Contagem, 06 de novembro de 2025.

PROCESSO LICITATÓRIO PAC NÚMERO 115/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PE NÚMERO 022/2025
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO 052/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (MÉDICOS REGULADORES / INTERVENCIÓNISTAS, ENFERMEIROS, CONDUTORES SOCORRISTAS) PARA ATENDER À REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA).

AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS DOS FORNECEDORES

DPS PRODUTOS PARA SAÚDE – CNPJ nº 32.473.099/0001-35

Considerado o catálogo para análise da proposta, pois o descritivo do produto somente não é suficiente para avaliação.

Item 7 – Manequim de Intubação Infantil com Suporte

REPROVADO – Não atende às especificações do edital, visto que, no catálogo do equipamento, não informa se é compatível com máscara facial; não informa se permite visualizar expansão pulmonar e auscultar sons da respiração; não informa se o estômago distende com a intubação esofágica ou excesso de pressão; e não informa se o equipamento acompanha mala de transporte.

Item 8 – Manequim de intubação neonatal com suporte

REPROVADO – Não atende às especificações do edital, visto que, no catálogo do equipamento, não informa se é compatível com máscara facial; não informa se permite visualizar expansão pulmonar e auscultar sons da respiração; não informa se o estômago distende com a intubação esofágica ou excesso de pressão; e não informa se o equipamento acompanha mala de transporte.

Item 11 - Manequim PRA Simulador de Dreno e Pneumotórax

REPROVADO – Não atende às especificações do edital, visto que, o simulador deve conter bolsas bilaterais e, no catálogo do equipamento, informa que o simulador acompanha apenas uma; não informa se permite a manobra abdominal de “Heimlich”; não descreve quando, ao se efetuar a punção poderá ouvir a perda de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM

ar nas bolsas e perceber sua perda de volume; e não informa se o equipamento acompanha Kit de substituição de bolsa (pneumotórax) e lubrificante.

Atenciosamente,

Rhaissa Lopes
Diretora SAMU Contagem
Matrícula nº 1635646

Bárbara Moreira Nascimento
Coordenadora Almoxarifado SAMU Contagem
Matrícula nº 162089



SAMU
192