



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM**



Contagem, 22 de agosto de 2025.

**PROCESSO LICITATÓRIO PAC NÚMERO 034/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PE NÚMERO 004/2025
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO 015/2025**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A REDE SUS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.

AValiação TÉCNICA DAS PROPOSTAS DOS FORNECEDORES

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 26.729.755/0001-15

Considerado o catálogo para análise da proposta, pois o descritivo do produto somente não é suficiente para avaliação, por estar idêntico ao estabelecido no edital.

Item 9 - Colar cervical neonatal - APROVADO

DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 19.316.524/0001-14

Avaliação – Considerado o catálogo para análise da proposta, pois o descritivo do produto somente não é suficiente para avaliação, por estar idêntico ao estabelecido no edital.

Item 10 - Colar cervical tamanho infantil ou PP - APROVADO

Item 11 - Colar cervical tamanho pequeno - APROVADO

Item 12 - Colar cervical tamanho médio - APROVADO

Item 13 - Colar cervical tamanho grande - APROVADO

ARAMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ nº 54.124.161/0001-16

Considerado o catálogo para análise da proposta, pois o descritivo do produto somente não é suficiente para avaliação, por estar idêntico ao estabelecido no edital.

Item 14 - Reanimador manual neonatal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM

REPROVADO: Não atende às especificações do edital, sobretudo devido à falta de informação da existência da porca rosqueável para conexão do reservatório à rede de oxigênio e à falta do certificado INMETRO.

CIRÚRGICA IZAMED LTDA. – CNPJ nº 12.967.916/0001-02

Considerado o catálogo para análise da proposta, pois o descritivo do produto somente não é suficiente para avaliação, por estar idêntico ao estabelecido no edital.

Item 15 - Reanimador manual infantil

REPROVADO: A descrição do produto no catálogo diverge da especificação no edital quanto ao volume de armazenamento do reservatório de oxigênio (saco reservatório), falta à informação da existência da porca rosqueável para conexão do reservatório à rede de oxigênio, falta à informação do número da máscara infantil que acompanha o produto e à falta do certificado INMETRO.

FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ nº 40.618.304/0001-31

Considerado o catálogo para análise da proposta, pois o descritivo do produto somente não é suficiente para avaliação, por estar idêntico ao estabelecido no edital.

Item 16 - Reanimador manual adulto

REPROVADO: A descrição do produto no catálogo diverge da especificação no edital quanto à ausência de informação da existência da mangueira para oxigênio com extensão aproximada de 2 m, com porca rosqueável para conexão do reservatório à rede de oxigênio e à falta do certificado INMETRO.

Atenciosamente

Bárbara Moreira Nascimento
Matrícula nº 162089