



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM**

Contagem, 02 de setembro de 2025.

**PROCESSO LICITATÓRIO PAC NÚMERO 034/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PE NÚMERO 004/2025
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO 015/2025**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A REDE SUS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.

AValiação Técnica das Propostas dos Fornecedores

CIRÚRGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA. – CNPJ nº 18.258.209/0001-15

Considerado o catálogo e o descritivo para análise da proposta.

15 - Reanimador manual infantil

REPROVADO: O descritivo do produto no edital não informa a respeito da presença de válvula de admissão de ar/oxigênio com membrana e conexão para entrada de oxigênio, mangueira para oxigênio com extensão aproximada de 2 m, com porca rosqueável para conexão do reservatório à rede de oxigênio, informa que o reservatório de oxigênio não é autoclavável e todas as partes do produto devem ser autoclaváveis e resistentes a desinfecção química de auto nível. No catálogo, falta à informação da existência da porca rosqueável para conexão do reservatório à rede de oxigênio e falta do certificado INMETRO.

Item 16 - Reanimador manual adulto

REPROVADO: O descritivo do produto no edital não informa a respeito da presença de válvula de admissão de ar/oxigênio com membrana e conexão para entrada de oxigênio, mangueira para oxigênio com extensão aproximada de 2 m, com porca rosqueável para conexão do reservatório à rede de oxigênio, informa que o reservatório de oxigênio não é autoclavável e todas as partes do produto devem ser autoclaváveis e resistentes a desinfecção química de auto nível. No catálogo, falta à informação da existência da porca rosqueável para conexão do reservatório à rede de oxigênio e falta do certificado INMETRO.

Atenciosamente

Bárbara Moreira Nascimento
Matrícula nº 162089