



**PREFEITURA DE
MATOZINHOS**

Prefeitura Municipal de Matozinhos

Secretaria Municipal de Saúde

Rua João Gonçalves de Oliveira, nº 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 3712-6774 | saude@matozinhos.mg.gov.br

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA

CI Nº: 92/2025

Data: 21/03/2025

De: Secretaria de Saúde

Para: Compras e Licitações

Prezados,

Tendo em vista o Processo Licitatório nº 06/PMM/2025 – Pregão Eletrônico nº 03/PMM/2025, com o objeto Material Médico Hospitalar – Itens Invasivos, a Comissão de Avaliação Técnico instituída pela Portaria nº 10.365/24, avaliou os itens 04, 05 e 07 encaminhados pelo licitante Ponto Com Produtos Hospitalares LTDA.

Item 04: AGULHA MULTIPLA A VACUO PARA COLETA DE SANGUE: UTILIZADAS EM COLETAS MULTIPLAS DE SANGUE VENOSO. CANULA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA E TRIFACETADA. DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE PERMITE PERFEITO ENCAIXE DE ADAPTADORES E FACILITA A TROCA DE TUBOS, EVITANDO CONTAMINACOES. COM CAMARA PARA VISUALIZACAO IMEDIATA DO RETORNO SANGUINEO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CAPSULAS HERMETICAMENTE FECHADAS. ESTERILIZADAS POR OXIDO DE ETILENO. MODELO: 22 G (25 MM X 0,7 MM).

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Qualidade do material (presença de rebarbas, e imperfeições de produção). Funcionamento do encaixe. Teste do produto na aspiração de medicamentos verificando facilidade da aspiração do líquido, segurança do manejo. Avaliação visual da embalagem primária do produto (selagem hermética e estéril, presença de partícula;/matéria estranha livre ou aderida na superfície da agulha, local de abertura, danos ao bisel).

Item 05: AGULHA MULTIPLA A VACUO PARA COLETA DE SANGUE: UTILIZADAS EM COLETAS MULTIPLAS DE SANGUE VENOSO. CANULA EM AÇO INOXIDAVEL, SILICONIZADA E TRIFACETADA. DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE PERMITE PERFEITO ENCAIXE DE ADAPTADORES E FACILITA A TROCA DE TUBOS, EVITANDO CONTAMINACOES. COM CAMARA PARA VISUALIZACAO IMEDIATA DO RETORNO SANGUINEO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CAPSULAS HERMETICAMENTE FECHADAS. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO. MODELO: 21 G (25 MM X 0,8 MM).

Realizado 24/03/25


Sinan

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Qualidade do material (presença de rebarbas, e imperfeições de produção). Funcionamento do encaixe. Teste do produto na aspiração de medicamentos verificando facilidade da aspiração do líquido, segurança do manejo. Avaliação visual da embalagem primária do produto (selagem hermética e estéril, presença de partícula;/matéria estranha livre ou aderida na superfície da agulha, local de abertura, danos ao bisel).

Item 07: AGULHA DESCARTAVEL 25X6, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRI FACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. DE ACORDO COM A NR 32 E PORTARIA 1748 DO MTE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO COM PROTECAO DE TODA A EXTENSAO DA AGULHA, DISPOSITIVO ACIONADO COM APENAS UM DEDO, QUE DISPENSA USO DE SUPERFICIE RIGIDA PARA SEU ACIONAMENTO. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE ATE UM ANO NO ATO DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNID.

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Qualidade do material (presença de rebarbas, e imperfeições de produção). Funcionamento do encaixe. Teste do produto na aspiração de medicamentos verificando facilidade da aspiração do líquido, segurança do manejo. Avaliação visual da embalagem primária do produto (selagem hermética e estéril, presença de partícula;/matéria estranha livre ou aderida na superfície da agulha, local de abertura, danos ao bisel).



Atenciosamente,



Giovanna Pezzini Moreira
Presidente da Comissão



Erika Mourão do Carmo
Membro da Comissão


Ana Flávia Gonçalves Fonseca Mendes
Membro da Comissão
Flavia de Souza Bernardes
Membro da Comissão
Evelin Regina Fonseca de Souza Pedras
Membro da Comissão



**PREFEITURA
MATOZINHOS**

TRABALHO e INOVAÇÃO!

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MATOZINHOS

Urgência e Emergência

Avenida Minas Gerais, 1171 – Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8573 / (31) 2010-8574 – coordenacaoemergencia.upamtz@gmail.com

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

À Secretaria de Licitação da Prefeitura de Matozinhos,

**Ref.: Avaliação dos Materiais da Empresa Unidas Ltda – Processo Licitatório nº
06/PMM/2025, Pregão Eletrônico nº 03/PMM/2025**

Conforme solicitado, realizei a avaliação dos Materiais fornecidos pela empresa PONTO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, participantes do processo licitatório nº 06/PMM/2025, Pregão Eletrônico nº 03/PMM/2025. Os Itens 04 / 05 e 07 foi avaliados em loco, com o uso dos materiais nos pacientes da area assistencial. Após analise detalhada, verifico que os materiais atendem satisfatoriamente as exigências de qualidade assistencial e segurança do paciente, conforme as normas e requisitos estabelecidos.

Ressalto que os materiais estão em conformidade com os padrões necessarios para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes, não havendo qualquer inconformidade em relação á sua utilização.

Atenciosamente,

Matozinhos 18 de Março de 2025.



Ciro Saul Garcia Xavier da Costa

Coordenador de Urgência e Emergência
Unidade de Pronto Atendimento de Matozinhos
Esp: Emergencista / Intensivista / Traumatologia
Coren-Mg: 530.019

