

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA

CI Nº: 153/2025

Data: 02/06/2025

De: Secretaria de Saúde

Para: Compras e Licitações

Prezados,

Tendo em vista o Processo Licitatório nº 27/PMM/2025 – Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025, com o objeto Material Médico Hospitalar – Itens não Invasivos, a Comissão de Avaliação Técnico instituída pela Portaria nº 10.365/24, avaliou os itens 30 e 67 encaminhado pelo licitante Ponto Com Produtos Hospitalares LTDA.


Item 30: CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO EM POLIVINIL ATOXICO, PEGADOR EM PVC NARINAS TIPO "PRONG", A TRAUMATICAS EM PVC, REGULADOR EM POLIETILENO COM ESTRIAS ADERENTES. TUBO: EM PVC FLEXIVEL, CONECTOR UNIVERSAL PARA A COLIGACAO A LINHA DE OXIGENIO, COM DISPOSITIVOS PARA ADAPTACAO NA NARINA DO PACIENTE SILICONE (TIPO DOIS DENTES DE GARFO), MACIO TRANSPARENTE, FLEXIVEL COM SISTEMA DE FIXACAO SOBRE ORELHAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE COM ATE UM ANO NO DA ENTREGA.

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Avaliação do formato sobre a orelha. Avaliação do conforto ao ser utilizado: macio e isenta de látex. Avaliação da flexibilidade e tamanho da Pronga nasal 1 cm. (contorno anatômico e com regulação na sua extensão para fixação adequada em silicone). Avaliação visual do tubo em polietileno e da cor cristal transparente.

Item 67: ESPARADRAPO 2,5 CM X 4,5 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO ACRILICO, ADESIVO HIPOALERGENICO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS, POLIETILENO, ISENTO DE LATEX. EXCELENTE FIXACAO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E IMPERMEABILIDADE, BORDAS SERRILHADAS QUE FAVORECEM O CORTE ORIENTADO.ENROLADO EM CARRETEIS PLASTICOS, COM ABAS, PROTEGIDOS TAMBEM POR CAPAS, QUE MANTEM A INTEGRIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM UNITARIA CONTENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE COM ATE UM ANO ATO DA ENTREGA.

A comissão avaliou e Não Aprovou o item, pois não apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Borda serrilhada não facilita o corte. Não realiza a adesão à pele (testes in loco).


Atenciosamente,



Giovanna Pezzini Moreira
Presidente da Comissão



Erika Mourão do Carmo
Membro da Comissão



Ana Flávia Gonçalves Fonseca Mendes
Membro da Comissão



Flávia de Souza Bernardes
Membro da Comissão