

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA

CI Nº: 197/2025

Data: 28/08/2025

De: Secretaria de Saúde
Para: Compras e Licitações

Prezados,

Tendo em vista o Processo Licitatório nº 27/PMM/2025 – Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025, com o objeto Material Médico Hospitalar – Itens Não Invasivos, a Comissão de Avaliação Técnico instituída pela Portaria nº 10.365/24, avaliou o item 145 encaminhados pelo licitante Pouso Farma LTDA.

Item 145: SERINGA 5 ML - DESCARTAVEL GRADUADA 5 ML SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, ESTERIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZACAO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO, DES CARTAVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DATA DE VALIDADE COM ATE UM ANO NO ATO DA ENTREGA PROCEDENCIA, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO.

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Avaliação da embalagem que contém o produto, a mesma deve ser transparente, possibilitando a visualização do conteúdo, selagem íntegra e deve assegurar a esterilidade e a integridade da seringa até o momento do uso. Avaliação da rotulagem: dados de identificação do produto como nome, volume da seringa, código de referência tipo do bico (LUER LOCK), número do lote, esterilização, validade, número de registro na ANVISA. Avaliar o cilindro, dimensão: o comprimento do cilindro deve ser tal que a seringa tenha uma capacidade máxima de uso de pelo menos 10% a mais que a capacidade nominal. Avaliação visual: deve ser transparente, permitindo a leitura das dosagens sem dificuldade. Flange ou empunhadura, a extremidade distal do cilindro deve ser provida de flange e o mesmo deve estar livre de rebarbas e de bordas afiadas. O flange do cilindro deve ser de tamanho, forma e resistência adequada para a finalidade pretendida e deve permitir que a seringa seja manuseada com segurança durante o uso. A seringa deve ter uma escala graduada e a unidade de volume deve estar marcada no cilindro. Quando a seringa é sustentada verticalmente, as extremidades de todas as linhas de graduação, de comprimentos similares devem estar alinhadas verticalmente. O ajuste cônico do bico luerlock devem estar de acordo com a NBR ISO 954-1 e 594-2. Assim espera-se que a conexão da seringa com outros dispositivos de infusão deva ocorrer sem dificuldades, não podendo apresentar qualquer tipo de vazamentos ou desconexões anormais. Avaliar o êmbolo: Quando a seringa é preenchida com

água e sustentada verticalmente, primeiro com o bico para cima depois com o bico para baixo, o êmbolo não deve se mover por ação de seu próprio peso.

Atenciosamente,




Giovanna Pezzini Moreira
Presidente da Comissão




Erika Mourão do Carmo
Membro da Comissão



Ana Flávia Gonçalves Fonseca Mendes
Membro da Comissão



Flávia de Souza Bernardes
Membro da Comissão



Evelin Regina Fonseca de Souza Pedras
Membro da Comissão

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA

CI Nº: 197/2025

Data: 28/08/2025

De: Secretaria de Saúde

Para: Compras e Licitações

Prezados,


Tendo em vista o Processo Licitatório nº 27/PMM/2025 – Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025, com o objeto Material Médico Hospitalar – Itens Não Invasivos, a Comissão de Avaliação Técnico instituída pela Portaria nº 10.365/24, avaliou o item 144 encaminhados pelo licitante Pouso Farma LTDA.

avaliou o Item 144: SPRINGA 3 ML - DESCARTAVEL GRADUADA 3 ML SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, ESTERIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTAVEL E DE USO UNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DATA DE VALIDADE COM ATÉ UM ANO NO ATO DA ENTREGA PROCEDENCIA, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO

Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Avaliação da embalagem que contém o produto, a mesma deve ser transparente, possibilitando a visualização do conteúdo, selagem íntegra e deve assegurar a esterilidade e a integridade da seringa até o momento do uso. Avaliação da rotulagem: dados de identificação do produto como nome, volume da seringa, código de referência tipo do bico (LUER LOCK), número do lote, esterilização, validade, número de registro na ANVISA. Avaliar o cilindro, dimensão: o comprimento do cilindro deve ser tal que a seringa tenha uma capacidade máxima de uso de pelo menos 10% a mais que a capacidade nominal. Avaliação visual: deve ser transparente, permitindo a leitura das dosagens sem dificuldade. Flange ou empunhadura, a extremidade distal do cilindro deve ser provida de flange e o mesmo deve estar livre de rebarbas e de bordas afiadas. O flange do cilindro deve ser de tamanho, forma e resistência adequada para a finalidade pretendida e deve permitir que a seringa seja manuseada com segurança durante o uso. A seringa deve ter uma escala graduada e a unidade de volume deve estar marcada no cilindro. Quando a seringa é sustentada verticalmente, as extremidades de todas as linhas de graduação, de comprimentos similares devem estar alinhadas verticalmente. O ajuste cônico do bico luerlock devem estar de acordo com a NBR ISO 954-1 e 594-2. Assim espera-se que a conexão da seringa com outros dispositivos de infusão deva ocorrer sem dificuldades, não podendo apresentar qualquer tipo de vazamentos ou desconexões anormais. Avaliar o êmbolo: Quando a seringa é preenchida com água e sustentada

verticalmente, primeiro com o bico para cima depois com o bico para baixo, o êmbolo não deve se mover por ação de seu próprio peso.


Atenciosamente,



Giovanna Pezzini Moreira
Presidente da Comissão



Erika Mourão do Carmo
Membro da Comissão



Flavia de Souza Bernardes
Membro da Comissão



Evelin Regina Fonseca de Souza Pedras
Membro da Comissão



Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração
Diretoria de Compras, Licitações e Contratos
Praça Bom Jesus, 99 – Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8513 / 8514 | comprasmatozinhos@gmail.com

Prefeitura Municipal de Matozinhos Relatório de Avaliação de Amostras – PE 09/2025 Aquisição de material médico hospitalar itens não invasivos							
Lote	Fornecedor	Descrição	Avaliação 1º classificado				
			Amostra recebida?		Situação amostra		
			Sim	Não	Aprovada	Reprovada	
144	POUSO FARMA LTDA	SERINGA 3 ML - DESCARTAVEL GRADUADA 3 ML SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, ESTERIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZACAO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO, DESCARTAVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DATA DE VALIDADE COM ATE UM ANO NO ATO DA ENTREGA, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO.	x		x		
145		SERINGA 5 ML - DESCARTAVEL GRADUADA 5 ML SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, ESTERIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZACAO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO, DES CARTAVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DATA DE VALIDADE COM ATE UM ANO NO ATO DA ENTREGA PROCEDENCIA, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO.	x		x		

Matozinhos, 04 de setembro de 2025.

Paulo Cezar Vieira Leite

Pregoeiro