



**PREFEITURA DE
MATOZINHOS**

Prefeitura Municipal de Matozinhos

Secretaria Municipal de Saúde

Rua João Gonçalves de Oliveira, nº 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 3712-6774 | saude@matozinhos.mg.gov.br

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA

CI Nº: 113/2025

Data: 16/04/2025

De: Secretaria de Saúde

Para: Compras e Licitações

Prezados,

Tendo em vista o Processo Licitatório nº 27/PMM/2025 – Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025, com o objeto Material Médico Hospitalar – Itens Não Invasivos, a Comissão de Avaliação Técnico instituída pela Portaria nº 10.365/24, avaliou os itens 141 e 146 encaminhados pelo licitante Pouso Farma LTDA.

Item 141: SERINGA IML - DESCARTAVEL GRADUADA IML SEM AGULHA, BICO LUER LOCK P, ESTERIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE Q PERMITE A VISUALIZAO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO, DESCARTAVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DATA DE VALIDADE COM ATE UM ANO NO ATO DA ENTREGA, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO.

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Avaliação da embalagem que contém o produto, a mesma deve ser transparente, possibilitando a visualização do conteúdo, selagem íntegra e deve assegurar a esterilidade e a integridade da seringa até o momento do uso. Avaliação da rotulagem: dados de identificação do produto como nome, volume da seringa, código de referência tipo do bico (LUER LOCK), número do lote, esterilização, validade, número de registro na ANVISA. Avaliar o cilindro, dimensão: o comprimento do cilindro deve ser tal que a seringa tenha uma capacidade máxima de uso de pelo menos 10% a mais que a capacidade nominal. Avaliação visual: deve ser transparente, permitindo a leitura das dosagens sem dificuldade. Flange ou empunhadura, a extremidade distal do cilindro deve ser provida de flange e o mesmo deve estar livre de rebarbas e de bordas afiadas. O flange do cilindro deve ser de tamanho, forma e resistência adequada para a finalidade pretendida e deve permitir que a seringa seja manuseada com segurança durante o uso. A seringa deve ter uma escala graduada e a unidade de volume deve estar marcada no cilindro. Quando a seringa é sustentada verticalmente, as extremidades de todas as linhas de graduação, de comprimentos similares devem estar alinhadas verticalmente. O ajuste cônico do bico luerlock devem estar de acordo com a NBRISO954-1 e 594-2. Assim espera-se que a conexão da seringa com outros dispositivos de infusão deva ocorrer sem dificuldades, não podendo apresentar qualquer tipo de vazamentos ou desconexões anormais. Avaliar o êmbolo: Quando a seringa é preenchida com

água e sustentada verticalmente, primeiro com o bico para cima depois com o bico para baixo, o êmbolo não deve se mover por ação de seu próprio peso.

Item 146: SERINGA 60 ML - DESCARTAVEL GRADUADA 5 ML SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, ESTERIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZACAO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO, DES CARTAVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DATA DE VALIDADE COM ATE UM ANO NO ATO DA ENTREGA PROCEDENCIA, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO.

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Avaliação da embalagem que contém o produto, a mesma deve ser transparente, possibilitando a visualização do conteúdo, selagem íntegra e deve assegurar a esterilidade e a integridade da seringa até o momento do uso. Avaliação da rotulagem: dados de identificação do produto como nome, volume da seringa, código de referência tipo do bico (LUER LOCK), número do lote, esterilização, validade, número de registro na ANVISA. Avaliar o cilindro, dimensão: o comprimento do cilindro deve ser tal que a seringa tenha uma capacidade máxima de uso de pelo menos 10% a mais que a capacidade nominal. Avaliação visual: deve ser transparente, permitindo a leitura das dosagens sem dificuldade. Flange ou empunhadura, a extremidade distal do cilindro deve ser provida de flange e o mesmo deve estar livre de rebarbas e de bordas afiadas. O flange do cilindro deve ser de tamanho, forma e resistência adequada para a finalidade pretendida e deve permitir que a seringa seja manuseada com segurança durante o uso. A seringa deve ter uma escala graduada e a unidade de volume deve estar marcada no cilindro. Quando a seringa é sustentada verticalmente, as extremidades de todas as linhas de graduação, de comprimentos similares devem estar alinhadas verticalmente. O ajuste cônico do bico luerlock devem estar de acordo com a NBRISO954-1 e 594-2. Assim espera-se que a conexão da seringa com outros dispositivos de infusão deva ocorrer sem dificuldades, não podendo apresentar qualquer tipo de vazamentos ou desconexões anormais. Avaliar o êmbolo: Quando a seringa é preenchida com água e sustentada verticalmente, primeiro com o bico para cima depois com o bico para baixo, o êmbolo não deve se mover por ação de seu próprio peso.

Atenciosamente,



Giovanna Pezzini Moreira
Presidente da Comissão



Erika Mourão do Carmo
Membro da Comissão



Ana Flávia Gonçalves Fonseca Mendes
Membro da Comissão

Flavia de Souza Bernardes

Flavia de Souza Bernardes
Membro da Comissão

Evelin Regina Fonseca de Souza Pedras

Evelin Regina Fonseca de Souza Pedras
Membro da Comissão



**PREFEITURA
MATOZINHOS**

TRABALHO e INOVAÇÃO!

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MATOZINHOS

Urgência e Emergência

Avenida Minas Gerais, 1171 – Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8573 / (31) 2010-8574 – coordenacaoemergencia.upamtz@gmail.com

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

À Secretaria de Licitação da Prefeitura de Matozinhos,

Ref.: Avaliação dos Materiais da Empresa Unidas Ltda – Processo Licitatório nº 27/PMM/2025, Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025

Conforme solicitado, realizei a avaliação dos Materiais fornecidos pela empresa POUSO FARMA LTDA, participantes do processo licitatorio nº 27/PMM/2025, Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025. Os Itens 141 e 146 foi avaliados em loco, com o uso dos materiais nos pacientes da area assistencial. Após análise detalhada, verifico que os materiais atendem satisfatoriamente as exigências de qualidade assistencial e segurança do paciente, conforme as normas e requisitos estabelecidos.

Ressalto que os materiais estão em conformidade com os padrões necessarios para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes, não havendo qualquer inconformidade em relação á sua utilização.

Atenciosamente,

Matozinhos 11 de Abril de 2025.


Dr. Ciro Saul Garcia X. da Costa
COREN-MG: 530.019 - Enf.
--- Emergencista / Intensivista / Trauma ---
RT Coordenador UPA Matozinhos

Ciro Saul Garcia Xavier da Costa

Coordenador de Urgência e Emergência
Unidade de Pronto Atendimento de Matozinhos
Esp: Emergencista / Intensivista / Traumatologia
Coren-Mg: 530.019