



**PREFEITURA DE
MATOZINHOS**

Prefeitura Municipal de Matozinhos

Secretaria Municipal de Saúde

Rua João Gonçalves de Oliveira, nº 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 3712-6774 | saude@matozinhos.mg.gov.br

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA

CI Nº: 114/2025

Data: 16/04/2025

De: Secretaria de Saúde

Para: Compras e Licitações

Prezados,

Tendo em vista o Processo Licitatório nº 27/PMM/2025 – Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025, com o objeto Material Médico Hospitalar – Itens Não Invasivos, a Comissão de Avaliação Técnico instituída pela Portaria nº 10.365/24, avaliou os itens 06 e 119 encaminhados pelo licitante Biolab Soluções para Saúde LTDA.

Item 06: ATADURA DE CREPOM - MATERIA-PRIMA: ALGODAO CRU DE ALTA TORCAO E FIBRAS SINTETICAS; NUMERO DE FIOS: 13 FIOS/CM2; DIMENSOES (L X C): 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO; ESTERIL: NAO; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: ATADURA COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. ATENDER NORMAS VIGENTES QUE ESPECIFICA OS REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO DA ATADURA DE CREPOM, RESOLUÇÃO RDC DA ANVISA, RESOLUÇÃO CONMETRO, PORTARIA DO INMETRO E ABNT. PCTE. COM 12 UNID.

A comissão avaliou e NÃO Aprovou o item, pois não apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Falta de Elasticidade no sentido longitudinal e transversal. Apresenta deformação frente ao manuseio e integridade dos fios. Não possui boa absorção. Vale ressaltar que a marca informada no pregão foi ERIMAX, entretanto a empresa encaminhou a marca SOFT.

Item 119: LENÇOL PARA MACA, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, FABRICADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO 2,0M X 90 CM. PARA USO EM MACAS HOSPITALARES. PCTE COM 100 UNID.

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Comprimento do produto. Impermeabilidade do produto. Cor homogênea do produto. Teste de resistência do produto no uso único in loco.

Atenciosamente,

Giovanna Pezzini Moreira
Presidente da Comissão

E Mourão

Erika Mourão do Carmo
Membro da Comissão

Ana Flavia Gonçalves Fonseca Mendes

Ana Flavia Gonçalves Fonseca Mendes
Membro da Comissão

Flavia de Souza Bernardes

Flavia de Souza Bernardes
Membro da Comissão

Evelin Regina Fonseca de Souza Pedras

Evelin Regina Fonseca de Souza Pedras
Membro da Comissão



**PREFEITURA
MATOZINHOS**

TRABALHO e INOVAÇÃO!

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MATOZINHOS

Urgência e Emergência

Avenida Minas Gerais, 1171 – Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8573 / (31) 2010-8574 – coordenacaoemergencia.upamtz@gmail.com

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

À Secretaria de Licitação da Prefeitura de Matozinhos,

Ref.: Avaliação dos Materiais da Empresa Unidas Ltda – Processo Licitatório nº 27/PMM/2025, Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025


Conforme solicitado, realizei a avaliação dos Materiais fornecidos pela empresa BIOLAB SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA, participantes do processo licitatório nº 27/PMM/2025, Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025. O item 119 foi avaliado em loco, com o uso do material no paciente da área assistencial. Após análise detalhada, verifico que o material atende satisfatoriamente as exigências de qualidade assistencial e segurança do paciente, conforme as normas e requisitos estabelecidos.

Item 06 – Não Conforme quanto à Qualidade do Material

O item 06 não atende aos critérios mínimos de qualidade esperados. O material é extremamente frágil, com baixa resistência, o que compromete sua eficácia, especialmente em técnicas que demandam maior robustez, como o curativo compressivo. Observou-se ainda que os fios são muito espaçados, o que reduz significativamente sua capacidade de contenção de sangramentos, exigindo o uso de uma maior quantidade do produto em situações que requerem imobilização de traumas, gerando desperdício e aumento de custos. Ressalta-se, ainda, uma divergência importante: o documento especifica a marca ERIMAX, porém o material enviado para avaliação pertence à marca SOFT, o que reforça a inadequação do item e descumprimento das especificações previstas.

Atenciosamente,

Matozinhos 11 de Abril de 2025.



Dr. Ciro Saul Garcia X. da Costa
COREN-MG: 530.019 - Enf.
Emergencista / Intensivista / Trauma
RY Coordenador UPA Matozinhos

Ciro Saul Garcia Xavier da Costa

Coordenador de Urgência e Emergência
Unidade de Pronto Atendimento de Matozinhos
Esp: Emergencista / Intensivista / Traumatologia
Coren-Mg: 530.019