



**PREFEITURA DE
MATOZINHOS**

Prefeitura Municipal de Matozinhos

Secretaria Municipal de Saúde

Rua João Gonçalves de Oliveira, nº 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 3712-6774 | saude@matozinhos.mg.gov.br

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA

CI Nº: 110/2025

Data: 16/04/2025

De: Secretaria de Saúde

Para: Compras e Licitações

Prezados,

Tendo em vista o Processo Licitatório nº 27/PMM/2025 – Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025, com o objeto Material Médico Hospitalar – Itens Não Invasivos, a Comissão de Avaliação Técnico instituída pela Portaria nº 10.365/24, avaliou os itens 05, 40 e 140 encaminhados pelo licitante Conectamed Comercio e Distribuição LTDA.

Item 05: ALGODÃO 500 G HIDRÓFILO, 100% FIBRAS DE ALGODAO ALVEJADO, COM AUSENCIA DE IMPUREZAS E GRANULOS, NEUTRO, MACIO, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO E RETENCAO DE LIQUIDOS, EMBALADO EM ROLOS COM 500 GRS, TAMANHO MINIMO DE 24CM DE LARGURA, COR BRANCA. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA FABRICACAO E VALIDADE DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Presença de impurezas/grânulos (qualquer tipo) no produto. Capacidade de absorção/retenção de líquidos. Tamanho (largura) do produto. Avaliação da coloração: apresentação homogênea da cor (branca).

Item 41: COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO, SEM RADIOPACO, MEDINDO 45 X 50, CONSTITUIDO DE 4 CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTA, CONTENDO 15 (8X7) FIOS POR CM2 APROXIMADAMENTE EM CADA CAMADA, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS ATRAVES DO PONTO OVERLOK, FORMATO RETANGULAR, PROVIDO DE ALCA, CANTOS ARREDONDADOS, PESO APROXIMADAMENTE 41/40G, EMBALADA EM PACOTE COM 50 PECAS

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Comprimento do produto. Presença de impureza. Cor do produto. Acabamento: costura nas bordas. Número de camadas do produto.

Item 140: SERINGA 10 ML - DESCARTAVEL GRADUADA 10 ML SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, ESTERIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZACAO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO, DESCARTAVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DATA DE VALIDADE COM ATE

UM ANO NO ATO DA ENTREGA PROCEDENCIA, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO.

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Avaliação da embalagem que contém o produto, a mesma deve ser transparente, possibilitando a visualização do conteúdo, selagem íntegra e deve assegurar a esterilidade e a integridade da seringa até o momento do uso. Avaliação da rotulagem: dados de identificação do produto como nome, volume da seringa, código de referência tipo do bico (LUER LOCK), número do lote, esterilização, validade, número de registro na ANVISA. Avaliar o cilindro, dimensão: o comprimento do cilindro deve ser tal que a seringa tenha uma capacidade máxima de uso de pelo menos 10% a mais que a capacidade nominal. Avaliação visual: deve ser transparente, permitindo a leitura das dosagens sem dificuldade. Flange ou empunhadura, a extremidade distal do cilindro deve ser provida de flange e o mesmo deve estar livre de rebarbas e de bordas afiadas. O flange do cilindro deve ser de tamanho, forma e resistência adequada para a finalidade pretendida e deve permitir que a seringa seja manuseada com segurança durante o uso. A seringa deve ter uma escala graduada e a unidade de volume deve estar marcada no cilindro. Quando a seringa é sustentada verticalmente, as extremidades de todas as linhas de graduação, de comprimentos similares devem estar alinhadas verticalmente. O ajuste cônico do bico luerlock devem estar de acordo com a NBRISO954-1 e 594-2. Assim espera-se que a conexão da seringa com outros dispositivos de infusão deva ocorrer sem dificuldades, não podendo apresentar qualquer tipo de vazamentos ou desconexões anormais. Avaliar o êmbolo: Quando a seringa é preenchida com água e sustentada verticalmente, primeiro com o bico para cima depois com o bico para baixo, o êmbolo não deve se mover por ação de seu próprio peso.


Atenciosamente,



Giovanna Pezzini Moreira
Presidente da Comissão



Erika Mourão do Carmo
Membro da Comissão



Ana Flávia Gonçalves Fonseca Mendes
Membro da Comissão



Flavia de Souza Bernardes
Membro da Comissão



Evelin Regina Fonseca de Souza Pedras
Membro da Comissão



**PREFEITURA
MATOZINHOS**

TRABALHO e INOVAÇÃO!

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MATOZINHOS

Urgência e Emergência

Avenida Minas Gerais, 1171 – Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8573 / (31) 2010-8574 – coordenacaoemergencia.upamtz@gmail.com

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

À Secretaria de Licitação da Prefeitura de Matozinhos,

Ref.: Avaliação dos Materiais da Empresa Unidas Ltda – Processo Licitatório nº 27/PMM/2025, Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025

Conforme solicitado, realizei a avaliação dos Materiais fornecidos pela empresa CONECTAMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, participantes do processo licitatorio nº 27/PMM/2025, Pregão Eletronico nº 09/PMM/2025. Os Itens 05, 41 e 140 foi avaliados em loco, com o uso dos materiais nos pacientes da area assistencial. Após analise detalhada, verifico que os materiais atendem satisfatoriamente as exigências de qualidade assistencial e segurança do paciente, conforme as normas e requisitos estabelecidos.

Ressalto que os materiais estão em conformidade com os padrões necessarios para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes, não havendo qualquer inconformidade em relação á sua utilização.

Atenciosamente,

Matozinhos 11 de Abril de 2025.



Dr. Ciro Saul Garcia X. da Costa
COREN-MG: 530.019 - Enf.
Emergencista / Intensivista / Trauma
RT Coordenador UPA Matozinhos

Ciro Saul Garcia Xavier da Costa

Coordenador de Urgência e Emergência
Unidade de Pronto Atendimento de Matozinhos
Esp: Emergencista / Intensivista / Traumatologia
Coren-Mg: 530.019