

**CI – COMUNICAÇÃO INTERNA**

**CI Nº: 109/2025**

**Data: 16/04/2025**

**De:** Secretaria de Saúde

**Para:** Compras e Licitações

Prezados,

Tendo em vista o Processo Licitatório nº 27/PMM/2025 – Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025, com o objeto Material Médico Hospitalar – Itens Não Invasivos, a Comissão de Avaliação Técnico instituída pela Portaria nº 10.365/24, avaliou os itens 08, 80 e 118 encaminhados pelo licitante Medica Segura Distribuição e Promoção em Vendas LTDA.

**Item 08:** ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 06 CM X 1,8M TIPO I COM FIOS 100% ALGODAO OU MISTO, COM ELASTICIDADE, DIMENSÕES, MASSA POR UNIDADE, PESANDO NO MINIMO 21,8GR CONFORME NBR 14.056, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, MACIEZ E ABSORVENCIA ADEQUADA A SUA FINALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DA EMBALAGEM CONFORME PORTARIA Nº 106/2003 DO INMETRO. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Faixa contínua de tecido 100% algodão ou misto com propriedades elásticas. Comprimento do produto em repouso e esticada. Elasticidade no sentido longitudinal e transversal. Deformação frente ao manuseio e integridade dos fios. Possuir bom acabamento lateral e de extremidades. Ter boa capacidade de absorção.

**Item 80:** FITA HIPOALERGÊNICA 25MMX10M. DELICADA E POROSA. COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE. PERMITE A PELE TRANSPIRAR LIVREMENTE, RESISTENTE À ÁGUA E COM LACRE DE PROTEÇÃO QUE IMPEDE A VIOLAÇÃO..

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Impermeabilidade do produto no uso (testes in loco). Superfície adesiva plana isenta de grumos e sujidades. Adesão à pele (testes in loco).

**Item 118:** LENÇOL PARA MACA, DESCARTÁVEL EM ROLO DE 50M., NA COR BRANCA, 70CM DE LARGURA.

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Comprimento do produto. Cor homogênea do produto. Teste de resistência do produto no uso único in loco


Atenciosamente,




**Giovanna Pezzini Moreira**  
**Presidente da Comissão**




**Erika Mourão do Carmo**  
**Membro da Comissão**



**Ana Flávia Gonçalves Fonseca Mendes**  
**Membro da Comissão**



**Flavia de Souza Bernardes**  
**Membro da Comissão**



**Evelin Regina Fonseca de Souza Pedras**  
**Membro da Comissão**

**À Secretaria de Licitação da Prefeitura de Matozinhos,**


**Ref.: Avaliação dos Materiais da Empresa Unidas Ltda – Processo Licitatório nº 27/PMM/2025, Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025**

Conforme solicitado, realizei a avaliação dos Materiais fornecidos pela empresa MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO E PROMOÇÃO EM VENDAS LTDA, participantes do processo licitatório nº 27/PMM/2025, Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025. Os Itens 08, 80 e 118 foi avaliados em loco, com o uso dos materiais nos pacientes da area assistencial. Após análise detalhada, verifico que os materiais atendem satisfatoriamente as exigências de qualidade assistencial e segurança do paciente, conforme as normas e requisitos estabelecidos.

Ressalto que os materiais estão em conformidade com os padrões necessarios para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes, não havendo qualquer inconformidade em relação á sua utilização.

Atenciosamente,

Matozinhos 11 de Abril de 2025.

  
Dr. Ciro Saul Garcia X. da Costa  
COREN-MG: 530.019 - Enf.  
Emergencista / Intensivista / Trauma  
RT Coordenador UPA Matozinhos

**Ciro Saul Garcia Xavier da Costa**  
Coordenador de Urgência e Emergência  
Unidade de Pronto Atendimento de Matozinhos  
Esp: Emergencista / Intensivista / Traumatologia  
Coren-Mg: 530.019