



**PREFEITURA DE
MATOZINHOS**

Prefeitura Municipal de Matozinhos

Secretaria Municipal de Saúde

Rua João Gonçalves de Oliveira, nº 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 3712-6774 | saude@matozinhos.mg.gov.br

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA

CI Nº: 114/2025

Data: 16/04/2025

De: Secretaria de Saúde

Para: Compras e Licitações

Prezados,

Tendo em vista o Processo Licitatório nº 27/PMM/2025 – Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025, com o objeto Material Médico Hospitalar – Itens Não Invasivos, a Comissão de Avaliação Técnico instituída pela Portaria nº 10.365/24, avaliou os itens 144 e 145 encaminhados pelo licitante Health Clean Comercial EIRELI

Item 144: SERINGA 3 ML - DESCARTAVEL GRADUADA 3 ML SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, ESTERIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZACAO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO, DESCARTAVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DATA DE VALIDADE COM ATE UM ANO NO ATO DA ENTREGA, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO.

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Avaliação da embalagem que contém o produto, a mesma deve ser transparente, possibilitando a visualização do conteúdo, selagem íntegra e deve assegurar a esterilidade e a integridade da seringa até o momento do uso. Avaliação da rotulagem: dados de identificação do produto como nome, volume da seringa, código de referência tipo do bico (LUER LOCK), número do lote, esterilização, validade, número de registro na ANVISA. Avaliar o cilindro, dimensão: o comprimento do cilindro deve ser tal que a seringa tenha uma capacidade máxima de uso de pelo menos 10% a mais que a capacidade nominal. Avaliação visual: deve ser transparente, permitindo a leitura das dosagens sem dificuldade. Flange ou empunhadura, a extremidade distal do cilindro deve ser provida de flange e o mesmo deve estar livre de rebarbas e de bordas afiadas. O flange do cilindro deve ser de tamanho, forma e resistência adequada para a finalidade pretendida e deve permitir que a seringa seja manuseada com segurança durante o uso. A seringa deve ter uma escala graduada e a unidade de volume deve estar marcada no cilindro. Quando a seringa é sustentada verticalmente, as extremidades de todas as linhas de graduação, de comprimentos similares devem estar alinhadas verticalmente. O ajuste cônico do bico luerlock devem estar de acordo com a NBRISO954-1 e 594-2. Assim espera-se que a conexão da seringa com outros dispositivos de infusão deva ocorrer sem dificuldades, não podendo apresentar qualquer tipo de vazamentos ou desconexões anormais. Avaliar o êmbolo: Quando a seringa é preenchida com água e sustentada verticalmente, primeiro com o bico para cima depois com o bico para baixo, o êmbolo não deve se mover por ação de seu próprio peso..

Item 145: SERINGA 5 ML - DESCARTAVEL GRADUADA 5 ML SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, ESTERIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZACAO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO, DES CARTAVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DATA DE VALIDADE COM ATE UM ANO NO ATO DA ENTREGA PROCEDENCIA, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO.

A comissão avaliou e Aprovou o item, pois apresentou todos os aspectos solicitados em edital, tais como: Avaliação da embalagem que contém o produto, a mesma deve ser transparente, possibilitando a visualização do conteúdo, selagem íntegra e deve assegurar a esterilidade e a integridade da seringa até o momento do uso. Avaliação da rotulagem: dados de identificação do produto como nome, volume da seringa, código de referência tipo do bico (LUER LOCK), número do lote, esterilização, validade, número de registro na ANVISA. Avaliar o cilindro, dimensão: o comprimento do cilindro deve ser tal que a seringa tenha uma capacidade máxima de uso de pelo menos 10% a mais que a capacidade nominal. Avaliação visual: deve ser transparente, permitindo a leitura das dosagens sem dificuldade. Flange ou empunhadura, a extremidade distal do cilindro deve ser provida de flange e o mesmo deve estar livre de rebarbas e de bordas afiadas. O flange do cilindro deve ser de tamanho, forma e resistência adequada para a finalidade pretendida e deve permitir que a seringa seja manuseada com segurança durante o uso. A seringa deve ter uma escala graduada e a unidade de volume deve estar marcada no cilindro. Quando a seringa é sustentada verticalmente, as extremidades de todas as linhas de graduação, de comprimentos similares devem estar alinhadas verticalmente. O ajuste cônico do bico luerlock devem estar de acordo com a NBRISO954-1 e 594-2. Assim espera-se que a conexão da seringa com outros dispositivos de infusão deva ocorrer sem dificuldades, não podendo apresentar qualquer tipo de vazamentos ou desconexões anormais. Avaliar o êmbolo: Quando a seringa é preenchida com água e sustentada verticalmente, primeiro com o bico para cima depois com o bico para baixo, o êmbolo não deve se mover por ação de seu próprio peso..

Os itens 30,43, 68 e 103 Não foram apresentados amostra, impossibilitando a avaliação.


Atenciosamente,



Giovanna Pezzini Moreira
Presidente da Comissão



Erika Mourão do Carmo
Membro da Comissão



Ana Flávia Gonçalves Fonseca Mendes
Membro da Comissão

Flavia de Souza Bernardes

Flavia de Souza Bernardes
Membro da Comissão

Evelin Regina Fonseca de Souza Pedras

Evelin Regina Fonseca de Souza Pedras
Membro da Comissão



À Secretaria de Licitação da Prefeitura de Matozinhos,

Ref.: Avaliação dos Materiais da Empresa Unidas Ltda -- Processo Licitatório nº 27/PMM/2025, Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025

Conforme solicitado, realizei a avaliação dos Materiais fornecidos pela empresa HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI, participantes do processo licitatorio nº 27/PMM/2025, Pregão Eletrônico nº 09/PMM/2025. Os Itens 144 e 145 foi avaliados em loco, com o uso dos materiais nos pacientes da area assistencial. Após analise detalhada, verifico que os materiais atendem satisfatoriamente as exigências de qualidade assistencial e segurança do paciente, conforme as normas e requisitos estabelecidos.

Informo que, para os itens 30, 43, 68 e 103, nao foram apresentadas amostras para analise, conforme exigido no edital do pregão. Diante da ausencia das amostras, nao foi possivel realizar a devida avaliação para emissão de parecer quanto a qualidade dos produtos. Assim, os referidos itens estão desclassificados, por não atenderem as exigencias prevista no certame.

Atenciosamente,

Matozinhos 11 de Abril de 2025.



Dr. Ciro Saul Garcia X. da Costa
COREN-MG: 530.019 - Enf.
-- Emergencista / Intensivista / Trauma --
RT Coordenador UPA Matozinhos

Ciro Saul Garcia Xavier da Costa
Coordenador de Urgência e Emergência
Unidade de Pronto Atendimento de Matozinhos
Esp: Emergencista / Intensivista / Traumatologia
Coren-Mg: 530.019