



Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Diretoria de Compras, Licitações e Contratos
Praça Bom Jesus, 99 – Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8511 ou (31) 2010-8513 | comprasmatozinhos@gmail.com

ERRATA

Prezados (as) Senhores (as),

Comunicamos por meio desta, que foram realizadas alterações no **Processo Licitatório nº 177/PMM/2025, Pregão Eletrônico nº 78/PMM/2025**, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos médico hospitalar, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

Tendo em vista a procedência do pedido de esclarecimento, e resposta do setor técnico da Secretaria Municipal de Saúde, comunicação interna CI nº 81, informamos que a Pregoeira promoveu as seguintes alterações:

DO TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS

1.1.1 As especificações e quantidades dos materiais a serem adquiridos estão discriminados abaixo.

Onde se lê :

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	1	Unid.	Ultrassom Portátil - bivolt automático, com Doppler Colorido . Painel de controle alfanumérico, Teclas customizáveis, teclado retro iluminado, que atenda no mínimo as aplicações: Abdome, Ginecologia, Obstetrícia, Pequenas Partes, Músculo Esquelético, Vascular, Urologia, Ortopedia, Pediatria, Fisioterapia; Monitor LCD ou LED de no mínimo 15"; Deve pesar no máximo 9 kg . O equipamento deve realizar os modos B/2B/4B/M/B+M/Modo Triplex/ Color e B simultâneos/Modo Dual/Modo Quad. Deve conter os modos de imagem PW, HPRF, Color Doppler, Power Doppler e Power Doppler modo direcional. Deve possuir software para otimização de imagem como: Filtro de Redução de Ruídos e Algoritmo de Ressonância Magnética, Composição Espacial de Imagem (Feixes Cruzados), Imagem Harmônica / Pulso Invertido, Otimização de Imagem Modo B/Color/PW com apenas um botão, Steer no Modo B e no Doppler. Aumento do Campo de Visão (trapezoidal) dos transdutores em 20%, até 4 zonas focais, Frame Rate de no mínimo 1.000 fps, Faixa Dinâmica de no mínimo 250 db, Spot Zoom e Pan Zoom. Deve possuir software para 3D freehand e medidas obstétricas automáticas, deve possuir software para medida automática da Média-Intimal, deve possuir software para imagem panorâmica ou estendida.			

Assinatura



Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Governo
Diretoria de Compras, Licitações e Contratos
Praça Bom Jesus, 99 – Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8511 ou (31) 2010-8513 | comprasmatozinhos@gmail.com

			Deve ter possibilidade futura de 4D obstétrico com no mínimo 30 volumes por segundo. Deve possuir 8 segmentos de TGC físicos, Capacidade de memória Disco Rígido de no mínimo 500 GB, no mínimo: 3 portas USB, 1 porta Saída VGA, Saída de vídeo, 1 porta Ethernet, 1 porta Controle Remoto . Conectividade DICOM 3.0 (Print, Storage e Worklist). Deve conter tabelas de medidas completas para as aplicações citadas acima, Possibilidade de inserir comentários, body Mark, Seta, sendo todos customizáveis. Formatos de imagem BMP, JPG, DCM, FRM, AVI, CIN. Possibilidade de exportar imagens via USB ou rede para o computador. Sistema de Armazenamento e Gerenciamento de Dados e Imagens de pacientes, possibilidade de gravação da memória do cine de no mínimo 5.000 quadros. Transdutor Convexo com frequência mínima de 2 a 5 MHz e com abertura de no mínimo 80°. Transdutor Linear com frequência mínima de 5 a 12 MHz com no mínimo 40mm. Registro na ANVISA.			
--	--	--	--	--	--	--

Leia-se:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	1	Unid.	Ultrassom Portátil - bivolt automático, com Doppler Colorido . Painel de controle alfanumérico, Teclas customizáveis, teclado retro iluminado, que atenda no mínimo as aplicações: Abdome, Ginecologia, Obstetrícia, Pequenas Partes, Músculo Esquelético, Vascular, Urologia, Ortopedia, Pediatria, Fisioterapia; Monitor LCD ou LED de no mínimo 15"; Deve pesar no máximo 11 kg . O equipamento deve realizar os modos B/2B/4B/M/B+M/Modo Triplex/ Color e B simultâneos/Modo Dual/Modo Quad. Deve conter os modos de imagem PW, HPRF, Color Doppler, Power Doppler e Power Doppler modo direcional. Deve possuir software para otimização de imagem como: Filtro de Redução de Ruídos e Algoritmo de Ressonância Magnética, Composição Espacial de Imagem (Feixes Cruzados), Imagem Harmônica / Pulso Invertido, Otimização de Imagem Modo B/Color/PW com apenas um botão, Steer no Modo B e no Doppler. Aumento do Campo de Visão (trapezoidal) dos transdutores em 20%, até 4 zonas focais, Frame Rate de no mínimo 1.000 fps, Faixa Dinâmica de no mínimo 250 db, Spot Zoom e Pan Zoom. Deve possuir software para 3D freehand e medidas obstétricas automáticas, deve possuir software para medida automática da Média-Intimal, deve possuir software para imagem panorâmica			

2 pontos



Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Diretoria de Compras, Licitações e Contratos
Praça Bom Jesus, 99 – Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8511 ou (31) 2010-8513 | comprasmatozinhos@gmail.com

		ou estendida. Deve ter possibilidade futura de 4D obstétrico com no mínimo 30 volumes por segundo. Deve possuir 8 segmentos de TGC físicos, Capacidade de memória Disco Rígido de no mínimo 500 GB, no mínimo: 3 portas USB, 1 porta Saída VGA, Saída de vídeo, 1 porta Ethernet, 1 porta Controle Remoto (não sendo obrigatória porta física exclusiva, podendo ser compatível para conexão do controle remoto, sendo aceitas tecnologias superiores ou integradas, desde que atendam plenamente à funcionalidade exigida no edital). Conectividade DICOM 3.0 (Print, Storage e Worklist). Deve conter tabelas de medidas completas para as aplicações citadas acima, Possibilidade de inserir comentários, body Mark, Seta, sendo todos customizáveis. Formatos de imagem BMP, JPG, DCM, FRM, AVI, CIN. Possibilidade de exportar imagens via USB ou rede para o computador. Sistema de Armazenamento e Gerenciamento de Dados e Imagens de pacientes, possibilidade de gravação da memória do cine de no mínimo 5.000 quadros. Transdutor Convexo com frequência mínima de 2 a 5 MHz e com abertura de no mínimo 80°. Transdutor Linear com frequência mínima de 5 a 12 MHz com no mínimo 40mm. Registro na ANVISA.			
--	--	--	--	--	--

Posto isto, diante da alteração conforme determinado no Decreto Municipal nº 3.699/2023, 22 , c/c o art. 55, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021, **Comunico a nova data de abertura: dia 11/02/2026 às 09:30h.**

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Sendo só para o momento, subscrevo-me.

Matozinhos, 28 de janeiro de 2026.


SINARA FERREIRA DOS SANTOS
Pregoeira