



**HOSPITAL
BOM PASTOR**

FHOMUV - Fundação Hospitalar
do Município de Varginha

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATÉ 25/09/2024

SOLICITAMOS QUE PRIMEIRAMENTE SEJA VERIFICADO SE O MATERIAL ENTREGUE CONDIZ COM O DESCRITIVO DA AVALIAÇÃO. QUALQUER DIVERGÊNCIA PROCURAR O SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

PRODUTO: AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, SILICONIZADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTERIL, 25X7MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA BISEL TRITACETADO, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTEOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPOS DE ESTERELIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.

Marca: VENPER

Quantidade de amostras analisadas: 06 (seis)

Lote analisado: 231020

Data da avaliação: 24/09/24

Responsável: Juliana

Setor: Laboratório

Parecer técnico	SIM	NÃO	N/A*
A embalagem contém dados de identificação, lote, validade, Registro no M.S.	X		
O produto está de acordo com o especificado no descritivo (tamanho, material, etc)	X		
O produto é frágil, quebra-se ou estraga-se com facilidade	X		
O produto atende as funções para o qual será utilizado na Fundação	X		

Demais características favoráveis: —

Demais características desfavoráveis: O dispositivo de segurança é frágil e parece que não vai travar a agulha. Utilizamos o produto com muito cuidado, por esse motivo. Mas, o produto atende ao seu propósito, com essa ressalva.

Parecer final: (X) Amostra **aprovada**, atende as especificações e as necessidades da Instituição *essa ressalva*.
() Amostra **reprovada**, não atende as especificações e as necessidades da Instituição *verso*

Data: 24/09/24

Assinatura do avaliador:

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

*N/A – Não se aplica

É é melhor do que usar a agulha sem o dispositivo.



**HOSPITAL
BOM PASTOR**

FHOMUV - Fundação Hospitalar
do Município de Varginha

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATÉ 25/09/2024

SOLICITAMOS QUE PRIMEIRAMENTE SEJA VERIFICADO SE O MATERIAL ENTREGUE CONDIZ COM O DESCRITIVO DA AVALIAÇÃO. QUALQUER DIVERGÊNCIA PROCURAR O SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

PRODUTO: AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, SILICONIZADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTERIL, 25X8MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA BISEL TRITACETADO, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTEOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPOS DE ESTERELIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.

Marca: VENPER

Quantidade de amostras analisadas: 06 (seis)

Lote analisado: 516032

Data da avaliação: 24/09/24

Responsável: Juliana

Sector: Laboratório

Parecer técnico	SIM	NÃO	N/A*
A embalagem contém dados de identificação, lote, validade, Registro no M.S.	X		
O produto está de acordo com o especificado no descritivo (tamanho, material, etc)	X		
O produto é frágil, quebra-se ou estraga-se com facilidade	X		
O produto atende as funções para o qual será utilizado na Fundação	X		

Demais características favoráveis: —

Demais características desfavoráveis: O dispositivo de segurança é frágil e mole, mas trava a agulha, atendendo ao seu propósito. Precisa ser usado com cautela. Mas é preferível do que usar agulhas sem o dispositivo.

Parecer final: (X) Amostra **aprovada**, atende as especificações e as necessidades da Instituição

() Amostra **reprovada**, não atende as especificações e as necessidades da Instituição

Data: 24/09/24

Assinatura do avaliador: _____

Juliana Campos Pereira
Farmacêutica Bioquímica
CRF 27799

Análise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

*N/A – Não se aplica



**HOSPITAL
BOM PASTOR**

FHOMUV - Fundação Hospitalar
do Município de Varginha

AValiação de Amostras

ATÉ 25/09/2024

SOLICITAMOS QUE PRIMEIRAMENTE SEJA VERIFICADO SE O MATERIAL ENTREGUE CONDIZ COM O DESCRITIVO DA AVALIAÇÃO, QUALQUER DIVERGÊNCIA PROCURAR O SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

PRODUTO: APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL (ESFIGNOMANOMETRO) DE ADULTO OBESO - INDICADO PARA MEDICAO DA PRESSAO ARTERIAL SANGUINEA. DEVE POSSUIR MANOMETRO ANEROIDE (NAO UTILIZA LIQUIDOS) GRADUADO CORRESPONDENTE A PRESSAO EM MILIMETROS DE MERCURIO, EM ESCALA DE 0 A 300MMHG. VISOR EM POLICARBONATO COM LENTE DE AUMENTO, MOSTRADOR PLANO E CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTENCIA. COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL. BRACADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON RESISTENTE, FLEXIVEL E ANTIALERGICO COM FECHO DE VELCRO. REGISTRA DUAS MEDIDAS DE PRESSAO ARTERIAL: A MAIS ALTA CHAMA-SE SISTOLICA (MEDIDA QUANDO O CORACAO ESTA BOMBEANDO), E A MAIS BAIXA CHAMA-SE DIASTOLICA (MEDIDA QUANDO O CORACAO ESTA RELAXADO). O MANGUITO DEVE SER DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSUFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE ACO INOX DE ALTA DURABILIDADE. BRACADEIRA: 68,0 X 18,0CM. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. GARANTIA DE 05 ANOS.

Marca: PREMIUN

Quantidade de amostras analisadas: 01

Lote analisado: 052201

Data da avaliação: 23/09/2024

Responsável: Vânia Scalioni Padua

Setor: PA

Parecer técnico	SIM	NÃO	N/A*
A embalagem contém dados de identificação, lote, validade, Registro no M.S.	X		
O produto está de acordo com o especificado no descritivo (tamanho, material, etc)	X		
O produto é frágil, quebra-se ou estraga-se com facilidade		X	
O produto atende as funções para o qual será utilizado na Fundação	X		

Demais características favoráveis: boa qualidade

Demais características desfavoráveis: —

Parecer final: (X) Amostra **aprovada**, atende as especificações e as necessidades da Instituição

() Amostra **reprovada**, não atende as especificações e as necessidades da Instituição

Data: 23/09/24

Assinatura do avaliador: _____

Vânia Scalioni Padua
COREN-MG 279061 - ENF
Especialista em Urgência e Emergência
REB 20690

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.



**HOSPITAL
BOM PASTOR**

FHOMUV - Fundação Hospitalar
do Município de Varginha

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATÉ 25/09/2024

SOLICITAMOS QUE PRIMEIRAMENTE SEJA VERIFICADO SE O MATERIAL ENTREGUE CONDIZ COM O DESCRITIVO DA AVALIAÇÃO. QUALQUER DIVERGÊNCIA PROCURAR O SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

PRODUTO: CATETER NASAL, TIPO ÓCULOS, PEDIÁTRICO, PARA OXIGENOTERAPIA, CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO E FLEXÍVEL, PRONGA EM SILICONE, CONEXÃO NASAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, EXTENSÃO AJUSTÁVEL, MÍNIMO 100 CM. CONECTOR UNIVERSAL. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA

Marca: BIOSANI

Quantidade de amostras analisadas: 02

Lote analisado: 64474

Data da avaliação: 23/09/24

Responsável: Vânia Scalioni Pádua

Setor: PA

Parecer técnico	SIM	NÃO	N/A*
A embalagem contém dados de identificação, lote, validade, Registro no M.S.	X		
O produto está de acordo com o especificado no descritivo (tamanho, material, etc)	X		
O produto é frágil, quebra-se ou estraga-se com facilidade		X	
O produto atende as funções para o qual será utilizado na Fundação		X	

Demais características favoráveis: —

Demais características desfavoráveis: produto não atende às expectativas

Parecer final: () Amostra **aprovada**, atende as especificações e as necessidades da Instituição

(X) Amostra **reprovada**, não atende as especificações e as necessidades da Instituição

Data: 23/09/24

Assinatura do avaliador:

Vânia Scalioni Pádua
COREN-MG 279061 - ENF
Especialista em Urgência e Emergência
Reg. 79690

Analisé com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

*N/A – Não se aplica



**HOSPITAL
BOM PASTOR**

FHOMUV - Fundação Hospitalar
do Município de Varginha

AValiação de Amostras

ATÉ 25/09/2024

SOLICITAMOS QUE PRIMEIRAMENTE SEJA VERIFICADO SE O MATERIAL ENTREGUE CONDIZ COM O DESCRITIVO DA AVALIAÇÃO. QUALQUER DIVERGÊNCIA PROCURAR O SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

**PRODUTO: FILTRO BACTERIANO PEDIATRICO - VENTILACAO MECANICA PEDIATRICO
FILTRO UMIDIFICADOR ELETROSTATICO PARA VENTILACAO MECANICA DE PACIENTES
PEDIATRICO COM CONECTOR INTERMEDIARIO EXTENSIVEL (TRAQUEINHA).**

Marca: YOUMIDITY

Quantidade de amostras analisadas:

02

Lote analisado:

5596

Data da avaliação:

24/09/24

Responsável:

Leonora Flávio

Setor:

Centro Cirúrgico

Parecer técnico	SIM	NÃO	N/A*
A embalagem contém dados de identificação, lote, validade, Registro no M.S.	X		
O produto está de acordo com o especificado no descritivo (tamanho, material, etc)	X		
O produto é frágil, quebra-se ou estraga-se com facilidade		X	
O produto atende as funções para o qual será utilizado na Fundação	X		

Demais características favoráveis:

Atende as necessidades do setor

Demais características desfavoráveis:

Parecer final: (X) Amostra **aprovada**, atende as especificações e as necessidades da Instituição

() Amostra **reprovada**, não atende as especificações e as necessidades da Instituição

Data: 24/09/24

Assinatura do avaliador:

Daniel

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

*N/A – Não se aplica



**HOSPITAL
BOM PASTOR**

FROMUV - Fundação Hospitalar
do Município de Varginha

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATÉ 25/09/2024

SOLICITAMOS QUE PRIMEIRAMENTE SEJA VERIFICADO SE O MATERIAL ENTREGUE CONDIZ COM O DESCRITIVO DA AVALIAÇÃO, QUALQUER DIVERGÊNCIA PROCURAR O SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

PRODUTO: TUBO ENDOTRAQUEAL TRANSPARENTE DESCARTAVEL INFANTIL, SILICONADO, COM BALAO, NUMERO 2.5, CONFECCIONADO EM PVC, COM ESTREMIDADES PARA CONEXAO DOS APARELHOS DE ANESTESIA MASCARAS FACIAIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM INVOLUCRO APROPRIADO, ACONDICIONAMENTO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Marca: COMPER

Quantidade de amostras analisadas: 02

Lote analisado: 22060125

Data da avaliação: 24/09/24

Responsável: Leandra Flávia

Setor: Centro Cirúrgico

Parecer técnico	SIM	NÃO	N/A*
A embalagem contém dados de identificação, lote, validade, Registro no M.S.	X		
O produto está de acordo com o especificado no descritivo (tamanho, material, etc)	X		
O produto é frágil, quebra-se ou estraga-se com facilidade		X	
O produto atende as funções para o qual será utilizado na Fundação	X		

Demais características favoráveis:

Atende as necessidades do setor.

Demais características desfavoráveis:

Parecer final: (X) Amostra **aprovada**, atende as especificações e as necessidades da Instituição

() Amostra **reprovada**, não atende as especificações e as necessidades da Instituição

Data: 24/09/24

Assinatura do avaliador:

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

*N/A – Não se aplica