



**HOSPITAL
BOM PASTOR**

FHOMUV - Fundação Hospitalar
do Município de Varginha

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATÉ 25/09/2024

SOLICITAMOS QUE PRIMEIRAMENTE SEJA VERIFICADO SE O MATERIAL ENTREGUE CONDIZ COM O DESCRITIVO DA AVALIAÇÃO, QUALQUER DIVERGÊNCIA PROCURAR O SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

PRODUTO: CATETER NASAL, TIPO ÓCULOS, PEDIÁTRICO, PARA OXIGENOTERAPIA, CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO E FLEXÍVEL, PRONGA EM SILICONE, CONEXÃO NASAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, EXTENSÃO AJUSTÁVEL, MÍNIMO 100 CM. CONECTOR UNIVERSAL. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA

Marca: BIOSANI

Quantidade de amostras analisadas: 02

Lote analisado: 64474

Data da avaliação: 23/09/24

Responsável: Vânia Scalioni Pádua

Sector: PA

Parecer técnico	SIM	NÃO	N/A*
A embalagem contém dados de identificação, lote, validade, Registro no M.S.	X		
O produto está de acordo com o especificado no descritivo (tamanho, material, etc)	X		
O produto é frágil, quebra-se ou estraga-se com facilidade		X	
O produto atende as funções para o qual será utilizado na Fundação		X	

Demais características favoráveis: —

Demais características desfavoráveis: produto não atende as expectativas material min, frágil

Parecer final: () Amostra **aprovada**, atende as especificações e as necessidades da Instituição

(X) Amostra **reprovada**, não atende as especificações e as necessidades da Instituição

Data: 23/09/24

Assinatura do avaliador:

Vânia Scalioni Pádua
COREN-MG 279061 - ENF
Especialista em Urgência e Emergência
REG. 79690

Analisar com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

*N/A – Não se aplica