

“H O M O L O G A Ç Ã O E ADJUDICAÇÃO”

PROCESSO Nº 073/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025

Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de minhas atribuições legais e, considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados em obediência às disposições contidas no Art. 71, § 4º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e, Art. 72, VII do Decreto Municipal nº 11.595/2023, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;

Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;

Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz os interesses da administração pública; **HOMOLOGO** a presente licitação que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE DOSIMETRIA, para a seção de radioterapia da Fundação Hospitalar do Município de Varginha, em favor da empresa: OXIGEN COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**, para o **item 001 – 01** un de conjunto de instrumentos de dosimetria em radioterapia, contendo:a) 01 (uma) câmara de ionização para imrt/vmat tipo microcâmara, com as características mínimas: à prova d'água, conector bnc, direção ou incidência 3d, resposta padrão ou nominal de $3,5 \pm 10\%$, nc/gy, volume sensível de $0,15$ a $0,1 \text{ cm}^3 \pm 10\%$, estabilidade ou perdas de $0,5\%$ ao ano, resposta plana para feixes de raios-x de co-60 até 25 mv;b) 01 (um) detector diodo para srs com as características mínimas: à prova d'água, conector bnc, resposta padrão ou nominal de $4 \text{ nc/gy} \pm 10\%$, área sensível de $1 \times 1 \text{ mm} \pm 10\%$, dependência energética 1% resposta plana para feixes de raios-x de co-60 até 25 mv;c) 01 (um) de controle de qualidade diário verificador diário com as características mínimas: detector planar composto por uma matriz de detectores de radiação dispostas em um padrão especial para a realização de testes de controle de qualidade diário em aceleradores lineares. especificação mínima: possuir



**HOSPITAL
BOM PASTOR**

FHOMUV - Fundação Hospitalar
do Município de Varginha

no mínimo 25 detectores (câmaras de ionização ou diodos); área útil de 25x25cm; obter medidas de todas as energias de fótons ^{60}Co (4mv) à 25 mv; obter medidas de todas as energias de elétrons 4 mev à 25 mev; realizar medidas sem a necessidade de compensadores para energia; compatível com feixes convencionais e fff (flatness filter free); com um único feixe de radiação avaliar a estabilidade de dose (dose output), planura, simetria, tamanho de campo, penumbra e energia; deve possuir build-up interno para todas as leituras; capacidade de leitura de dados sem fio (wifi); o equipamento autônomo com bateria; verificar o isocentro luminoso com o radioativo; software para aquisição e análise automática de resultados; predefinição de parâmetros de teste com tolerância para análise automática de resultados;d) 01 (um) kit de placas de água sólida com as demais especificações técnicas mínimas contidas no termo de referência ao valor de **R\$ 319.600,00** (trezentos e dezenove mil e seiscentos reais) a un.

Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.

Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, 05 de junho de 2025.

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR