

VENCEDORES DO PROCESSO

Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Registro de Preços Eletrônico - 25/2025

A G LIMA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 41.358.399/0001-64 - Endereço: Av Assis
Chateaubriand - CEP: 74130015 - UF: GO - Município: Goiânia - Telefone: (62) 99294-8535

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	15573 - PULSEIRA TERMICA EM MATERIAL SINTETICO LIVRE DE LAT - 15573 - PULSEIRA TERMICA EM MATERIAL SINTETICO LIVRE DE LATEX, ANTIALERGICO IMPERMEAVEL, ANTIBACTERIANA, E INODORO, A PROVA D'AGUA E RESISTENTE A MANCHA, ABRASAO, ALCOOL, RESISTENTE A TRACAO E LACRE INVIOLOVEL TAMANHO APROXIMADO DE 300MMX290MM, COMPATIVEL COM A IMPRESSORA EM COMODATO	PULSEIRAS ADULTO/INFANTIL AJUSTAVEL	MEDICAL PRINT/MEDICAL PRINT	17 600 UN	R\$ 0 63	RS 11 088,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 11.088,00	

aprovados - analisar em anexo.

Valor Total: R\$ 11.088,00

17/04/25
Everton Silva Martins
Supervisor Administrativo





**HOSPITAL
BOM PASTOR**

FHOMUV - Fundação Hospitalar
do Município de Varginha

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATÉ 04/04/2025

SOLICITAMOS QUE PRIMEIRAMENTE SEJA VERIFICADO SE O MATERIAL ENTREGUE CONDIZ COM O DESCRITIVO DA AVALIAÇÃO. QUALQUER DIVERGÊNCIA PROCURAR O SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

PRODUTO: PULSEIRA TERMICA EM MATERIAL SINTETICO, LIVRE DE LATEX, ANTIALERGICO, IMPERMEAVEL, ANTIBACTERIANA, E INODORO, A PROVA D'AGUA E RESISTENTE A MANCHA, ABRASAO, ALCOOL. RESISTENTE A TRACAO E LACRE INVIOVEL. TAMANHO APROXIMADO DE 300MMX290MM, COMPATIVEL COM A IMPRESSORA MODELO TSC DT039-50			
Marca: MEDICAL PRINT			
Quantidade de amostras analisadas: <i>1 impressora, 100 pulseiras</i>			
Lote analisado:			
Data da avaliação: <i>28/03/2025 à 14/04/2025</i>			
Responsável: <i>Caírao Aparecida</i>			
Setor: <i>Serviço de Recepção e Tecnologia da Informação</i>			
Parecer técnico	SIM	NÃO	N/A*
A embalagem contém dados de identificação, lote, validade, Registro no M.S.	<i>X</i>		
O produto está de acordo com o especificado no descritivo (tamanho, material, etc)	<i>X</i>		
O produto é frágil, quebra-se ou estraga-se com facilidade			<i>X</i>
O produto atende as funções para o qual será utilizado na Fundação			<i>X</i>
Demais características favoráveis:			
Demais características desfavoráveis:			
Parecer final: () Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição			
(X) Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição			

Data: *15/04/2025*

Assinatura do avaliador:

Laércio Aparecida
Supervisor do Serviço Recepção,
Regulação e Frotas

Rafael Ferroni Mendes
Tecnologia da Informação
Matrícula: 3529

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

*N/A – Não se aplica



almoxarifado fhomuv <almoxarifado@hospitalhbp.com.br>

Re: Impressora de Pulseiras**Rafael Ferroni Mendes** <ti@hospitalhbp.com.br>

15 de abril de 2025 às 09:41

Para: almoxarifado fhomuv <almoxarifado@hospitalhbp.com.br>

Cc: recepcao@hospitalhbp.com.br, João Marcelo <joao.silva@hospitalhbp.com.br>

Bom dia Everton,

Após vários testes realizados por nossa equipe foi identificado que a impressora Elgin L42 Pro Full não conseguiu imprimir nossas pulseiras mesmo após consulta ao suporte do fabricante.

Entramos em contato com o suporte da empresa fornecedora, que nos informou apenas fornecer suporte de peças e nenhum suporte a configurações.

Portanto, a impressora em questão não atende as necessidades da FHOMUV.

Atenciosamente,

**HOSPITAL
BOM PASTOR****Rafael Ferroni Mendes**
Líder do setor de Tecnologia da
Informação

Tel.: (35) 3606-3434

ti@hospitalhbp.com.br

<https://www.hospitalhbp.com.br>

Em qui., 10 de abr. de 2025 às 08:18, João Marcelo <joao.silva@hospitalhbp.com.br> escreveu:

Bom dia, Laércio

Conforme testado, segue em anexo exemplo de impressão realizada pela impressora de etiquetas do 1º colocado da licitação

Gostaríamos de perguntar se a pulseira impressa atende aos requisitos necessários para o funcionamento da recepção

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo do retorno.

Atenciosamente,

--

**HOSPITAL
BOM PASTOR****João Marcelo Silva**
Técnico em Tecnologia da Informação

Tel.: (35) 3606-3437

joao.silva@hospitalhbp.com.br

<https://hospitalhbp.com.br>