

Análise Técnica 1  
Gestora Contratual

## VENCEDORES DO PROCESSO

Fundação Hospitalar do Município de Varginha  
Fundação Hospitalar do Município de Varginha  
Pregão Eletrônico - 10/2026

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 39.346.590/0001-44 -  
Endereço: R DA LUZ - CEP: 86191770 - UF: PR - Município: Cambé - Telefone: (43) 99954-6831

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0004	CARRO TERMICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS AQUECIDO, COMPOSTO POR 2 (DOIS) MODULOS, COM CAPACIDADE PARA 30GN DE 28 A 30 BANDEJAS. COM FUNCAO DE AQUECIMENTO, PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR ALIMENTOS EM TEMPERATURA QUENTE, E CADA MODULO COM FUNCIONAMENTO INDEPENDENTES. CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL, PROPRIO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS EM TEMPERATURA QUENTE, INTERNAMENTE COM ISOLAMENTO TERMICO; MODULO DE AQUECIMENTO DEVE SER PROPRIO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM TEMPERATURA AQUECIDA, ATRAVES DE RESISTENCIA ELETRICA. MANTENDO A TEMPERATURA DOS ALIMENTOS ACIMA DE 65 C A 85 C. ATRAVES DE RESISTENCIA. TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO E PAINEL ELETRONICO; PAINEL ELETRONICO COM COMANDOS/PROGRAMACAO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; GRADIL SUPERIOR DO TIPO VARANDA PARA SUPORTE; PROVIDO DE PARA-CHOQUE DE BORRACHA; COM PUXADORES LATERAIS EM POSICAO ERGONOMICA PARA FACILITAR A LOCOMOCAO; PORTAS COM FECHAMENTO MAGNETICO. AUTOMATICAS A 45, ABRINDO COMPLETAMENTE A 90. GAXETAS REMOVIVEIS EM PVC PARA VEDACAO EFICIENTE E FACIL MANUTENCAO. ACIONAMENTO COM BOTAO LIGA E DESLIGA PARA CADA SISTEMA AQUECIMENTO. COM 4 RODIZIOS DE NO MINIMO 5. COM GIRO LIVRE. SENDO 2 COM FREIOS. ALIMENTACAO ELETRICA: 220V, 60 HZ. TODOS OS COMPONENTES ELETRICOS CONFORMES AS NORMAS PORTARIA 371, IEC 60335-1 E IEC 60335-2-89, COM TESTES REALIZADOS EM CAMARA CLIMATIZADA (40C / 70% UR). CONFORME PROTOCOLOS NSF-7. ATENDE AS NORMAS DA RDC 216/04 E RDC 275/2002. GARANTIA 12 (DOZE) MESES. - CARRO TERMICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS AQUECIDO, COMPOSTO POR 2 (DOIS) MODULOS, COM CAPACIDADE PARA 30GN DE 28 A 30 BANDEJAS. COM FUNCAO DE AQUECIMENTO, PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR ALIMENTOS EM TEMPERATURA QUENTE, E CADA MODULO COM FUNCIONAMENTO INDEPENDENTES. CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL, PROPRIO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS EM TEMPERATURA QUENTE, INTERNAMENTE COM ISOLAMENTO TERMICO; MODULO DE AQUECIMENTO DEVE SER PROPRIO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM TEMPERATURA AQUECIDA, ATRAVES DE RESISTENCIA ELETRICA.	INDUSMACHE	INDUSMACHE	2 UN	R\$ 15.500,00	R\$ 31.000,00

*Item Reprovado*  
*- carro montado sobre base de aço carbono.*  
*o edital pede construção em aço inox.*  
*- Rodízios de 4", menos que o solicitado no edital.*  
*- Pela imagem do produto, não evidenciado painel eletrônico para ajuste de temperatura; varanda com gradil e se possui módulos independentes.*

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 31.000,00

MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 30.619.938/0001-55 - Endereço: RUA CONCEIÇÃO - CEP: 16210000 - UF: SP - Município: Bilac - Telefone: (18) 99650-9504

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0005	<p>CARRINHO AUXILIAR FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, PORTAS COM PUXADORES, TRINCOS E CHAVE, PRATELEIRA INTERNA FIXA OU REMOVÍVEL, ALÇA DE MOVIMENTAÇÃO TUBULAR E PARA CHOQUE INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDO. CARACTERÍSTICAS: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE MÍNIMA DE 1MM, COM DOBRAS REBATIDAS, SEM REBARBAS, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO BANDEJA/TAMPO SUPERIOR LISO COM GRADIL LATERAL TIPO GUARNICAO GABINETE COM ACABAMENTO NATURAL ESCOVADO OU POLIDO FECHAMENTOS LATERAIS E TRASEIRO EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO; COM 02 (DUAS) BANDEJAS INTERMEDIARIAS TOTALIZANDO 03 PRATELEIRAS COM O FUNDO, EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS OU REMOVÍVEIS PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR COM SUPER IMAS PARA-CHOQUE REVESTIDO EM BORRACHA EM TODA A VOLTA DO CARRINHO PROVIDO DE RODÍZIOS MONTADOS NA BANDEJA INFERIOR, COM 125MM DE DIÂMETRO, COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO, SENDO 2 FIXOS SEM TRAVA E 2 LIVRES COM TRAVA DE FÁCIL ACIONAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1230X600X1220 MM - CARRINHO AUXILIAR FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, PORTAS COM PUXADORES, TRINCOS E CHAVE, PRATELEIRA INTERNA FIXA OU REMOVÍVEL, ALÇA DE MOVIMENTAÇÃO TUBULAR E PARA CHOQUE INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDO. CARACTERÍSTICAS: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE MÍNIMA DE 1MM, COM DOBRAS REBATIDAS, SEM REBARBAS, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO BANDEJA/TAMPO SUPERIOR LISO COM GRADIL LATERAL TIPO GUARNICAO GABINETE COM ACABAMENTO NATURAL ESCOVADO OU POLIDO FECHAMENTOS LATERAIS E TRASEIRO EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO; COM 02 (DUAS) BANDEJAS INTERMEDIARIAS TOTALIZANDO 03 PRATELEIRAS COM O FUNDO, EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS OU REMOVÍVEIS PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR COM SUPER IMAS PARA-CHOQUE REVESTIDO EM BORRACHA EM TODA A VOLTA DO CARRINHO PROVIDO</p>	79 TI	RA	1 UN	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
------	--	-------	----	------	--------------	--------------

*sem aprovados*  
 - o item ofertado não possui tampo superior com gradil;  
 - Rodízio de 3", inferior ao solicitado no edital

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 4.000,00

MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 08.245.855/0001-94 - Endereço: RUA DAS CANOAS - CEP: 30580040 - UF: MG - Município: Belo Horizonte - Telefone: (31) 3214-2620

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0002 VENTILADOR PULMONAR - VENTILADOR SV300 MINDRAY 3 UN R\$ 67.585,00 R\$ 202.755,00

PULMONAR PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MONITORAÇÃO GRÁFICA E NUMÉRICA POR MEIO DE TELA TOUCHSCREEN TFT COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS E PRESENÇA DE ENCOLDER COMO SEGUNDA OPÇÃO DE MANUSEIO EQUIPAMENTO, COM FUNÇÃO DE BLOQUEIO, PARA EVITAR ALTERAÇÕES NAS CONFIGURAÇÕES DO VENTILADOR:- DEVE POSSUIR ALÇA DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO INTRA- HOSPITALAR (QUANDO DESCONECTADO DO TROLLEY);- POSSUIR MONITORIZAÇÃO DE FLUXO ATRAVÉS DE SENSOR DISTAL PARA ADULTOS/PEDIÁTRICOS E PROXIMAL PARA NEONATAIS;- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 100 A 240 VAC, COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, 50/60 HZ;- BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 180 MINUTOS, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 2 BATERIAS, AUMENTANDO SUA CAPACIDADE EM ATÉ 300 MINUTOS OU SUPERIOR;- FUNCIONAMENTO APENAS COM OXIGÊNIO ATRAVÉS DA REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL, SEM NECESSIDADE DE REDE DE AR COMPRIMIDO, POSSUIR FONTE ALTERNATIVA DE AR COMPRIMIDO (TURBINA);- FUNCIONAMENTO COM APENAS UM GAS (OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO) EM CASO DE QUEDA DE UMA DAS PRESSÕES;- PERMITIR REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR.- EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR A UTILIZAÇÃO COM FONTE DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO (HPO) E BAIXA PRESSÃO (LPO);- DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA COMPENSAÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL OU TRAQUEOSTOMIA;- DEVE POSSUIR ENTRADA USB PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS- DEVE POSSUIR INTERFACE DE DADOS VIA RS232, CONECTOR VGA, CHAMADA DE ENFERMEIRA E CONECTOR DE REDE.- NEBULIZAÇÃO INTEGRADA PNEUMÁTICA COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE DO TEMPO DE DURAÇÃO (1 A 60 MIN);- TECLA DE PAUSA INSPIRATORIA E PAUSA EXPIRATORIA (AMBAS COM RETENÇÃO DE ATÉ 30S);- TECLA ESPECÍFICA PARA INCREMENTO DA FIO2 (POR 2 MINUTOS), PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE ASPIRAÇÃO PULMONAR.- TECLA DE RESPIRAÇÃO MANUAL, PERMITINDO QUE UM NOVO CICLO SEJA ENVIADO AO PACIENTE DURANTE A FASE EXPIRATORIA.- APRESENTAR LISTA DE EVENTOS ARMAZENADOS, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR

*Item Aprovado*

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 202.755,00

RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento  
 54.469.120/0001-61 - Endereço: Rua Miguel Pereira Dutra - CEP: 75053876 - UF: GO - Município: Anápolis - Telefone: (62) 99192-5365

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0003

K-12

MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA - MONITOR PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS. MONITOR MULTIPARAMETRICO COM OS PARAMETROS DE ECG, RESPIRACAO, TEMPERATURA, PNI; SPO2, PRESSAO INVASIVA (PI) E CAPNOGRAFIA (ETCO2); TELA DE CRISTAL LIQUIDO COLORIDA (LCD) TOUCHSCREEN E SELETOR GIRATORIO (KNOB), DE 15 POLEGADAS; RESOLUCAO MINIMA DE 1300 X 768; PELO MENOS 10 (DEZ) CANAIS EM FORMA DE DEVE POSSUIR MEMORIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDENCIAS GRAFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 96 (NOVENTA E SEIS) HORAS E COM POSSIBILIDADE FUTURA DE ATE 160 HORAS, ALEM DE POSSUIR MEMORIA DE EVENTOS DE ALARMES; DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS COM 3 NIVEIS DE PRIORIDADE DE ALARME (ALTA, MEDIA E BAIXA) AJUSTAVEIS PELO OPERADOR. ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARAMETROS MEDIDOS (LIMITES MAXIMOS E MINIMOS) PROGRAMAVEIS PELO OPERADOR. ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA, FALTA DE ENERGIA ELETRICA, ENTRE OUTROS). DEVE PERMITIR A CONEXAO EM REDE ATRAVES DE PROTOCOLO TCP/IP COM CONECTOR DO TIPO RJ 45 FUNCIONAMENTO EM REDE ELETRICA 110/220V BIVOLT AUTOMATICO. POSSIBILIDADE DE USO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS; ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, DO TIPO LITIO, NAO MODULAR, COM AUTONOMIA MINIMA DE 240 MINUTOS EM FUNCIONAMENTO CONTINUO, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO FUTURA PARA ATE 480 MINUTOS. INDICACAO VISUAL NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO QUE INDIQUE O ESTADO DA BATERIA, BEM COMO SE O EQUIPAMENTO ESTA FUNCIONANDO PELA REDE ELETRICA OU BATERIA. PROTECAO CONTRA DESCARGA E INTERFERENCIA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELETRONICOS. DETECAO E REJEICAO AUTOMATICA DE MARCA-PASSO. DEVERA POSSUIR ESCALA DE COMA DE GLASGOW; PERMITIR UTILIZACAO DE, NO MINIMO, TRES PROTOCOLOS DE ALERTA PRECOCE MEWS, NEWS, NEWS 2; POSSIBILIDADE DE CONEXAO BIDIRECIONAL COM A CENTRAL DE MONITORACAO E INTEGRACAO COM O SISTEMA DO HOSPITAL PELO PROTOCOLO HL7, DIRETAMENTE NO MONITOR OU ATRAVES DA CENTRAL DE MONITORACAO. A CENTRAL DEVERA POSSUIR REGISTRO PROPRIO NA ANVISA E CONSTAR O NUMERO DO REGISTRO EM P

CREATIVE/CREATIVE

4 UN

R\$ 17.499,99

R\$ 69.999,96

*sem licitacao*

*O equipamento citado possui protocolos news, news e cart. não possui news 2 como solicitado no edital.*

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 69.999,96

TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 19.639.940/0003-15 - Endereço: ROD BR 280 - CEP: 89245000 - UF: SC - Município: Araquari - Telefone: (41) 98786-3533

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0001

CAMA ELETRICA HOSPITALAR - 6723 - 6723 -  
 CAMA FAWLER 4 MOTORES, CAB./PESEIRA E  
 GRADES INJETADAS EM POLIETILENO  
 CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS EM  
 POLIETILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE  
 COM TRAVAS DE SEGURANCA. BASE COM  
 PES RECUADOS, TOTALMENTE REVESTIDA  
 EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA  
 RESISTENCIA. ESTRUTURA TUBULAR COM  
 CHAPAS DE DIFERENTES ESPESURAS DE  
 ACO CARBONO PROJETADA PARA ATENDER  
 AOS ESFORCOS E CARGA NOMINAL DO  
 PRODUTO. CHASSI CONSISTE NUMA  
 ESTRUTURA DE TUBOS 50 X 30 X 2,0 MM COM  
 CHAPAS DE 1/4 DE ESPESURA. O ESTRADO  
 E COMPOSTO POR ESTRUTURA DE TUBOS 50  
 X 30 X 2,0 MM COM CHAPAS DE 3/8. A  
 ESTRUTURA METALICA DOS LEITOS  
 CONSISTE EM QUATRO SECOES  
 ARTICULADAS FEITAS COM UMA ESTRUTURA  
 DE TUBOS 30 X 20 X 1,2 MM COM CHAPAS DE  
 3/16. LEITO TERMOPLASTICO ESTRUTURADO,  
 COM CONTENCAO DE PACIENTE E LIMITADOR  
 PARA COLCHAO. FIXACAO FEITA DE FORMA  
 INDEPENDENTE NAS QUATRO SECOES  
 ARTICULADAS DA ESTRUTURA METALICA DO  
 LEITO. MOVIMENTOS DA CAMA REALIZADOS  
 UTILIZANDO QUATRO MOTORES E UM  
 SISTEMA AJUSTAVEL COM SEIS POSICOES.  
 OS MOVIMENTOS REALIZADOS PELA CAMA  
 SAO: FOWLER, SEMI- FOWLER ELEVACAO DO  
 DORSO, ELEVACAO DA PERNA, ELEVACAO E  
 DESCIDA DO LEITO, TRENDELEMBURG,  
 PROCLIVE, POLTRONA, VASCULAR,  
 CARDIACO E AUTO CONTORNO. SISTEMA DE  
 COMPENSACAO ABDOMINAL PARA EVITAR  
 COMPRESSOES NO TORAX E PELVIS NO  
 MOMENTO DA ELEVACAO DO DORSO,  
 DOTADA DE AMORTECIMENTO PARA ALIVIAR  
 A QUEDA. CPR MECANICO PARA  
 PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA E  
 RESSUSCITACAO CARDIOPULMONAR,  
 ACIONADOS ATRAVES DE ALAVANCA  
 LATERAL EM AMBOS OS LADOS DA CAMA  
 COM CONTROLE REMOTO A FIO E  
 DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM  
 BLOQUEADOR. DOIS PARES DE GRADES  
 LATERAIS, SENDO UM PAR NO DORSO E UM  
 PAR NA PERNA, DE ATUACAO  
 INDEPENDENTE. ESTRUTURADA DE ALTA  
 RESISTENCIA EM POLIETILENO INJETADO,  
 MOVIMENTACAO PERMITE QUE FIQUEM  
 ACIMA E ABAIXO DA CAMA ATRAVES DE  
 PISTAO A GAS (AMORTECIMENTO) E COM  
 TRAVA DE SEGURANCA E EM ESPACAMENTO  
 ENTRE AS GRADES DE MODO A EVITAR FUGA  
 DO PACIENTE. TRATAMENTO  
 ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM  
 PINTURA ELETROSTATICA A PO

RENOVAR

RENOVAR

17 UN

R\$ 12.399,00

R\$ 210.783,00

*Item aprovado*

*- Suporte de sono no centro da cama,  
 divergente do solicitado no edital - cantos da  
 cama*

*- Altura mínima da cama é de 595mm ± 20mm  
 divergente do solicitado no edital*

*- Ângulo de Trendemburg e novo é de 12°,  
 de acordo com o manual ANVISA; inferior ao  
 solicitado no edital - 15°*

*- Não evidenciado mesa de peças acoplada.*

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 210.783,00

Valor Total: R\$ 518.537,96

*19/02/2026*

*Adriana Silva Pires Menten*  
*Qualidade Hospitalar*  
*HBP - FHOMUV*

