



Prefeitura Municipal de Ipatinga

ANEXO I - Descrição do Suprimento/Modelo de proposta

DATA DA ABERTURA: 23/06/2025

HORA DA ABERTURA: 08:00

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2025

CPF/CNPJ:

Objeto/Observação: MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO HOSPITALR

Nº Processo: 00005397/2025

Nome / Razão Social:

Nº LOTE	Nº ITEM	PRODUTO	NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE PEDIDA	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1.14.02.0002.7	CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR PARA OBESO E MINIMA 230		UNIDADE	2		
CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR PARA OBESO (SUPER BIG) CAPACIDADE MÍNIMA 230 KGCADERA DE RODAS HOSPITALAR PARA OBESO (SUPER BIG) CAPACIDADE MÍNIMA 230 KG. ESTRURURA TUBULAR EM AÇO CARBONO. DOBRÁVEL EM DUPLO "X". PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ENCOSTO ALMOFADADO. ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO E IMPERMEÁVEL. ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE (28 KG/M³). ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS. ARO DE PROPULSÃO CROMADO. ROLAMENTO BLINDADO NAS 4 RODAS. PNEUS TRASEIROS DE 24" INFLÁVEIS, TRASEIROS DE 6". PRESENÇA DE PROTETOR DE RAIOS. PROTETORES DE ROUPA COM ABA. APOIO DE PÉS ARTICULÁVEIS, REBATÍVEIS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA. APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS. TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO. PRESENÇA DE BOLSA NO ENCOSTO PARA PRONTUÁRIO. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INXO AISI 304. REGULÁVEL EM ALTURA. CAPACIDADE MÍNIMA PARA 230 KG. LARGURA DO ASSENTO IGUAL OU SUPERIOR A 80 CM. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.								
2	2	1.14.13.0069.6	LANTERNA CLINICA DE PUPILA		UNIDADE	20		
LANTERNA CLINICA DE PUPILA COM ILUMINACAO LED DE ALTA PERFORMANCE DE2,2V, CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, TIPO CANETA, COM CLIP PARA PRENDER NO BOLSO. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. ALIMENTACAO ATRAVES DE 02 (DUAS) PILHAS AAA (PALITO), ALTA LUMINOSIDADE, LAMPADA DE 2,2 VOLTS, 06 MESES DE GARANTIA. ALIMENTACAO: 02 PILHAS AAA (PALITO) OU 02 AA.								
3	3	2.31.16.0054.5	LARINGOSCOPIO ADULTO EM FIBRA OTICA COM		UNIDADE	2		
LARINGOSCOPIO EM FIBRA OTICA COM 4 LAMINAS CURVAS.CABOS FIBRA OPTICA E LAMINAS EM AÇO INOX.ACABAMENTO RECARTEILHADO PARA MELHOR ADERENCIA.ILU MINAÇÃO POR FIBRA OPTICA. LAMPADA ULTRA-BRIGHT 3,25 V FULL SPECTRUM (LED),TOTALMENTE COMPATIVEL COM TODAS AS LAMINAS DE FIBRA OPTICAS.DEVE RA SER ACOMPANHADO: CONTEUDO DA EMBALAGEM,1CABO ADULTO,4 LAMINAS CUR VAS(#02,#03,#04,#04) ESTOJO PROTETOR, DE VERA ACOMPANHAR:PILHAS RESERVAS, GUIA PARA INTUBAÇÃO.								
4	4	2.31.16.0114.2	POLTRONA RECLINAVEL PARA MEDICAÇÃO		UNIDADE	2		
POLTRONA RECLINAVEL PARA MEDICAÇÃO,ESTRUTURA CONSTRUIDA EM TUBOS REDONDOSBASE EM AÇO CARBONO COM PONTEIRA DE BORRACHAS ANTIDERRAPANTE COM ANGU LO DE 45°.TUBOS DE AÇO CARBONO,PINTURA ELETROSTATICA A PO ,ESTOFAMENTOCOM ASSENTO ATRAVES DE PERCINTAS ESLASTICAS, ESPUMA D-28 ,REVESTIMENTOEM CURVIM DE ALTA RESISTENCIA E DE EXCELENTE ACABAMENTO, COM 1 MM DE ESPESSURA. BRAÇO DE POLTRONA REVESTIDO EM COURVIM E DOBRAVEL PARA ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO DA POLTRONA.ANGULO DE INCLINAÇÃO:160°.DIMENSOES DAPOLTRONA:POSIÇÃO POLTRONA:COMPRIM 1,10M X 0,72M LARGURA, POSIÇÃO CAMA:COMPRIM 1,60M X 0,72 M LARGURA. CAPACIDADE DE PESO: 120 KG.								



Prefeitura Municipal de Ipatinga

ANEXO I - Descrição do Suprimento/Modelo de proposta

DATA DA ABERTURA: 23/06/2025

HORA DA ABERTURA: 08:00

5	5	2.31.16.0364.1	MESA EXAME CLINICO INOX COM COLCHÃO	UNIDADE	15
MESA PARA EXAME CLÍNICO INOX. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE: 31,75 X 1,2 MM. LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX COM CERCA DE 0,75 MM. CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. DIMENSÕES ESTIMADAS: 1,83 X 0,55 X 0,80 M. REGISTRO NA ANVISA/MS. COLCHÃO DE MACA EM ESPUMA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 28 E REVESTIMENTO EM POLIURETANO (IMPERMEÁVEL)					
6	6	2.31.16.0549.0	MONITOR MULTIPARÂMETRO MÓDULOS BÁSICOS	UNIDADE	1
MONITOR MULTIPARÂMETRO MÓDULOS BÁSICOS. USO A BEIRA DO LEITO, PODENDO SER TRANSPORTÁVEL, COMPATÍVEL COM PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. COM TELA EM LCD E A CORES E DIMENSÃO DIAGONAL MÍNIMA DE 12". COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800X600 PIXELS. OPERAÇÃO SIMPLES ATRAVÉS DE BOTÃO ROTATIVO, EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO 8 CURVAS DE DIFERENTES PARÂMETROS NA TELA E SISTEMA DE ALARMES COM NO MÍNIMO TRÊS PRIORIDADES, ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 120 HORAS DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E POSSIBILIDADE FUTURA DE INCLUSÃO DE SOFTWARES DE CÁLCULOS HEMODINÂMICOS, PARA ANÁLISE DO SEGMENTO ST NO MÍNIMO EM TRÊS DERIVAÇÕES E DETECÇÃO DE ARRITMIAS AVANÇADAS. POSSIBILIDADE DE CONEXÃO A UMA REDE HOSPITALAR TCP/IP, POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO A UM MONITOR EXTERNO VGA OU SVGA, POSSIBILIDADE DE UPGRADES DE SOFTWARE SEM TROCA DE COMPONENTES INTERNOS, POSSIBILIDADE FUTURA DE RECEBER PARÂMETROS DE DÉBITO CARDÍACO, MÓDULO DE ANÁLISE DE AGENTES ANESTÉSICOS. POSSIBILIDADE DE CONEXÃO COM A CENTRAL DE MONITORAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DO HOSPITAL PELO PROTOCOLO HL7, DIRETAMENTE NO MONITOR OU ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO. A CENTRAL DEVERÁ POSSUIR REGISTRO PRÓPRIO NA ANVISA. IMPRESSÕES POR MEIO DE INTERFACE COM IMPRESSORA COMPATÍVEL E DEVIDAMENTE HOMOLOGADAS, E COM POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO FUTURA DE REGISTRADOR TÉRMICO DE 3 OU MAIS CANAIS EMBUTIDO, COMPATÍVEL COM PAPEL 50 MM, E VELOCIDADE DE REGISTRO AJUSTÁVEL EM 25 MM/S E 50 MM/S. PESO DE NO MÁXIMO 6.0 KG (+/- 20%), POSSUIR BATERIA INTERNA INCORPORADA COM NO MÍNIMO 120 MINUTOS DE AUTONOMIA, RECARREGÁVEL NO PRÓPRIO MONITOR. GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE ÁGUA MÍNIMO IPX1. TER A CAPACIDADE INTERNA DE SIMULAR SINAIS VITAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE TREINAMENTO DE USUÁRIOS. APRESENTAR SOFTWARE INCORPORADO PARA CÁLCULO DE DROGAS. DEVERÁ ARMAZENAR DADOS DE MONITORIZAÇÃO, INCLUINDO ONDAS E VALORES NUMÉRICOS PARA ATÉ 100 EVENTOS DE ALARME. CAPAZ DE SUPORTAR SENSORES NELLCOR OU MASIMO (CONFORME TECNOLOGIA ESCOLHIDA NA COMPRA). APRESENTAR ALIMENTAÇÃO AC/DC BIVOLT AUTOMÁTICO.					
7	7	2.31.16.0616.0	LARINGOSCÓPIO INFANTIL, COM 3 LÂMINAS CUAS.	UNIDADE	2
LARINGOSCOPIO INFANTIL. CABO DE METAL RECARTEILHADO, COM TAMPA DE ROSCA E MOLA EM AÇO INOX PARA PILHAS MEDIAS, COM ENCAIXE LAMINAS PADRAO INTERNACIONAL. LÂMPADA HALÓGENA. CONJUNTO COM 3 LAMINAS CURVAS EM AÇO INOX E 3 LAMINAS RETAS DE NUMERO: #00, #0, #01. UM CABO INFANTIL PARA USO DE PILHAS MEDIAS.					
8	8	2.31.16.0625.0	CARRO MACA HOSPITALAR FAVRICADA EM AÇO I	UNIDADE	2
CARRO MACA HOSPITALAR FAVRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. DESCREIÇÃO DETALHADA: CARRO MACA HOSPITALAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, COM GRADES LATERAIS COM DIMENSÕES APROXIMADAS: EXTERNAS: 1950 MM X 750 MM (CXL); INTERNAS: 1800 MM X 600 MM. (CXL); 4 RODAS DE 6" POLEGADAS, COM FREIOS DISPOSTAS E ACIONADAS DIAGONALMENTE. CABECEIRA ACIONADA POR CREMALHEIRA. PARA-CHOQUE EM PVC EM TODA VOLTA. COLCHÃO DE 3CM DE ESPESSURA REVESTIDO EM COURVIM NAS DIMENSÕES DA MACA. CAPACIDADE ATÉ 200KG.					



Prefeitura Municipal de Ipatinga

ANEXO I - Descrição do Suprimento/Modelo de proposta

DATA DA ABERTURA: 23/06/2025

HORA DA ABERTURA: 08:00

9	9	2.31.19.0127.8	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESPASAGEM 300KG.	UNIDADE	20
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESO COM CAPACIDADE DE PESAGEM 300KG, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM PÉS REGULÁVEIS EM BOARRACHA, PLATAFORMA COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO COM 06 DÍGITOS (999,999), COM A FUNÇÃO TARA E FUNÇÃO LIGA/DESLIGA, BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA INTYERNA, ALTURA DA COLUNA 1,20 M (+/- 5%). ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM MEDIDA DE ATÉ 2 METROS. COM ESCALA MÉTRICA EM MM E CM.					
10	10	2.33.01.0020.0	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX	UNIDADE	10
MESA AUXILIAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,40 X 0,40 X 0,80M ALTURA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX REDONDO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX. PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2". ACABAMENTO POLIDO.					
11	11	2.33.01.0021.8	MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO	UNIDADE	5
MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO BASE CROMADA, REGULAGEM DE ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE PISTÃO PNEUMÁTICO, 5 PATAS EM AÇO CROMADA, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO COM CORPO EM NYLON E COM PISTAS DE ROLAGEM EM POLIURETANO. PESO SUPORTADO APROXIMADAMENTE 110KG. ESPUMA INJETADA NO ASSENTO REVESTIDA DE COURO SINTÉTICO NA COR PRETA.					
12	12	2.33.08.0062.7	ESCADA 02 DEGRAUS P/ CONSULTÓRIO	UNIDADE	20
ESCADA COM 02 DEGRAUS INOX, PISO DE ALUMINIO E ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX PADRÃO AISI 304 DE 7/8"X1,20 M DE ESPESSURA RECEBENDO POLIMENTO DE ALTO BRILHO QUE PROPORCIONA UM EXCELENTE ASSEPSIA PÉS COM PONTEIRA DE PVC.PISO DE ALUMINIO XADREZ ANTIDERRAPANTE GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. DIMENSOES:A=37 CM X L=39 CM.					
13	13	2.33.08.0089.9	CARRO PARA MATERIAL DE EMERGENCIA	UNIDADE	1
CARRO DE EMERGENCIA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,FABRICADO EM ESTRUTURA DE CHAPA DE AÇO REFORÇADA, PINTURA ELESTROSTATICA TEXTURIZADA DE ALTA RESISTENCIA,DOTADO DE 4 GAVETAS,SEND0 1 COM 21 DIVISOES PARA MEDICAMENTOS, RODIZIO DE 04" DE DIAMETRO, PARA CHOQUE E PEUXADORES DE AÇO INOX,SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX,ALTURA REGULAVEL.EQUIPADO COM BANDEJA GIRATORIA PARA CARDIOVERSOR.TAMPO DE MANIPULAÇÃO DOS MEDICAMENTOS EM AÇO INOX. FILTRO DE LINHA DE 04 SAIDAS PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS. ACOMPANHA TABUA DE MASSAGEM CARDIACA,LIXEIRA FIXA AO CARRO EM AÇO INOXSUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO.					
14	14	2.33.08.0105.4	MESA GINECOLÓGICA EM MDF ESTOFADA COM 2	UNIDADE	4
MESA GINECOLÓGICA EM MDF ESTOFADA COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS 120X800X60 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA), REGULAGEM NAS PERNAS E NO ENCOSTO PARA MAIOR VERSATILIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS. PAR DE PERNEIRAS INCLUSO. REVESTIMENTO EM COURVIM. ESTOFADO COM ESPUMA D-28. SUPORTA ATÉ 180 KG.					



Prefeitura Municipal de Ipatinga
ANEXO I - Descrição do Suprimento/Modelo de proposta

DATA DA ABERTURA: 23/06/2025

HORA DA ABERTURA: 08:00

15	15	2.33.08.0106.2	CARRO CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	1
CARRO CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 45X70X80CM. ESTRUTURA TUBULAR E TAMPO EM AÇO INOX, PRESENÇA DE BALDE E BACIA EM AÇO INOX ACOPLADOS. RODÍZIO COM 3".					

VALIDADE DA PRPOSTA:

PRAZO DE ENTREGA:

TEMPO GARANTIA / VALIDADE:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

ASSINATURA DO FONECEDOR

CARIMBO CNPJ: