



pregaoeletronico Elói Mendes <pregaoeletronico@eloimendes.mg.gov.br>

DESCLASSIFICAÇÃO

1 mensagem

Saúde Bucal Elói Mendes <saude.bucal@eloimendes.mg.gov.br>

13 de junho de 2024 às 10:45

Para: pregaoeletronico Elói Mendes <pregaoeletronico@eloimendes.mg.gov.br>

Venho por meio deste, relatar minha negativa de aceitação quanto aos itens:

028 - ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 - não atende a descrição:
Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% + Epinefrina 1:100.000

092 – CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON- não atende a descrição:

Caneta de alta rotação push button com spray de água **8 saídas**, sendo 4 saídas de água e 4 saídas de ar. potência de 16 w velocidade entre 330.000 e 430.000 min-1 caneta de alta rotação, conexão borden; rolamentos com esferas de cerâmica; consumo de ar comprimido de 32 l/min e pressão de ar do trabalho entre 32 a 35 psi; peso líquido inferior a 32 gramas, tampa da cabeça em aço inox, sistema push-button.

0241 a 0247- RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL- não atende a descrição:

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS DE 20 NM MATRIZ INORGÂNICA ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA UDMA PEGDMA TEGMA. CORES A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, OA2.

Att,

Secretaria Municipal de
Saúde



Viviane Aparecida Pereira
Coordenadora Municipal de Saúde Bucal
Cirurgiã-Dentista - Endodontia
0800-443-2000 - Ramal 1105