



pregaoeletronico Elói Mendes <pregaoeletronico@eloimendes.mg.gov.br>

DECLASSIFICAÇÃO ITENS ODONTOLOGIA

1 mensagem

Saúde Bucal Elói Mendes <saude.bucal@eloimendes.mg.gov.br>

11 de junho de 2024 às 10:47

Para: pregaoeletronico Elói Mendes <pregaoeletronico@eloimendes.mg.gov.br>

Venho por meio deste, relatar minha negativa de aceitação quanto aos itens:

07 - AGENTE DE UNIÃO MULTI USO FOTOPOLIMERIZÁVEL AUTOCONDICIONANTE - não atende a descrição:

Agente de união multi uso fotopolimerizável autocondicionante: Frasco com **tampa FLIP TOP** e bico dosador. Pode ser utilizado nas técnicas de condicionamento ácido total (com prévio condicionamento em esmalte e dentina), autocondicionante (sem condicionamento ácido) ou com condicionamento seletivo em esmalte. É indicado para restaurações diretas e indiretas, sem a necessidade de aplicação de um primer metálico e silano. Composição: Metacrilato de 2-hidroxietila (15 a 25% em peso), Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato (BisGMA) (15 a 25% em peso), Decametileno dimetacrilato (5 a 15% em peso), Etanol (10 a 15% em peso), Sílica tratada de silano (5 a 15% em peso), Água (10 a 15% em peso), 1,10-Decanodiol fosfato metacrilato (1 a 10% em peso), Copolímero de acrílico e ácido itacônico (1 a 5% em peso), Caforoquinona (menor que 2% em peso), N,N-Dimetilbenzocaína (menor que 2% em peso).

028 - ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 - não atende a descrição:
Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% + Epinefrina 1:100.000

092 – CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON - não atende a descrição:

Caneta de alta rotação push button com spray de água **8 saídas**, sendo 4 saídas de água e 4 saídas de ar. potência de 16 w velocidade entre 330.000 e 430.000 min-1 caneta de alta rotação, conexão borden; rolamentos com esferas de cerâmica; consumo de ar comprimido de 32 l/min e pressão de ar do trabalho entre 32 a 35 psi; peso líquido inferior a 32 gramas, tampa da cabeça em aço inox, sistema push-button.

0241 a 0247- RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL - não atende a descrição:

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS DE 20 NM MATRIZ INORGÂNICA ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA UDMA PEGDMA TEGMA. CORES A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, OA2.

0270 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO - não atende a descrição:

APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO; CORPO CONFECCIONADO EM ABS; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM E CHAVE DE REGULAGEM DA BOMBA PERISTÁLTICA; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; TANQUE DO RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE INCORPORADO AO APARELHO, REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 500 ML, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, COM LED PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO LÍQUIDO IRRIGANTE, PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM, COM TRANSDUTOR CERÂMICO; VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS DE 30 KHZ; POTÊNCIA DE 36 W; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR CONFECCIONADAS EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, REMOVÍVEIS, ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE; DEVE ACOMPANHAR TRÊS PONTAS ULTRASSÔNICAS COM ROSCA EXTERNA PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO, E UMA CHAVE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO; SISTEMA DE REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO; RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, CONFECCIONADO EM ABS INJETADO, TAMPA TRANSPARENTE; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO TOTALMENTE REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; TEE PARA CONEXÃO DE AR; AGULHA/VARETA E FRASCO DE BICARBONATO DE SÓDIO NATURAL DE 250 GRAMAS; FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR; VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO; DISPOSITIVO MULTI-TENSÃO, INTERNO AO APARELHO, ENTRE 90 A 240 VAC. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO INMETRO.

Atenciosamente,



Viviane Aparecida Pereira
Coordenadora Municipal de Saúde Bucal
Cirurgiã-Dentista - Endodontia
0800-443-2000 - Ramal 1105