

Comunicação interna 035-2025

DE: Keite Mara Magalhães

PARA: Pregoeira

SETOR: Compras

REFERÊNCIA: Pregão eletrônico 09/2025 – Registro de preços para eventual fornecimento de equipamentos laboratoriais e materiais de reposição para o Laboratório Central, as Estações de Tratamento de Água e o Laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto Laboreaux do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira/MG, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações, quantidades e demais condições constantes no edital e seus anexos.

ASSUNTO: Parecer de desclassificação após verificação das especificações técnicas constantes da proposta comercial, ficha técnica e/ou manual apresentado pela empresa **Cirúrgica Santa Joana Darc**.

Prezados,

Após procedimento de verificação da proposta e documentos complementares apresentados pela empresa **Cirúrgica Santa Joana Darc**, apresento as seguintes considerações:

DESCRIÇÃO DO OBJETO - ITEM 01.

Colorímetro microprocessado digital. 1. Características gerais: Medidor digital portátil para análises de cloro livre e cloro total pelo método DPD; Possibilidade de ajuste na curva de calibração padrão; Inserção de no mínimo 02 curvas de usuário; Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição; Deve possuir memória para armazenamento, de no mínimo, das 30 últimas medições e visualizá-las no display; Deve possuir indicação de pilha ou bateria fraca no display avisando o momento da troca ou recarga; Deve possuir desligamento automático para economizar a carga; Flutuar quando cair na água; A prova d'água; Capacidade de submergir até 01 metro por 30min. 2. Informações técnicas: Grau de Proteção IP67, garantido sem uso de qualquer tipo de proteção adicional, acessório ou Ferramenta; Detector de Fotodiodo de Silício; Resolução de 0,01 mg/L; Faixas de Medição de 0,02 a 2,00 mg/L e 0,1 a 8,0 Mg/L; Comprimento de onda de Leitura entre 525 e 530nm; Faixa de Absorbância: 0,0 A 2,5 Abs. Precisão fotométrica de $\pm 0,0015$ abs; Limite de detecção até 0,05 mg/L para faixa baixa e até 0,2 mg/L para faixa alta; O peso não pode exceder 365g; Alimentação de pilhas ou bateria. 3. Deverá acompanhar: Maleta para transporte resistente a choque; 02 cubetas de vidro; 02 cubetas de plástico; Quantidade de pilhas suficiente para seu funcionamento; Manual de instruções.

CONCLUSÃO:

Para o item foi solicitado: Faixas de Medição de 0,02 a 2,00 mg/L e 0,1 a 8,0 Mg/L e precisão fotométrica de $\pm 0,0015$ abs. Foi ofertado equipamento da Marca AKSO, Modelo AKSO com faixa de medição de 0.00 a 3,50 ppm e exatidão de $\pm 0.05 + 3\%$ de leitura.

Diante do exposto, constatou-se que o equipamento ofertado não atende às especificações técnicas exigidas no Edital, portanto a proposta deverá ser desclassificada. Esta medida visa garantir a lisura do processo licitatório.





As considerações mencionadas são de caráter técnico e operacional, voltadas à continuidade e qualidade das operações que demandam a instalação deste equipamento. Importante ressaltar que, durante a fase de entrega dos equipamentos, eles são sujeitos a análise de conformidade.

Itabira, 04 de setembro de 2025.


Keite Mara Magalhães
Gerente da Qualidade

