

Comunicação interna 036-2025

DE: Keite Mara Magalhães

PARA: Pregoeira

SETOR: Compras

REFERÊNCIA: Pregão eletrônico 09/2025 – Registro de preços para eventual fornecimento de equipamentos laboratoriais e materiais de reposição para o Laboratório Central, as Estações de Tratamento de Água e o Laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto Laboreaux do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira/MG, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações, quantidades e demais condições constantes no edital e seus anexos.

ASSUNTO: Parecer de desclassificação após verificação das especificações técnicas constantes da proposta comercial, ficha técnica e/ou manual apresentado pela empresa JRMA Distribuidora de equipamentos e Materiais de Saúde Ltda.

Prezados,

Após procedimento de verificação da proposta e documentos complementares apresentados pela empresa JRMA, apresento as seguintes considerações:

DESCRIÇÃO DO OBJETO - ITEM 04.

Medidor de pH e temperatura digital portátil de bolso para meios aquosos. 1. Características Gerais: Design à prova d'água; Classificação IP67; Calibrações permitida pelo usuário em três pontos abrangendo 7,00, 4,00 e 10,00; Eletrodo removível e substituível, sem fios e conectores, e com grade de proteção do eletrodo; Congelamento de leitura (HOLD); Compensação automática de temperatura (ATC); Reservatório para ensaio da amostra. 2. Informações técnicas: Escala de pH de 0,00 a 14,00; Resolução de pH de 0,01; Exatidão de pH $\pm 0,02$; Escala de temperatura de 0°C a 50°C; Resolução de temperatura de 0,1°C; Exatidão da temperatura de $\pm 1^\circ\text{C}$; Alimentação por no máximo 4 pilhas alcalinas AAA; Indicação do nível de carga da bateria; Pesar até 100 gramas. 3. Deverá acompanhar: 4 pilhas alcalinas AAA.

CONCLUSÃO:

Para o item foi solicitado: Calibrações permitida pelo usuário em três pontos abrangendo 7,00, 4,00 e 10,00 e Eletrodo removível e substituível, sem fios e conectores, e com grade de proteção do eletrodo. Foi ofertado equipamento da marca Quimis – Modelo Q400P com calibração automática em 2 pontos e o eletrodo não possui eletrodo removível e substituível.

Diante do exposto, constatou-se que o equipamento ofertado não atende às especificações técnicas exigidas no Edital, portanto a proposta deverá ser desclassificada. Esta medida visa garantir a lisura do processo licitatório.

As considerações mencionadas são de caráter técnico e operacional, voltadas à continuidade e qualidade das operações que demandam a instalação deste equipamento. Importante ressaltar que, durante a fase de entrega dos equipamentos, eles são sujeitos a análise de conformidade.

Itabira, 04 de setembro de 2025.



Keite Mara Magalhães
Gerente da Qualidade

Rua Senhora do Carmo, 148 - Bairro Pará - Itabira/MG - CEP 35.900-046



Saaeltabira



saae_itabira