

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Balança Analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 320G, Resolução: 0,001G, Diâmetro Prato: 100 X 100MM, Tipo Painel: Digital, Características Adicionais: Calibração Externa, Bivolt, Voltagem: 110/220vV, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 11.307,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (3)

2 - Banho Maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Material: Aço Inox Aisi 304, Comprimento: 100CM, Largura: 100CM, Altura: 90CM, Características Adicionais: Capacidade 72 Litros, Botoeiras Em Braquelite, Pés, Sistema Alimentação: Gás

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 32.701,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (3)

3 - Peagâmetro

Descrição Detalhada: Peagâmetro Tipo: Portátil, Quantidade Pontas Calibragem: Não AplicávelUN, Tipo Alimentação: Eletricidade, Acidez: Não AplicávelPH, Carga Elétrica Máxima: 1.999MV, Faixa Temperatura Líquidos: 0 A 100°C, Largura: 300MM, Altura: 67MM, Profundidade: 262MM, Peso: 600G, Tensão Alimentação: 117/220V, Faixa Medição: -2,000 A 16,000MH, Resolução: 0,1MV, Precisão: -0,2 A 0,2MV, Compensação Temperatura: 0 A 100°C (Automática)/25°C (Fixa), Acessórios: Eletrodo Combinado Ph/Sonda Temperatura/, Opcionais: Solução Tampão Ph4/Ph7/Ph9/Solução Regeneração, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Digital/Saída Serial Conexão Impressora Serial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 12.442,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (3)

4 - Eletrodo Medição Ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Vidro, Temperatura Trabalho: 0 A 135°C, Faixa Operação Acidez: 0 A 14, Características Adicionais: Diâmetro 12mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.300,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (5)

5 - Destilador Água

Descrição Detalhada: Destilador Água Capacidade: 50L/H, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Dispositivo Para Desligamento Automático, Aplicação: Laboratório, Material: Aço Inox Aisi 304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.329,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (4)

6 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Vertical, Funcionamento: Gravitacional, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 101 A 150L, Abastecimento De Água: Manual, Ciclos Mínimos: Básico, Painele Controle: Ajuste Manual, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: S/ Memória De Dados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 59.562,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (3)

7 - Estufa Laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: P/ Secagem À Vácuo, Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Temperatura, Capacidade: Cerca De 150L, Temperatura: Até 200°C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Porta Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.276,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (1)

8 - Estufa Laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 150L, Temperatura: Até 300°C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.454,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (1)

9 - Agitador Magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Capacidade: Até 10L, Rotação: Até 2000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.063,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (2)

10 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro Tipo: Portátil, Formato: Retangular, Faixa Trabalho: 0 A 10.000NTU, Resolução: 0.01 Ntu (0 A 19.99 Ntu); 0.1ntu (20 A 199.9 Ntu);, Precisão: ± (3% + 1 Dígito)NTU, Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.028,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (1)

11 - Medidor Bancada

Descrição Detalhada: Medidor Bancada Tipo: Digital, Faixa Operação: 0 A 35; 0 A 70; 0 A 350 E 0 A 700MG/L, Tensão Alimentação: 115/230VCA, Frequência: 50/60HZ, Capacidade: 6 Garrafas De 473ml, Finalidade: Determinação De Dbo - Demanda Bioquímica De Oxigênio, Características Adicionais: Com Saída Tipo Rs232c Para Análise Dos Dados De Co, Aplicação: Laboratorial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58.755,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (1)

12 - Bureta

Descrição Detalhada: Bureta Tipo: Digital, Volume: 50ML, Escala: Precisão De Até 3 Casas Decimais, Acessórios: Com Válvula De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.618,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (2)

13 - Plataforma Laboratório

Descrição Detalhada: Plataforma Laboratório Tipo: Chapa, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Temperatura Aquecimento: Controle Temperatura Até 350°C, Dimensões: Cerca De 30 X 30CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.769,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (1)

14 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Microtomógrafo Computadorizado, Método: Emissão De Raios X, Ajuste: Microprocessado, Digital, Programável, Adicional: Fonte De Energia Até 150 Kev, Característica Adicional: Resolução Cerca De 5 m, Componentes: Detector Cmos Cerca De 5 Megapixel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.236,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (1)

15 - Banho Maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Material: Aço Inox Aisi 304, Comprimento: 100CM, Largura: 100CM, Altura: 90CM, Características Adicionais: Capacidade 72 Litros, Botoeiras Em Braquelite, Pés, Sistema Alimentação: Gás

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.772,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (2)

16 - Contador De Colônias

Descrição Detalhada: Contador De Colônias Ajuste: Digital, Capacidade: Para Placas Até 90MM, Adicional: Medição De Halos De Inibição, Componentes Adicionais: Lâmpada De Led, Outros Componentes: Saída Para Interface, Memória: Memória Até 5.000 Testes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.802,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (2)

