



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
Secretaria Municipal de Saúde



RELATORIO DE ANÁLISE TÉCNICA DOS DESCRITIVOS CONSTANTES DO EDITAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2025, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, CONFORME APRESENTAÇÃO DOS PROSPECTOS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS:

ITEM 01: APARELHO A LASER FRENECTOMIA

MARCA: TW SURGICAL

MODELO:

VENCEDORA:

CNPJ:

ANÁLISE CATALOGO / MANUAL	
EXIGENCIA DO EDITAL	PROSPECTO APRESENTADO
Entrega do feixe é realizada através de fibras óticas de diâmetros de 200µm a 800µm para o uso em procedimentos odontológicos cirúrgicos.	O Laser cirúrgico TW SURGICAL utiliza um laser semiconductor de alta potência ótica, cuja entrega do feixe é realizada através de fibras óticas de diâmetros de 200µm a 800µm para o uso em procedimentos odontológicos cirúrgicos.
Alimentação: 127/220V (Bivolt Automático).	Equipamento é ligado diretamente à rede elétrica: 127-220V
Comprimento de Onda: Infravermelho (808nm).	comprimento de onda na faixa do infravermelho (808-1064nm)
Classe 4 do Laser: IEC 60825-1.	Classe 4
Potência: 0,5W a 7W (+ou- 20%).	O laser pode operar em modo contínuo ou pulsado com uma potência ótica máxima de 7W
Acompanha o equipamento:	TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE ITENS OPCIONAIS A EMPRESA RATIFICOU A ENTREGA ATRAVÉS DA PROPOSTA DE PREÇOS
Caneta com 2 pontas: reta e curva	SIM
01 Fibra ótica de 400 µm	SIM
01 Fibra ótica de 600 µm	SIM
Pedal com trava de segurança	SIM
Óculos de proteção do profissional	SIM
Óculos de proteção do paciente	SIM
Óculos de bloqueio total	
Clivador e Decapador de fibras	SIM
Maleta para transporte	SIM
Espaçador para Fotobiomodulação (vendidos separadamente)	SIM
Capa protetora para o diodo	TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE ITENS OPCIONAIS A EMPRESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
Secretaria Municipal de Saúde



	RATIFICOU A ENTREGA ATRAVÉS DA PROPOSTA DE PREÇOS
--	--

Pela análise realizada do prospecto/manual encaminhado, conclui-se que o equipamento ofertado atende as exigências de descritivo mínimos do edital, segundo empresa vencedora a capa protetora para o diodo e os óculos de bloqueio podem ser solicitados e enviados junto com o equipamento.

Januária, 16 de abril de 2025

Luan Gonçalves dos Santos
Coordenado de Almoxarifado
Hospital Municipal de Januária