



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
Secretaria Municipal de Saúde



RELATORIO DE ANÁLISE TÉCNICA DOS DESCRITIVOS CONSTANTES DO EDITAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2025, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, CONFORME APRESENTAÇÃO DOS PROSPECTOS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS:

ITEM 71: TORNIQUETE PNEUMÁTICO

MARCA: Razek

ANALISE CATALOGO / MANUAL	
EXIGENCIA DO EDITAL	PROSPECTO APRESENTADO
Bivolt	Tensão de alimentação 100-240 V~, 50/60 Hz
01 x maleta do torniquete	Maleta para transporte
01x cabo de força de 3m	Cabo A/C
Manguitos (a definir tamanho)	Torniquete Descartável Razek P (Código: 930280000) Dimensões: 40 x 5 cm ▪ Torniquete Descartável Razek M (Código: 930290000) Dimensões: 50 x 7 cm ▪ Torniquete Descartável Razek G (Código: 930300000) Dimensões: 80 x 8 cm ▪ Torniquete Descartável Razek GG (Código: 930310000) Dimensões: 100 x 12 cm

Pela análise realizada do prospecto/manual encaminhado, conclui-se que o equipamento ofertado atende as exigências de descritivo mínimos do edital, conforme quadro acima.

Januária, 23 de abril de 2025

Luan Gonçalves dos Santos
Coordenado de Almoxarifado
Hospital Municipal de Januária