



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
HOSPITAL MUNICIPAL

Rua coronel Serrão,105, Centro, Januaria-MG-39480000
CNPJ:21.461546/0001-10 [TEL:3621-2241](tel:3621-2241)- E-MAIL:hospitaljan@yahoo.com.br

RELATORIO DE ANÁLISE TÉCNICA DOS DESCRITIVOS CONSTANTES DO EDITAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2025, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, CONFORME APRESENTAÇÃO DOS PROSPECTOS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS:

ITEM 36: EMISSÕES OTOACÚSTICAS – TRIAGEM PORTÁTIL EOAT/ EOADP

MARCA: OtoRead™

ANALISE CATALOGO / MANUAL	
EXIGENCIA DO EDITAL	PROSPECTO APRESENTADO
Capacidade de armazenamento para até 500 exames	Dois testes (um por ouvido) ou 500 testes
Intensidade de estímulos: 83 dB SPL	83 dB peSPL, calibrada de pico a pico
Nível de ruído tolerado para a operação: > 55 dB SPL	
Sonda padrão: 30 cm	
Alimentação do equipamento: Bateria recarregável de Lítio	Íon-Lítio recarregável
Vida útil da Bateria: 20 horas ou aproxi madamente 500 exames	500 testes por carga, mínimo de 20 horas de duração
Peso do equipamento: 300 g	180 g / 6,4 oz.
Base para recarregar Bateria	SIM
Possui Registro na ANVISA	SIM
Maleta de Transporte	Acessórios opcionais /somente nas versões Standard e Clinical

Pela análise realizada do prospecto/manual encaminhado, conclui-se que o equipamento ofertado atende as exigências de descritivo mínimos do edital, conforme quadro acima.

Januária, 28 de abril de 2025

Luan Gonçalves dos Santos
Coordenado de Almoxarifado
Hospital Municipal de Januária