



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA  
Secretaria Municipal de Saúde



RELATORIO DE ANÁLISE TÉCNICA DOS DESCRITIVOS CONSTANTES DO EDITAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2025, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, CONFORME APRESENTAÇÃO DOS PROSPECTOS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS:

ITEM 74: **Vídeo Laringoscópio: Sistema de vídeo laringoscópio para intubação.**

**MARCA:** HAIYE MEDICAL **MODELO:** HYHJ-KC

**VENCEDORA:** UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ:** 49.938.521/0001-83

| ANALISE CATALOGO / MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXIGENCIA DO EDITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROSPECTO APRESENTADO                                                                                                                                                                                                 |
| Corpo ergonômico, em aço inox ou material de alta resistência compatível com utilização em área pré-hospitalar, Totalmente livre de látex                                                                                                                                                                                                                      | ABS e aço inoxidável médico                                                                                                                                                                                           |
| Touchscreen de 3" para uma visão mais clara e segura Resolução: mínima de 640 x 480 (RGB) - Tecnologia antiembaçante instantânea; - WIFI: 2.4GHz de Frequência para Transporte de dados sem fio                                                                                                                                                                | 3/3.5 polegadas TFT LCD – RESOLUÇÃO 960X480 – 3.000 LUX                                                                                                                                                               |
| Câmera da lâmina com resolução mínima de 2.0 M Pixels                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 megapixels; Profundidade de campo:6-100mm; Ângulo de campo:70°±9°;                                                                                                                                                  |
| Grau de proteção: IPX6; Entrada de dados: USB tipo C, HDMI e WIF1 2 estão disponíveis                                                                                                                                                                                                                                                                          | Este produto tem as funções de tirar fotos, gravar, congelar, armazenar e exportar dados, reproduzir fotos e vídeos, HDMI, interface Tipo C e também pode ser conectado a uma tela externa para exibir na mesma tela. |
| Tecnologia de anti embaçamento da câmera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dupla, sem necessidade de tempo para aquecer.                                                                                                                                                                         |
| Duas Lâminas de laringoscópio reutilizável BD-MILO para Vídeo Laringoscópio compatível com BD-DF, tipo Macintosh, tamanho 0, Neonatal; Duas Lâmina de laringoscópio reutilizável, tamanho 1, tamanho 2, Pediátrico; Duas Lâmina de laringoscópio reutilizável BD-MAC3 para Vídeo Laringoscópio compatível com BDDF, tipo Macintosh, tamanho 3, Adulto Pequeno; | Tipo de lâmina reutilizável: Miller0, Miller1, Mac2. Mac3, Mac4, D-Blade – informação encaminhada no prospecto não é suficiente para comprovação das lâminas que vão conter com o aparelho.                           |

Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, Nº 75, Centro, Januária/MG – CEP: 39.480-000  
Telefone: (38) 3621-2329



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA

## Secretaria Municipal de Saúde



|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lâmina de laringoscópio reutilizável BD-MAC4 para Vídeo Laringoscópio compatível com BD-DF, tipo Macintosh, tamanho 4, Adulto Grande; Duas Lâmina de laringoscópio reutilizável DBLADE para Vídeo Laringoscópio compatível com BD-DF, tipo Macintosh, Via Aérea Difícil |                                                                                                                   |
| Memória interna mínima de 4GB, para recarga e upload de arquivos                                                                                                                                                                                                        | Memoria interna 32gb                                                                                              |
| Bateria tipo lítio recarregável com, no mínimo, 200 horas de trabalho, com adaptador de energia e 300 recargas                                                                                                                                                          | Tempo de trabalho: 6h; Tempo de re-carga: 4h; Capacidade: 3400mAh LITIO                                           |
| ; Porta: Micro 3 USB                                                                                                                                                                                                                                                    | Não foi possível identificar tal informação no prospecto encaminhado.                                             |
| Tensão de alimentação elétrica de 127V – 60 Hz ou 127/220 V - 60 Hz com seleção automática de tensão e cabo de Alimentação elétrica (padrão brasileiro - NBR 14136), caso aplicável;                                                                                    | 100~240V, 50/60Hz, 0,5A                                                                                           |
| Maleta reforçada, que acomode todo o sistema de vídeo laringoscópio para a guarda correta do equipamento e para ser transportável;                                                                                                                                      | O hospedeiro do laringoscópio. (informações contidas no manual da pagina da ANVISA.)                              |
| O equipamento deverá possuir aterramento através do cabo de alimentação, sem alteração das características originais do equipamento ou produto, caso aplicável;                                                                                                         | O equipamento tem carregador com cabo tipo "C", com todas as certificações.                                       |
| Garantia mínima: 12 meses;                                                                                                                                                                                                                                              | A partir da data de venda deste produto, a máquina host é garantida por 3 anos e a câmera é garantida por 2 anos. |
| Catálogo detalhado que comprove o atendimento a todos os itens acima e manuais técnicos e operacionais em português;                                                                                                                                                    | Segue o manual de instruções em anexo. (informações contidas no manual da pagina da ANVISA.)                      |
| As peças de reposição e acessórios referentes ao (s) equipamento(s) devem ter produção continuada por no mínimo cinco anos,                                                                                                                                             | A produção das peças de reposição são mantidas o fornecimento pelo período minimo de 5 anos.                      |
| Treinamentos para usuários; Treinamentos técnicos para os funcionários habilitados da Engenharia Clínica responsável pelo parque tecnológico do município;                                                                                                              | O treinamento pode ser on-line, pela facilidade de utilização do produto, não exige instalação.                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA  
Secretaria Municipal de Saúde



Pela análise realizada do Prospecto/manual encaminhado, conclui-se que o equipamento ofertado atende as exigências de descritivo mínimos do edital, conforme quadro acima. Assim, manifesta pela classificação do item.

5.13. Como requisito de participação neste certame, o licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial prevista no Edital e seus anexos.

Januária, 31 de março de 2025.

Vladimir Caldeira de Souza Junior  
Compras Saúde