



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
Secretaria Municipal de Saúde



RELATORIO DE ANÁLISE TÉCNICA DOS DESCRITIVOS CONSTANTES DO EDITAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2025, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, CONFORME APRESENTAÇÃO DOS PROSPECTOS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS:

ITEM 21: **Câmara de conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis.**

MARCA: Novainstruments **MODELO:** NI1760/350

VENCEDORA: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

CNPJ: 12.561.319/0001-75

ANALISE CATALOGO / MANUAL	
EXIGENCIA DO EDITAL	PROSPECTO APRESENTADO
Modelo científico vertical, Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, com no mínimo 04 prateleiras, com regulagem de altura.	Vertical ou horizontal, feito em chapa de aço inoxidável ou aço carbono com pintura branca em epóxi; Prateleira / Gaveta (1 a 8 unidades).
Porta de vidro com sistema ante embaçamento; Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade; espessura mínima de 70mm;	Porta cega ou de vidro triplo antiembaçante (no fog), com sistema corta-fogo; vedação em perfil magnético de alta resistência e longa vida útil; gaxeta dupla nos quatro lados e guarnição em PVC ou alumínio com puxador ergonômico e fechadura com chave; Opcional fechadura eletrônica com senha ou digital, podendo cadastrar e monitorar usuários; Em poliuretano injetado de alta densidade com até 75mm.
Capacidade mínima 340 litros.	Capacidade 350 Litros
Funcionamento bivolt 127/220 volts; Frequência 50/60 Hz; Faixas de Temperaturas entre 2°C a 8°C	Disjuntor liga/desliga; tensão 110V ou 220V ou bivolt automático. +2 a +8°C. Ajuste e resolução de 0,1°C. Opcional outras temperaturas.
Sistema de manutenção de temperatura em caso de falta de energia elétrica com autonomia mínima de 36 horas	Opcional integrado ao equipamento, com bateria selada recarregável mantém todas as funções elétricas e compressor em funcionamento em casos de falha de energia elétrica. autonomia até 72 horas.
Dispositivo de alerta por discador que realiza	Opcional sistema automático que realiza

Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, Nº 75, Centro, Januária/MG – CEP: 39.480-000
Telefone: (38) 3621-2329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
Secretaria Municipal de Saúde



ligações telefônicas com capacidade mínima de 05 números telefônicos, iluminação interna com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada	ligações telefônicas para até 9 (nove) números, assim que houver alguma falha relacionada ao compressor e comando eletrônico.
Base sapata niveladoras e/ou rodízios giratórios com trava.	4 rodízios em nylon com freio na parte frontal para fácil travamento. Opcional sapatas niveladoras;
Gás refrigerante ecológico R134A, Sistema de refrigeração livre de CFC.	Compressor hermético com tecnologia de variação de velocidade por frequência, gás ecológico, livre de CFC. Sistema de circulação interna com ar forçado e micro ventiladores; degelo automático com evaporação do condensado. Com plug de 3 pinos para facilitar a manutenção.
Chave geral tipo disjuntor para proteção da câmara	Disjuntor liga/desliga; tensão 110V ou 220V ou bivolt automático.
Painel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral. Painel eletrônico com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínimas e máximas atingidas.	Display LED, LCD ou TouchScreen, com controle frontal de fácil acesso, fundo iluminado e caracteres expandidos, para rápida visualização dos indicadores de temperatura máxima e mínima, data e hora, indicação de alarmes escolhidos, multi sensores e ajustes dos parâmetros por senha;
Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica com memorização mesmo com o desligamento da câmara.	Opcional sistema de monitoramento remoto via wifi ou cabo de rede. Permite o usuário acompanhar os eventos do equipamento em tempo real, através do software acessado por computador, smartphone ou tablet, compatível com os sistemas operacionais Android, IOS (iPhone) e Windows. Permite o gerenciamento à distância via internet, para possíveis ajustes e alterações de funcionamento diretamente da fábrica ou de qualquer local. Interface de comunicação TCP/IP - conversor de dados de comunicação ethernet (internet ou intranet). Interface que permite que as câmaras se conectem a computadores em rede através de uma central de monitoramento com endereço IP de conversor é possível acessar e gerenciar todos os equipamentos em rede local pela internet. Permite a inclusão de novos



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
Secretaria Municipal de Saúde



	usuários e exportação dos dados com a identificação do número de série e usuário do equipamento. Atende também aos requisitos da Resolução RCD 197/2017 no que concerne aos equipamentos para guarda e conservação de vacinas mantendo registro diário da temperatura máxima e da temperatura mínima, utilizando-se de instrumentos devidamente calibrados que possibilitem monitoramento contínuo da temperatura, mesmo diante de falha no fornecimento de energia elétrica.
Sistema eletrônico de travamento que evita alterações inadvertidas na programação.	Opção de contra-portas individuais em acrílico e travamento.

Pela análise realizada do Prospecto/manual encaminhado, conclui-se que o equipamento ofertado atende as exigências de descritivo mínimos do edital, conforme quadro acima. Assim, manifesta pela classificação do item.

5.13. Como requisito de participação neste certame, o licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial prevista no Edital e seus anexos.

Januária, 27 de março de 2025.

Vladimir Caldeira de Souza Junior
Compras Saúde