



RELATORIO DE ANÁLISE TÉCNICA DOS DESCRITIVOS CONSTANTES DO EDITAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2025, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, CONFORME APRESENTAÇÃO DOS PROSPECTOS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS:

ITEM 04: Aparelho para Fototerapia Halógena:

MARCA: OLIDEF **MODELO:** 10227180036

VENCEDORA: OLIDEF CZ IND E COM DE HOSPITALARES LTDA -

CNPJ: 55.983.274/0001-30

ANALISE CATALOGO / MANUAL	
EXIGENCIA DO EDITAL	PROSPECTO APRESENTADO
Aparelho para Fototerapia Halógena: Fototerapia compacta neonatal. Utiliza lâmpada dicróica halógena. Sistema de ajuste de foco simplificado. Sistema de filtros ultravioleta e infravermelhos incorporados. Baixo consumo de energia. Lente de proteção facilmente removível permitindo a limpeza do sistema de filtros. Pedestal com rodízios.	A fototerapia LED-PHOTO possui tecnologia micro processada e display alfanumérico de cristal líquido, que permite o monitoramento dos seguintes parâmetros: • Data e hora • Alarmes • Tempo de utilização dos LEDs • Tempo de terapia programado e restante • Temperatura ambiente • Temperatura do recém-nascido (opcional) • Relatório de irradiâncias • Medição da irradiância emitida (opcional) Utiliza leds de alta potência com vida útil estimada em 50.000 horas, sem emissão de radiação ultravioleta e infravermelha; Sistema de iluminação auxiliar que utiliza leds brancos para visualização do paciente; Permite ajuste de potência dos leds azuis e do tempo de tratamento; Gabinete em plástico de engenharia de alta resistência; Display alfanumérico de cristal liquido



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
Secretaria Municipal de Saúde



LCD;
Saída RS232;
Fácil manutenção;
Haste com ajuste de altura, pedestal com rodízios e sistema articulado para ajuste de foco luminoso;
Sonda para medição de irradiâncias;
Protetor ocular para fototerapia, hipoalergênico, com blackout integrado, sem costuras e com faixa elástica para fixação.

Conclusão Final:

Pela análise realizada do Prospecto/manual encaminhado, conclui-se que o equipamento ofertado **A fototerapia LED-PHOTO É COMPATÍVEL** com as exigências do edital para o item **Aparelho para Fototerapia Halógena**. Atende aos parâmetros técnicos, que irão reduzir o tempo de tratamento e consequentemente os gastos com internação do recém nascido.


Cynthia Pinheiro da Silva

Técnica em Enfermagem – Matrícula: 8618

Hospital Municipal de Januária