



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA

Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, nº 75, bairro Centro
Januária/MG – CEP 39480-000
CNPJ 21.461.546/0001-10

1º AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

A prefeitura Municipal de Januária-MG, torna público o aviso de retificação dos itens 14 e 21 do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Hospitalares, a fim de atender as necessidades do hospital municipal, das unidades de saúde e administrativas da secretaria municipal de saúde de Januária-Mg.

- **Onde se lê:**

ITEM	DESCRIÇÃO
14	CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO: Módulo Desfibrilador Externo Automático (DEA); Modo Prevenção de Morte Súbita (PMS); ECG (Eletrocardiograma) até 12 derivações; Oximetria (SpO2); Marca-passo. Não invasivo; Pressão Não Invasiva (PANI); Capnografia (EtCO2; Impressora; Bateria removível. Possuir registro na ANVISA. Apresentar prospecto/catalogo detalhado para análise de atendimento ao descritivo.
21	DEFIBRILADOR EXTERNO MODELO: Desfibrilador Externo Automático - Dea, Modo De Funcionamento: Semiautomático, Forma De Onda: Exponencial Truncado Bifásico, Recursos: Registro De Eventos Pcr, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: com e sem Fio. Possuir registro na ANVISA. Apresentar prospecto/catalogo detalhado para análise de atendimento ao descritivo.

- **Leia-se:**

ITEM	DESCRIÇÃO
14	CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO: Equipamento portátil, microprocessado, tecnologia bifásica. Modo de operação manual e Módulo Desfibrilador Externo Automático (DEA) integrado, com comandos visuais e sonoros em língua portuguesa. Função de monitorização de ECG (Eletrocardiograma) de no mínimo 03 derivações simultâneas. Equipado com Marca-passo cardíaco externo não invasivo (transtorácico). Monitorização de Oximetria de Pulso (SpO2) e Pressão Arterial Não Invasiva (PANI). Impressora térmica integrada para registro de eventos e curvas. Bateria interna recarregável e removível, com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA

Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, nº 75, bairro Centro
Januária/MG – CEP 39480-000
CNPJ 21.461.546/0001-10

	indicador de carga. Alimentação bivolt automática e rede 12V. Registro ativo na ANVISA. Apresentar prospecto/catalogo detalhado para análise de atendimento ao descritivo.
21	DEFIBRILADOR EXTERNO: Desfibrilador Externo Automático - DEA, Modo De Funcionamento: Semiautomático, Forma De Onda: Exponencial Truncado Bifásico, Recursos: Registro De Eventos PCR, Autonomia Da Bateria mínimo 200 Choques ou mínimos 06 horas de monitoramento, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados; carregador de bateria, manual em português, eletrodos autoadesivos ou similar. Possuir registro na ANVISA. Apresentar prospecto/catalogo detalhado para análise de atendimento ao descritivo.

NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL COM REABERTURA DE PRAZO

- **Onde se lê:** APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: Até às 08:59 min, do dia 19 de maio de 2026, que deverão ser encaminhadas, exclusivamente, por meio eletrônico.
- **ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO DE LANCES:** às 09h00min, do dia 19 de maio de 2026.

- **Leia-se:** APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: Até às 08:59 min, do dia 01 de junho de 2026, que deverão ser encaminhadas, exclusivamente, por meio eletrônico.
- **ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO DE LANCES:** às 09h00min, do dia 01 de junho de 2026.

Januária, 18 de maio de 2026.

Pedro Henrique Mota de Sousa Gomes
Pregoeiro
Decreto 5.033/2023