

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CORAÇÃO DE JESUS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025

O MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS/MG, torna público para o conhecimento de todos os interessados, o extrato da Ata de Registro de Preços Nº 17/2025:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS.
DETENTORA: 57.032.406 JESSICA CUSTODIO SILVA.
CNPJ: 57.032.406/0001-73

Material/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO - ESPECIFICACAO BASICA: EQUIPAMENTO COM CIRCUITOS CAPAZES DE DETECTAR A ATIVIDADE ELETRICA DO CORACAO E INCRONIZAR A APLICACAO DO PULSO DESFIBRILATORIO COM A ONDA R (MOMENTO DE CONTRACAO DOS VENTRICULOS OU SISTOLE) DO ELETROCARDIOGRA MA (ECG), CASO A ATIVIDADE ELETRICA ESTEJA AINDA MINIMAMENTE PRESERVADA. APLICACAO BASICA: DESFIBRILACAO E CARDIOVERSAO CARDIACA, MARCAPASSO EXTERNO E MONITORA CAO DO ECG EM PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS. DESCRICAO: I. MONITOR: 1. MONITOR DE ECG PARA ACOMPANHAMENTO VISUAL DOS SINAIS CARDIACOS. 2. DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LIQUIDO DE NO MINIMO 05 POLEGADAS. 3. VELOCIDADE PARA O TRACADO DE CURVA: MINIMO EM 25 MM/S. 4. APRESENTACAO NUMERICA DA FREQUENCIA CARDIACA, EM DISPLAY ESPECIFICO OU NA TELA DO MONITOR. 5. CAPACIDADE DE IMPRESSAO DOS TESTES INICIAIS DE FUNCIONAMENTO (AUTO TESTE). II. DESFIBRILADOR: 1. BIFASICO. 2. DESFIBRILACAO EXTERNA ATRAVES DAS PAS. 3. FUNCIONAMENTO DE FORMA SIMPLIFICADA, PASSOS 1-2-3, COM INSTRUCOES DE OPERACAO NO PROPRIO PAINEL. 4. POSSIBILIDADE DE ANULAR CARGA MANUALMENTE. 5. A DESCARGA DO DESFIBRILADOR DEVE REQUERER A ATIVACAO SIMULTANEA DE DOIS CONTROLES (UM EM CADA PA), PARA MINIMIZAR O RISCO DE CHOQUE ACIDENTAL. 6. INDICACAO CLARA DAS FASES: CARREGANDO, PRONTO, DESCARREGANDO, DESARMANDO. 7. MODO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, COM SISTEMA DE ACONSELHAMENTO DO PROTOCOLO DE CHOQUE EM PORTUGUES. 8. FUNCIONAMENTO TANTO A BATERIA QUANTO A ENERGIA ELETRICA. 9. ALIMENTACAO ELETRICA: BIVOLT AUTOMATICO - 60 HZ. III. PARAMETROS: 1. ELETROCARDIOGRAMA (ECG) A. AQUISICAO DOS SINAIS CARDIACOS PODERA SER FEITA TANTO POR IN TERMEDIO DAS PAS DE DESFIBRILACAO QUANTO PELOS SENSORES TRADICIONAIS DE ECG. B. FREQUENCIA CARDIACA: 40 A 190 BPM. C. MPLITUDE SELECIONAVEL: 5,10 E 20 MM/MV. D. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DO SINAL DE ECG - 25 MM/S. E. DERIVACOES: I, II, III, AVR, AVL, AVF E V. F. ALARMES: LIMITES MAXIMOS E MINIMOS DE FREQUENCIA CARDIACA. G. REGISTRO EM PAPEL DAS OCORRENCIAS DE CADA DISPARO, DE FORMA MANUAL OU AUTOMATICA: HORA, DATA, NIVEL DE ENERGIA SELECIONA DA, FREQUENCIA CARDIACA, DESFIBRILACAO SINCRONIZADA, AMPLITU DE DO ECG, ETC. H. IMPRESSAO AUTOMATICA / MANUAL. IV. MARCA PASSO EXTERNO NAO INVASIVO: 1. MODOS POSSIVEIS DE OPERACAO: DEMANDA E FIXO. 2. FREQUÊNCIA CARDIACA: 40 A 150 BPM. 3. UM PAR COMPLETO DE ELETRODOS PARA PACIENTES ADULTOS. V. MEMORIA: 1. PERMITIR MEMORIA COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR APROXIMADAMENTE 20 EVENTOS COM DATA E HORA E TRACADO DE ECG OU APROXIMADAMENTE 45 MINUTOS DE FORMA CONTINUA. VI. BATERIA: 1. BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM CARREGADOR INTERNO AO EQUIPAMENTO. 2. ALARME DE BAIXA CARGA DA BATERIA. 3. INDICACAO DA SITUACAO (CONDICAO) DA BATERIA. 4. O SISTEMA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MINIMO, 30 DESCARGAS, SEM PRECISAR DE RECARGA DURANTE ESSE PERIODO. VII. ACESSORIOS: 1. UM CABO DE ECG PARA PACIENTE, PROTEGIDO CONTRA INTERFERENCIAS COM 05 VIAS. 2. UM PAR	unidade	1,00	8.486,57	8.486,57

COMPLETO DE PAS EXTERNAS INTERCAMBIAVEIS PARA PACIENTES PEDIATRICO/ADULTO. 3. DOIS ROLOS DE PAPEL PARA REGISTRO. NORMALIZACAO: DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE				
HALLIGAN PARA ARROMBAMENTO	unidade	1,00	2.749,90	2.749,90
TALHA TIFOR 3200 KG COMPLETA COM LINGA E TUBO Material: Aço, Capacidade: 4.000 KG; Aplicação: Arrastar E Levantar Cargas; Características Adicionais: Carretel Para Alavanca E Cabo De Manuseio; Diâmetro: 15,80 MM; Comprimento: 50 M Capacidade Tração: 5.000 KG.	unidade	1,00	7.458,90	7.458,90

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 18.695,37 (dezoito mil e seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos).

PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 MESES.
DATA DA ASSINATURA: 15/05/2025.
VIGÊNCIA FINAL: 15/05/2026.

Ata de Registro de Preço em sua integralidade disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (<https://www.gov.br/pncp/pt-br>), Site da Municipal na aba “Licitações”: <https://www.coracaodejesus.mg.gov.br/licitacao>, e na plataforma LICITARDIGITAL <https://app.licitardigital.com.br/>.

JOSÉ CARLOS MOTA
Secretaria Municipal De Planejamento, Gestao E Finanças.

Publicado por:
Mariana Sampaio Batista
Código Identificador:A56BA0F9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 16/05/2025. Edição 4021
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>