

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA					
	SERVIÇO DE FARMÁCIA HOSPITALAR					
	Formulário					
	Documento de Formalização de Demanda					
	Código GETH.SEFAR – FO.000	Emissão 30/11/2023	Última Revisão	Versão 01	Página 01/ 01	

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

À Equipe de Planejamento de Contratações,

Solicito que seja providenciada a solução para aquisição eventual de OPMEs utilizadas em procedimentos de embolização endovascular, em pacientes do SUS, por um período de 12 meses na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), conforme especificações técnicas e quantitativos descritas na tabela abaixo:

ITEM	SIMAS	PRODUTO	QUANTIDADE ESTIMADA PARA 12 MESES
1	187206-0	Micro cateter revestido internamente com PTFE e cobertura hidrofílica, montado no fio guia, compreendido nos tamanhos de 2,5F a 3,0F, comprimento do cateter a partir de 110cm. Ponta moldável.	20
2	182324-8	Microcateter de cobertura hidrofílica, com mandril de moldagem, haste distal flexível com dois marcadores radiodensos, compatível com fio-guia 0.014', de 150 cm de comprimento, pontas reta ou 45° ou 90°	40
3	101610-5	Microguia 0.014' com núcleo em aço inoxidável, extremidade radiopaca e revestimento hidrofílico, no comprimento de 300 cm	60
4	179239-3	Partícula embolizante – Microesfera calibrada produzida em hidrogel, com controle de absorção. Apresentações de 100-300µm.	20
5	187198-6	Partícula embolizante - Microesfera calibrada produzida em hidrogel. Apresentações de 300-500µm.	20
6	187200-1	Partícula embolizante – Microesfera calibrada produzida em hidrogel. Apresentações de 500-700µm.	15
7	187281-8	Partícula embolizante – Microesfera calibrada produzida em hidrogel, hidrofílica, não reabsorvível, pré envasadas em seringas de 20ml. Apresentações de 100-300µm.	20
8	187283-4	Partícula embolizante – Microesfera calibrada produzida em hidrogel, hidrofílica, não reabsorvível, pré- envasadas em seringas de 20ml. Apresentações de 300-500µm.	15

Elaborado por SEFAR	Aprovado por GETH/AQSH	Data de Elaboração 30/11/2023	Data para próxima Alteração 30/11/2025
-------------------------------	----------------------------------	---	--

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA					
	SERVIÇO DE FARMÁCIA HOSPITALAR					
	Formulário					
	Documento de Formalização de Demanda					
	Código GETH.SEFAR – FO.000	Emissão 30/11/2023	Última Revisão	Versão 01	Página 01/ 01	

9	187284-2	Partícula embolizante – Microesfera calibrada produzida em hidrogel, hidrofílica, não reabsorvível, pré- envasadas em seringas de 20ml. Apresentações de 500-700µm.	15
10	187203-6	Coils embolizante – Molas de platina para embolização para procedimentos de embolização arterial ou venosa de vasos pequenos e com alto fluxo, com comprimento entre 0,5 e 6cm e diâmetros entre 0,2 e 1cm. O vencedor terá que fornecer o Dispositivo ou Sistema de liberação controlada mecânico de mola.	15
11	187202-8	Coils embolizante – Molas de platina para embolização para procedimentos de embolização arterial ou venosa de vasos longos, pequenos ou finos e com fluxo baixo ou moderado, com comprimento entre 14 e 20cm e diâmetros entre 0,6 e 2cm. O vencedor terá que fornecer o Dispositivo ou Sistema de liberação controlada mecânico de mola.	15
12	183008-2	Sistema de embolização hidrofílica vascular periférico liberação livre, composto de mola de platina e um polímero hidrogel expansível, compatível com fio guia 0.018". Tamanho: com diâmetro de 2mm x 10mm e comprimento de 2 a 14 cm.	10
13	182358-2	Sistema de embolização hidrofílica vascular periférico liberação controlada, composto de mola de platina e um polímero hidrogel expansível, compatível com fio guia 0.018". Tamanho: com diâmetro de 3mm x 20mm e comprimento de 5 a 30 cm.	20
14	183008-2	Sistema de embolização hidrofílica vascular periférico liberação livre, composto de mola de platina e um polímero hidrogel expansível, compatível com fio guia 0.035". Tamanho: com diâmetro de 4mm x 15mm e comprimento de 4 a 14 cm.	30
15	182359-0	Sistema de embolização hidrofílica vascular periférico liberação controlada, composto de mola de platina e um polímero hidrogel expansível, compatível com fio guia 0.018". Tamanho: com diâmetro de 4mm x 20mm e comprimento de 10 a 50 cm.	5

Considerando que o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna é referência regional para o tratamento de doenças cardiovasculares, dentre elas malformações

Elaborado por SEFAR	Aprovado por GETH/AQSH	Data de Elaboração 30/11/2023	Data para próxima Alteração 30/11/2025
-------------------------------	----------------------------------	---	--

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ					
	FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA					
	SERVIÇO DE FARMÁCIA HOSPITALAR					
	Formulário					
	Documento de Formalização de Demanda					
	Código GETH.SEFAR – FO.000	Emissão 30/11/2023	Última Revisão	Versão 01	Página 01/ 01	

arteriovenosas e embolizações de aneurismas, recebendo pacientes com quadro de alta complexidade.

Solicitamos aquisição destas OPMEs por um período de 12 meses, como forma de garantir a continuidade destes procedimentos e consequentemente o atendimento dos pacientes.

Informo que, referente aos itens supracitados, possuímos as Atas de Registro de Preços listadas abaixo, com suas respectivas vigências:

1º TA ARP 128/2024 (PAE E-2025/2640198) – Vigência 23/08/2026;

1º TA ARP 129/2024 (PAE E-2025/2640444) – Vigência 24/08/2026;

1º TA ARP 131/2024 (PAE E-2025/2648226) – Vigência 21/09/2026;

1º TA ARP 151/2024 (PAE E-2025/2648226) – Vigência 21/09/2026;

1º TA ARP 149/2024 (PAE E-2025/2648190) – Vigência 21/09/2026;

Todos os processos tratam-se de termos aditivos das ARPs oriundas do SRP 90014/2024, sem possibilidade de novas prorrogações.

A equipe de OPME, vinculada à Central de Abastecimento - CAF e ao Serviço de Farmácia - SEFAR, é o setor responsável pelo planejamento, aquisição, estocagem e distribuição dos OPMEs destinados a atender o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

Informo que estes itens estão previstos no Plano de Contratações Anual a indicação do membro da equipe d

e planejamento e o responsável pela fiscalização: Fiscal titular: Agnes Nami Kaminosono, matrícula 54189871; Fiscal suplente: Daniela Smith Brito, matrícula 54195001;

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Heitor Tulio Silva de Moraes

Enfermeiro

CAF/OPME/SEFAR/FPEHCGV

Matrícula 5966119/1

Elaborado por SEFAR	Aprovado por GETH/AQSH	Data de Elaboração 30/11/2023	Data para próxima Alteração 30/11/2025
-------------------------------	----------------------------------	---	--



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3572801

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Heitor Túlio Silva de Moraes,

CPF: ***.667.932-**

Em: 30/10/2025 18:28:14

Aut. Assinatura: 28bc101311b040f4f984ba398099f10da24a7395f33c48f8587b761201ace726



Identificador de autenticação: 0575d3ac-8f2b-49f4-888e-0d27a6aa8937

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>