

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE Nº 169/2023 - SCR 2077524



De <patricia.tavares@crlicitar.com.br>
Para <licita06@pge.ap.gov.br>, <coordlicit@pge.ap.gov.br>
Cópia <cesar.augusto@crlicitar.com.br>, <tarsila.andrade@crlicitar.com.br>, <bruna.vieira@crlicitar.com.br>
Data 2023-11-21 16:36

Boa tarde, prezados!

Espero que estejam bem.

Segue pedido de esclarecimento.

REF: **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 169/2023 - CLC/PGE Processo SIGA n.º 00036/SESA/2023**

Para o item 40 - “Serão aceitos equipamentos com entrada de oxigênio de alta pressão?”

POR GENTILEZA CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Atenciosamente ;

Patrícia Tavares - Licitações

patricia.tavares@crlicitar.com.br

(11) 98052-7520

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE Nº 169/2023 - SCR 2077524



De <licita06@pge.ap.gov.br>
Para Cogec licitacao <cogec.licitacao@gmail.com>
Data 2023-11-22 09:27

ETP PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.pdf (~466 KB) PE 169-2023. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.pdf (~2,1 MB)

----- Mensagem original -----
 Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE Nº 169/2023 - SCR 2077524
 Data: 2023-11-21 16:36
 De: <patricia.tavares@crlicitar.com.br>
 Para: <licita06@pge.ap.gov.br>, <coordlicit@pge.ap.gov.br>
 Cópia: <cesar.augusto@crlicitar.com.br>, <tarsila.andrade@crlicitar.com.br>, <bruna.vieira@crlicitar.com.br>

Boa tarde, prezados!

 Espero que estejam bem.

Segue pedido de esclarecimento.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 169/2023 - CLC/PGE Processo SIGA n.º 00036/SESA/2023

Para o item 40 - "Serão aceitos equipamentos com entrada de oxigênio de alta pressão?"

POR GENTILEZA CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Atenciosamente ;

 Patrícia Tavares - Licitações

patricia.tavares@crlicitar.com.br

(11) 98052-7520

Boa tarde

Senhor (a) Coordenador (a)!

Com embasamento no Art. 164, Parágrafo Único, da Lei nº 14.133/2021 (A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame), dessa forma, segue o Pedido de Esclarecimento da licitante C&R LICITAÇÕES LTDA - CNPJ: 02.123.544/0001-76, para posterior análise e resposta, referente ao PE nº 169/2023-PROCESSO SIGA: 00036/SESA/2023, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, para atender as necessidades da rede estadual de saúde, visando a reestruturação, modernização e reorganização dos serviços de saúde prestados pelo Estado do Amapá. Segue em anexo o Pedido de Esclarecimento.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Licitação e Contratos
 CLC/PGE-AP

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE Nº 169/2023 - SCR 2077524

De <licita06@pge.ap.gov.br>
Para <patricia.tavares@crlicitar.com.br>
Data 2023-11-23 13:15

----- Mensagem original -----

Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE Nº 169/2023 - SCR 2077524

Data: 2023-11-22 17:24

De: Tayna Cavalcante <cavalcantetayna3@gmail.com>

Para: licita06@pge.ap.gov.br

Boa tarde,

Em relação ao questionamento do item 40 "Serão aceitos equipamentos com entrada de oxigênio de alta pressão?", informamos que a proposta deve ser de acordo com o descritivo do Termo de Referência, que no caso, solicita "entrada de oxigênio de baixa pressão".

att,

Tayná Cavalcante
Apoio Técnico do Gabinete de Atenção à Saúde/SESA

Boa tarde

Senhor Representante, segue para conhecimento a resposta da Secretaria de Estado da Saúde, com relação ao Pedido de Esclarecimento!

Atenciosamente,

Coordenadoria de Licitação e Contratos
CLC/PGE-AP