

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 039/2024 - DÚVIDA



De Luis Moreira <luisgamoreira@terra.com.br>
Para <licita20@scl.ap.gov.br>, <coordlicit@scl.ap.gov.br>
Responder para <luisgamoreira@terra.com.br>
Data 2024-04-19 10:09
Prioridade Normal

Bom dia!

Sr. Pregoeiro, verificando a descrição do lote 18 - BOMBA DE INFUSÃO, gostaria de saber se a mesma **é equipo dedicado ou universal**. Isto se faz necessário, por se tratar de valores diferentes.

Atenciosamente,

Luis Moreira
L. G. A. MOREIRA LTDA - EPP - Há mais de 30 anos trabalhando com saúde.
CNPJ: 14.535.579/0001-00
Endereço: Av. Mendonça Furtado - 2125 A - Santa Rita - Macapá/AP - **Cep:** 68901-254
Fone: **(96) 3313-6079 / 99112-9393(VIVO/WhatsApp)** /98125-2827(TIM/WhatsApp)
Email: luisgamoreira@terra.com.br
Skype: luisgamoreira@terra.com.br
IE: 03.004957-7 **SUFRAMA:** 201110938



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
GABINETE DE ATENÇÃO À SAÚDE

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024 SCL / AP

PROCESSO SIGA Nº 00002/SESA/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A RADIOTERAPIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO EDITAL – PE 039/2024 SCL / AP

Trata-se de pedido de esclarecimento impetrado pela Empresa **L. G. A. MOREIRA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 14.535.579/0001-00, localizada na Av. Mendonça Furtado - 2125 A - Santa Rita - Macapá/AP - Cep: 68901-254 Fone: (96) 3313-6079 / 99112-9393(VIVO/WhatsApp) /98125-2827(TIM/WhatsApp) Email: luisgamoreira@terra.com.br.

A impetrante solicita esclarecimentos, conforme passamos a expor:

1. Sr. Pregoeiro, verificando a descrição do lote 18 - BOMBA DE INFUSÃO, gostaria de saber se a mesma é equipo dedicado ou universal. Isto se faz necessário, por se tratar de valores diferentes.

Informamos que:

A bomba de infusão que a empresa ofertar **deve** atender exclusivamente ao descritivo técnico do Termo de Referência, **podendo ou não ser de equipo de uso dedicado**, ou seja, a proposta deve atender aos quesitos: Material: Policarbonato Tipo: Volumétricas (Linear) Administração: Enteral/Parenteral Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana Programação: Programação ML/H, Gotas, Volume/Tempo Alarme: Alarme Acessórios: Permite A Fixação De Até 3 Equipamentos Dose: Dose Em Mg, Mcg e ML. Características complementares: incluso cabo de alimentação, voltagem 110, podendo ser ofertada equipo **UNIVERSAL ou de USO DEDICADO**.

Macapá – AP, 30 de abril de 2024.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
GABINETE DE ATENÇÃO À SAÚDE

SILVANA VEDOVELLI

Secretária de Estado da Saúde do Amapá
Decreto nº 001/2023-GEA

INGRIDE LIMA DOS REIS

Assessora Técnica do Gabinete de Atenção à Saúde

ZULMIRA TAYNÁ SILVA CAVALCANTE

Assessora Técnica do Gabinete de Atenção à Saúde

PE 039/2024 RESPOSTA DO ÓRGÃO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



De <licita20@scl.ap.gov.br>
Para <luisgamoreira@terra.com.br>
Data 2024-05-07 12:57

 RESPOSTA DO ÓRGÃO-EMPRESA L. G. A. MOREIRA LTDA.pdf (~764 KB)

Senhor licitante, encaminho-vos em anexo a resposta do órgão quanto ao pedido de esclarecimento.

Por gentileza, acusar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Kleber Rabelo
Pregoeiro – SECCOMPRAS
Decreto nº 2818/2024-GEA