

Fresenius Kabi Brasil Ltda.

A
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DO ESTADO DO AMAPÁ SECCOMPRAS/AP
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2024
PROCESSO SIGA n.º 00002/SESA/2024

Av. Marginal Projetada, 1652
06460-200 Barueri – SP – Brasil
T. (11) 2504-1400
F. (11) 2504-1615
www.fresenius-kabi.com.br

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A empresa **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº: 49.324.221/0001-04 - I.E.: 206.278.216-110, sediada na Av. Marginal Projetada, Rod Castelo Branco 1652 Galpões 1,2,3,4 - Tamboré Barueri - SP - CEP: 06460-200, interessada em participar do pregão acima mencionado, vem respeitosamente solicitar esclarecimento conforme segue:

De acordo com Anexo I – Estudo Técnico Preliminar – Especificação Técnica do Objeto, para o item 18, está sendo solicitado BOMBA DE INFUSÃO, **Administração: Enteral/Parenteral.**

A administração de medicamentos, alimentos e soluções é um procedimento realizado com frequência, erros nos processos de administração e conexões destes dispositivos terapêuticos podem resultar em eventos adversos graves, podendo ser letais. Nos últimos anos no Brasil alguns eventos de falecimento se deram pelo uso equivocado nesta administração principalmente de nutrição enteral por sonda ter sido realizada em acesso endovenoso, diante destes casos a ANVISA apresentou algumas causas e recomendações um dos principais fatores são sistema de segurança entre conexão e conectores e desing dos produtos, a indústria de equipamentos hospitalar vem contribuindo e atendendo as recomendações solicitas lançando equipamentos com uso exclusivo para infusão enteral através de sonda e com dispositivos de conexões com sistema de segurança que não permita conexão em acesso venoso . Visando atender as todas as exigências pensando na segurança do paciente a **Fresenius Kabi**, trabalha com modelos de bombas separados para administração parenteral e enteral.

Deste modo gostaríamos de participar do processo ofertando a nossa bomba que faz administração de medicamentos Agilia VP MC. Será possível nossa participação?

Barueri, 19 de abril de 2024

Veronica Sampaio dos Santos

Verônica Sampaio dos Santos
RG. 23.289.765-7
CPF. 173.931.338-06
Analista de Licitações



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
GABINETE DE ATENÇÃO À SAÚDE

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024 SCL / AP

PROCESSO SIGA Nº 00002/SESA/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A RADIOTERAPIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO EDITAL – PE 039/2024 SCL / AP

Trata-se de pedido de esclarecimento impetrado pela Empresa **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº: 49.324.221/0001-04 - I.E.: 206.278.216-110, sediada na Av. Marginal Projetada, Rod Castelo Branco 1652 Galpões 1,2,3,4 - Tamboré Barueri - SP - CEP: 06460- 200, www.fresenius-kabi.com.br.

A impetrante solicita esclarecimentos, conforme passamos a expor:

1. De acordo com Anexo I – Estudo Técnico Preliminar – Especificação Técnica do Objeto, para o item 18, está sendo solicitado BOMBA DE INFUSÃO, Administração: Enteral/Parenteral. A administração de medicamentos, alimentos e soluções é um procedimento realizado com frequência, erros nos processos de administração e conexões destes dispositivos terapêuticos podem resultar em eventos adversos graves, podendo ser letais. Nos últimos anos no Brasil alguns eventos de falecimento se deram pelo uso equivocado nesta administração principalmente de nutrição enteral por sonda ter sido realizada em acesso endovenoso, diante destes casos a ANVISA apresentou algumas causas e recomendações um dos principais fatores são sistema de segurança entre conexão e conectores e desing dos produtos, a indústria de equipamentos hospitalar vem contribuindo e atendendo as recomendações solicitas lançando equipamentos com uso exclusivo para infusão enteral através de sonda e com dispositivos de conexões com sistema de segurança que não permita conexão em acesso venoso . Visando atender as todas as exigências pensando na segurança do paciente a Fresenius Kabi, trabalha com modelos de bombas separados para administração parenteral e enteral. Deste modo gostaríamos de



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
GABINETE DE ATENÇÃO À SAÚDE

participar do processo ofertando a nossa bomba que faz administração de medicamentos Agilia VP MC. Será possível nossa participação?

Informamos que:

Para evitar erros em administrar as medicações e a dieta enteral, os fabricantes disponibilizam equipos com coloração diferenciada. No caso da dieta enteral, o equipo tem toda sua coloração azulada e uma parte siliconada para encaixar no rolete da bomba, tendo sua saída como encaixe diferenciado e uma tampinha azul para fechar a sonda caso desprezar a mesma, para colocar em sonda enteral.

Desta forma a aquisição da bomba com administração parenteral e enteral torna-se mais vantajosa para a administração pública, considerando que a mesma bomba pode atender as duas demandas.

Será possível a participação da empresa que ofereça proposta de acordo com o descritivo técnico do Termo de Referência.

Macapá – AP, 30 de abril de 2024.

SILVANA VEDOVELLI

Secretária de Estado da Saúde do Amapá
Decreto nº 001/2023-GEA

INGRIDE LIMA DOS REIS

Assessora Técnica do Gabinete de Atenção à Saúde

ZULMIRA TAYNÁ SILVA CAVALCANTE

Assessora Técnica do Gabinete de Atenção à Saúde

PE 039/2024 RESPOSTA DO ÓRGÃO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



De <licita20@scl.ap.gov.br>
Para <Veronica.Sampaio@fresenius-kabi.com>
Data 2024-05-07 13:31

2.RESPOSTA DO ÓRGÃO-EMPRESA FRESENIUS KABI.pdf (~957 KB)

Senhor licitante, encaminho-vos em anexo a resposta do órgão quanto ao pedido de esclarecimento.

Por gentileza, acusar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Kleber Rabelo
Pregoeiro – SECCOMPRAS
Decreto nº 2818/2024-GEA