

Solicitação de Esclarecimento P.E. 039/2024 - SCL/AP



De

Licitações - Next Medical <licita.nextmedical@gmail.com>

Para

<licita20@scl.ap.gov.br>

Cópia

<coordlicit@scl.ap.gov.br>

Data

2024-04-23 16:47

Boa tarde sr. Pregoeiro,

Em atenção ao **Pregão Eletrônico nº 039/2024**, cujo objeto é a **Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a radioterapia, visando atender as necessidades da rede estadual de saúde**, viemos por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos quanto aos **itens 17 e 18**:

Considerando os descritivos dos equipamentos dos itens 17 e 18 vemos:

ITEM 17 BOMBA DE SERINGA Material: Policarbonato Tipo: Volumétricas (Linear) Vazão: 0,1 A 1500 MI/H Administração: Enteral/Parenteral Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa Progamação: Progamação **MI/H, Gotas, Volume/Tempo** Alarme: Alarme Acessórios: Bateria Recarregável Dose: Dose Em **Mg, Mcg, Mmol E Meq.** (GN)

ITEM 18 BOMBA DE INFUSÃO Material: Policarbonato Tipo: Volumétricas (Linear) Administração: Enteral/Parenteral Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana Progamação: Progamação **MI/H, Gotas, Volume/Tempo** Alarme: Alarme Acessórios: Permite A Fixação De Até 3 Equipamentos Dose: **Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq** Características complementares: incluso cabo de alimentação, voltagem 110. (GN)

Considerando a usabilidade das configurações de programação de equipamentos de bombas de seringa e infusão que podem variar de acordo com o seu fabricante.

Considerando que a usabilidade de doses em **MILIMOL (mmol) e MILIEQUIVALENTE (meq) e Gotas é meramente restritiva pois direciona para marcas no mercado, ou até mesmo não haveria atendimento 100% do descritivo solicitado.**

Considerando que ainda que as unidades solicitadas são praticamente inutilizadas, e em casos excepcionais **podem se fazer a adequação necessárias para as unidades mg, mcg e Mililitro, usualmente aplicadas dentro das unidades de saúde.**

Considerando que nossa Empresa irá oferecer equipamentos, que **já se encontram em uso pela Secretaria de Saúde do Estado do Amapá/SESA/AP** como bem adquirido pela SESA/AP e aprovados por comissão técnica, não tendo nada que desabone os mesmos.

Considerando ainda que nossa Empresa tem fornecido insumos, assim como treinamentos ao corpo técnico dos hospitais, que utilizam os equipamentos, e conseqüentemente tem gerado a assistência necessária para demandas locais.

Assim, diante dos fatos apresentados, viemos solicitar o seguinte esclarecimento:

1. Serão aceitos equipamentos (Bomba de infusão e seringa) da marca SAMTRONIC com programações similares, considerando que os mesmos atendem às Normas Técnicas da ABNT, e já se encontram em utilização na rede de Saúde Estadual?

Obs.: Favor, acusar recebimento

Atenciosamente,
Setor de Licitações - **SELIC/NEXT MEDICAL**



Next Medical

Setor de Licitações - SELIC/NEXT

 (96) 3241-1210

 (96) 99970-2235 | (96) 9 9914-5799

 CNPJ: 32.582.556/0001-20 | I.E.: 030606179

 Rua Estrela, 985 - Sala A - C, Jardim Marco Zero
CEP 68.903-396 - Macapá/AP

 licita.nextmedical@gmail.com

SEGURANÇA: Esta mensagem deve ser lida e utilizada apenas pelo (s) destinatário(s) ao (s) qual(is) é endereçada e pode conter informações confidenciais ou sob algum tipo de restrição legal de divulgação.
RESPONSABILIDADE SOCIAL: Preserve sua vida e o meio ambiente. Avalie a necessidade de imprimir este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
GABINETE DE ATENÇÃO À SAÚDE

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2024 SCL / AP

PROCESSO SIGA N° 00002/SESA/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A RADIOTERAPIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE.

DATA: 30/04/2024

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO EDITAL – PE 039/2024 SCL / AP

Trata-se de pedido de esclarecimento impetrado pela Empresa **NEXT MEDICAL**, inscrita no CNPJ nº 32.582.556/0001-20, localizada na rua: Estrelas, 985 – sala A – C Jardim Marco Zero – CEP 68.903.36 – Macapá -AP , endereço eletrônico licita.nextmedical@gmail.com .

A impetrante solicita diversos esclarecimentos, conforme passamos a expor:

1. Considerando os descritivos dos equipamentos dos itens 17 e 18, serão aceitos equipamentos (Bomba de infusão e seringa) da marca SAMTRONIC com programações similares, considerando que os mesmos atendem às Normas Técnicas da ABNT, e já se encontram em utilização na rede de Saúde Estadual?
2. Considerando que ainda que as unidades solicitadas são praticamente inutilizadas, e em casos excepcionais podem se fazer a adequação necessárias para as unidades mg, mcg e Mililitro, usualmente aplicadas dentro das unidades de saúde.

Informamos que:

A insurgência, de fato, merece ser acolhida, pois a exigência contida nos descritivos técnicos dos itens 17 e 18 do anexo I do Termo de Referência, de doses em MILIMOL (mmol) e MILIEQUIVALENTE (meq) não são de uso diário nos hospitais sendo desnecessário tal quesito, desta forma, **VISANDO UMA AMPLA CONCORRÊNCIA E O NÃO DIRECIONAMENTO DO CERTAME** será solicitado um ADENDO ao descritivo técnico do Termo de Referência.

Onde lê-se:



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
GABINETE DE ATENÇÃO À SAÚDE

ITEM 17 - BOMBA DE SERINGA Material: Policarbonato Tipo: Volumétricas (Linear) Vazão: 0,1 A 1500 MI/H Administração: Enteral/Parenteral Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo Alarme: Alarme Acessórios: Bateria Recarregável Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq.

ITEM 18 - BOMBA DE INFUSÃO Material: Policarbonato Tipo: Volumétricas (Linear) Administração: Enteral/Parenteral Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo Alarme: Alarme Acessórios: Permite A Fixação De Até 3 Equipamentos Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq Características complementares: incluso cabo de alimentação, voltagem 110.

Leia-se:

ITEM 17 - BOMBA DE SERINGA Material: Policarbonato Tipo: Volumétricas (Linear) Vazão: 0,1 A 1500 MI/H Administração: Enteral/Parenteral Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo Alarme: Alarme Acessórios: Bateria Recarregável Dose: Dose Em: mg, mcg e ml.

ITEM 18 - BOMBA DE INFUSÃO Material: Policarbonato Tipo: Volumétricas (Linear) Administração: Enteral/Parenteral Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo Alarme: Alarme Acessórios: Permite A Fixação De Até 3 Equipamentos Dose: Dose Em: mg, mcg e ml. Características complementares: incluso cabo de alimentação, voltagem 110.

Macapá – AP, 30 de abril de 2024.

SILVANA VEDOVELLI
Secretária de Estado da Saúde do Amapá
Decreto nº 001/2023-GEA



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
GABINETE DE ATENÇÃO À SAÚDE

INGRIDE LIMA DOS REIS

Assessora Técnica do Gabinete de Atenção à Saúde

ZULMIRA TAYNÁ SILVA CAVALCANTE

Assessora Técnica do Gabinete de Atenção à Saúde

PE 039/2024 RESPOSTA DO ÓRGÃO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



De <licita20@scl.ap.gov.br>
Para <licita.nextmedical@gmail.com>
Data 2024-05-07 13:13

 02.RESPOSTA DO ÓRGÃO-EMPRESA NEX MEDICAL.pdf (~1,2 MB)

Senhor licitante, encaminho-vos em anexo a resposta do órgão quanto ao pedido de esclarecimento.

Por gentileza, acusar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Kleber Rabelo
Pregoeiro – SECCOMPRAS
Decreto nº 2818/2024-GEA