

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 39/2024



De

Para

Cópia

Data

Ana Beatriz Higashizima <ahigashizima@prolife.com.br>

licita20@scl.ap.gov.br <licita20@scl.ap.gov.br>, coordlicit@scl.ap.gov.br <coordlicit@scl.ap.gov.br>

Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>, Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>

2024-04-30 13:32

Boa tarde!
Prezados,

Segue pedido de esclarecimento.
Ref.: PE 39/2024 – ITEM 9 – MONITOR MULTIPARAMETROS
No descritivo técnico é solicitado: “acessórios completo com cabos e sensores, uso de neonatal a adulto”, porém o monitor solicitado possui de parâmetros não aplicáveis a pacientes neonatal. Dessa forma, por favor, nos enviar uma listagem dos acessórios que devem acompanhar o equipamento.

Aguardo retorno,
Atenciosamente,



Ana Beatriz Tiemi Higashizima
Engenheira Biomédica - Especialista de Produtos Licitação

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.
Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini
37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil
Tel.:0800 606 4698
www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.
Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).
Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.
If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
GABINETE DE ATENÇÃO À SAÚDE

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2024 SCL / AP

PROCESSO SIGA N° 00002/SESA/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A RADIOTERAPIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE.

DATA: 07/05/2024

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO EDITAL – PE 039/2024 SCL / AP

Trata-se de pedido de esclarecimento impetrado pela Empresa **ProLife Equipamentos Médicos Ltda**, localizado na Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini 37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil Tel.:0800 606 4698 www.prolife.com.br .

A impetrante solicita esclarecimentos, conforme passamos a expor:

1. No descritivo técnico é solicitado: “acessórios completo com cabos e sensores, uso de neonatal a adulto”, porém o monitor solicitado possui de parâmetros não aplicáveis a pacientes neonatal. Dessa forma, por favor, nos enviar uma listagem dos acessórios que devem acompanhar o equipamento.

Informamos que:

A empresa deve ofertar os seguintes acessórios:

01 cabo de alimentação para rede elétrica segundo padrões abnt;
Bateria interna com duração de no mínimo 60 min;
Monitoração de ecg;
Cabo (cabo e pré-cabo) de ecg com 5 vias, padrão de cores iec1 (europeu), padrão uti;
Monitoração de pressão não-invasiva;
Mangueira para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito);
Manguito reutilizável para uso em paciente adulto;
Manguito reutilizável para uso em paciente pediátrica/adulto;
Manguito reutilizável para uso em paciente pediátrica/pequeno;
05 manguitos descartáveis de cada tamanho (tam3, tam4, tam5) para pacientes neonatais;
Oximetria de pulso;





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
GABINETE DE ATENÇÃO À SAÚDE

01 sensor reutilizável (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, "tipo clip" original;
01 sensor reutilizável (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal/pediátrico, "tipo y" original;
Pressão invasiva (2 canais).

Sem mais para o momento, fico à disposição para maiores esclarecimentos, caso necessário.

Atenciosamente,

CARLOS ANDRÉ OEIRAS SENA
Secretário Adjunto de Assistência Hospitalar
Decreto: 2387/2024

INGRIDE LIMA DOS REIS
Assessora Técnica do Gabinete de Atenção à Saúde

ZULMIRA TAYNÁ SILVA CAVALCANTE
Assessora Técnica do Gabinete de Atenção à Saúde

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024 SCL / AP



PE 039/2024 RESPOSTA DO ÓRGÃO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



De <licita20@scl.ap.gov.br>
Para <ahigashizima@prolife.com.br>
Data 2024-05-07 19:45

02- RESPOSTA DO ÓRGÃO-EMPRESA PROLIFE.pdf (~744 KB)

Senhor licitante, encaminho-vos em anexo a resposta do órgão quanto ao pedido de esclarecimento.

Por gentileza, acusar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Kleber Rabelo
Pregoeiro – SECCOMPRAS
Decreto nº 2818/2024-GEA