

## **1 - Itens da Licitação**

**Descrição Detalhada:** Medidor De Radiação Tipo: Medidor De Luz Ultravioleta, Padrão: Profissional, Modelo: Com Display, Faixa Espectral: 290 A 390nm, Precisão:  $\pm 4\%$  F.E., Alimentação: Bateria De 9v, Características Adicionais: Sonda Foto-Sensora Separada Do Aparelho

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (3)

**Descrição Detalhada:** Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 60M, Diâmetro: 0,53MM, Aplicação: Cromatografia Gasosa, Espessura Filme: 3MICROM, Temperatura Máxima Trabalho: 20°C A 260°C

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

<b>Critério de Valor:</b>	<b>Valor Estimado</b>
---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (2)