



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
Secretaria Municipal de Saúde
Endereço: Rua Dr. Cristiano Otoni, nº555
E-mail: smscompras@pedroleopoldo.mg.gov.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DEMANDA (DFD)

1. Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de SAÚDE

2. Responsável pela Demanda:

O Secretário Municipal: Leonardo Cardoso de Barros

Será ainda responsável pela demanda o seguinte servidor:

Rômulo Morato do Santos - Diretor de Planejamento e Gestão em Saúde

3. Objeto:

adesão da ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CISREC, para aquisição de camas hospitalares tipo fawler elétrica luxo.

- () Serviço não continuado
() Serviço continuado
() Material de consumo não continuado
() Material de consumo / fornecimento continuado
(x) Material permanente / equipamento
() Locação

4. Forma de Contratação sugerida:

- (X) Lei n.º 14.133/2021: (especificar a modalidade)
() Pregão
() Concorrência
() Concurso
() Leilão
() Diálogo Competitivo
() Adesão a Ata

Possíveis Procedimentos Auxiliares previstos na Nova Lei de Licitações:

- () Credenciamento.
() Sistema de Registro de Preços.
() Registro Cadastral.
() Pré-qualificação.
() Procedimento de Manifestação de Interesse.

Outros Procedimentos previstos na Legislação


- () Dispensa
() Inexigibilidade

4. Justificativa da necessidade da Contratação da solução, considerando o Plano Anual de Contratações

Melhoria das instalações do Hospital Municipal Francisco Gonçalves e Pronto Atendimento Lagoa diante a inadequação, desgaste e deterioração das camas atuais. Esta aquisição visa proporcionar um ambiente harmonioso, confortável e funcional para o atendimento de pacientes e o trabalho dos profissionais de saúde, sendo um dos elementos fundamentais para efetiva implementação de ações e atendimentos capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população do Município de Pedro Leopoldo/MG.

6. Quantidade e unidade do serviço a ser prestado, quando for o caso

Os quantitativos previstos para esta adesão encontram-se devidamente justificados no ETP, considerando a necessidade apurada no





planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantitativo previstos para a aquisição de camas hospitalares fawler elétrica luxo:

O mesmo se encontra no ANEXO I deste DFD.

7. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual

Até 01/05/2025

8. Créditos Orçamentários

8.1. Valor estimado da contratação: R\$ 1.248.000,00 (Um milhão, duzentos e quarenta e oito mil reais)

8.2. Plano Orçamentário:

8.3. Há recursos ordinários (x) Sim () Não

8.4. Há Recursos Federais (x) Sim () Não

8.5. Há Recursos Estaduais (x) Sim () Não

8.6. Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Saúde

Ficha: 381	Dotação: 02.08.02.10.302.0014.2243.4.4.90.52.00	Fonte:1601
Ficha: 381	Dotação: 02.08.02.10.302.0014.2243.4.4.90.52.00	Fonte:1621
Ficha: 320	Dotação: 02.08.01.10.122.0014.2176.4.4.90.52.00	Fonte: 1500

9. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de Planejamento

9.1. Gestores do Contrato/ Responsáveis pelo Planejamento Anual na Secretaria

Leonardo Cardoso de Barros

9.2. Fiscais da Ata/ Contrato - Administrativo e Técnico

Rômulo Morato dos Santos - Silmar Cardel Pereira

Pedro Leopoldo, 10 de março de 2025

Submeto à avaliação.

Marcelle Cristiane Rodrigues Fonseca
Assistente Administrativo II
Responsável pela elaboração do documento

Rômulo Morato dos Santos
Diretor de Gestão e Planejamento
Fiscal Administrativo do Contrato

Silmar Cardel Pereira
Diretor do Hospital Municipal Francisco Gonçalves
Fiscal Técnico do Contrato

De acordo.

Leonardo Cardoso de Barros
Secretário Municipal de Saúde





Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
Secretaria Municipal de Saúde
Endereço: Rua Dr. Cristiano Otoni, nº555
E-mail: smscompras@pedroleopoldo.mg.gov.br

Gestor do Contrato

Anexo I do DFD

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
02	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA LUXO: CAMA FAWLER ELETRICA TRENDELEMBURG CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CABECEIRA E PESEIRA: FABRICADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DISPOSTAS DE SISTEMA DE ACESSO RÁPIDO AO PACIENTE (SARP), ATRAVÉS DE ARTICULAÇÃO VERTICAL COM USO DE GUIAS LINEARES ESPECIAIS, BASE: RECUADA, CONSTRUÍDA EM METALON DE AÇO CARBONO RETANGULAR; 50 X 30 X 2,0 MM, REVESTIDA POR CARENAGEM TERMO CONFORMADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTRADO: CONSTRUÍDO EM METALON DE AÇO CARBONO RETANGULAR; 50 X 30 X 2,0 MM. LEITO: ARTICULADO EM 4 SEÇÕES, COM ESTRUTURA RÍGIDA EM CHAPA DE AÇO PERFURADO DE 2,0 MM. GRADES LATERAIS: DOIS PARES DE GRADES LATERAIS, SENDO UM PAR NO DORSO E UM PAR NA PERNA, DE ATUAÇÃO INDEPENDENTE, INJETADAS EM POLIETILENO, FIXADOS À CAMA, COM SISTEMA RETRÁTIL, PERMITINDO QUE FIQUEM ACIMA E ABAIXO DO LEITO. DISPLAY COM INDICAÇÃO DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO FIXADO NAS LATERAIS DO DORSO E DO LEITO. MOVIMENTOS: OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO DE PERNAS, VASCULAR, CARDÍACO, ELEVÇÃO DE LEITO, TRENDELEMBURG E PROCLIVE COMANDADOS POR MOTORES, DOTADOS DE FIM DE CURSO E BLINDADOS, PARA PROTEÇÃO, TENSÃO PRINCIPAL BIVOLT, 50/60 HZ, COM UNIDADES DE BATERIA DE TENSÃO 24 V, CORRENTE 10A, RECARREGÁVEIS. ACIONAMENTO: POR TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES (LADO INTERNO E EXTERNO) E NA PESEIRA. SUPERVISOR PARA GERENCIAMENTO DAS FUNÇÕES DA CAMA NA PESEIRA COM SISTEMA DE BLOQUEIO DOS CONTROLES DAS GRADES, COM SISTEMA DE CPR ELETRÔNICO RETORNANDO A CAMA À POSIÇÃO HORIZONTAL. CPR MECÂNICO: ALAVANCA LATERAL, SISTEMA DE EMERGÊNCIA COM ACIONAMENTO MECÂNICO DO DORSO, DESTRAVANDO O MOTOR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ABDOMINAL: AFASTAMENTO ENTRE O DORSO E O ASSENTO FIXO NO MOMENTO DA ELEVÇÃO DO DORSO, MELHORANDO	60	R\$ 20.800,00	R\$ 1.248.000,00





Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
Secretaria Municipal de Saúde
Endereço: Rua Dr. Cristiano Otoni, nº555
E-mail: smscompras@pedroleopoldo.mg.gov.br

A ERGONOMIA DO PACIENTE E AUXILIANDO A PREVENÇÃO DE ESCARAS, CPR E TRENDELEMBURG COM UM ÚNICO TOQUE DE COMANDO. INDICADOR LUMINOSO NA MEMBRANA SUPERVISORA PARA ILUMINAÇÃO NOTURNA. PARA-CHOQUE: PARACHOQUES FIXADOS ÀS EXTREMIDADES PARA PROTEÇÃO CONTRA DANOS POR CHOQUES EM PAREDES E/OU OUTROS MÓVEIS. RODÍZIOS: RODÍZIOS DE 150 MM DE DIÂMETRO COM BANDA DE RODAGEM CONDUTIVA EM POLIURETANO ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE: 180 KG. DIMENSÕES— EXTERNAS: 2,13 X 1,05 M (± 0,15 M)— INTERNAS: 1,90 X 0,90 M (± 0,15 M)— ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 0,30 M (± 0,5 M)— ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 0,80 M (± 0,5 M).			
VALOR TOTAL: R\$ 1.248.000,00 (Um milhão, duzentos e quarenta e oito mil reais)			

