

4ª ATA DA COMISSÃO TÉCNICA – JULGAMENTO DOS PROSPECTO/FICHA TÉCNICA

Processo Licitatório nº 013/2025

Pregão Eletrônico nº 012/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia 04 de julho de 2025, às 13h, de forma presencial a COMISSÃO TÉCNICA DE ODONTÓLOGOS, constituída pela Resolução nº 28/2021, para início da análise e julgamento das propostas enviadas pelos proponentes declarados arrematantes até o presente momento.

Inicialmente procedeu-se à conferência detalhada dos descritivos dos itens, bem como das marcas e modelos através da plataforma eletrônica do Portal de Compras Públicas, conforme demonstrado a seguir:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0021	UND	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DE CÁRIES, RESTAURAÇÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FORMA ERGONÔMICA E COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ENCAIXE BORDEN, SPRAY TRIPLO, VELOCIDADE MÁXIMA DE 450 RPM, FIXAÇÃO DA BROCA FG COM SISTEMAS ACA-BROCA, PRESSÃO DE AR 32LBS, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO E AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, ASSIM COM O TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.	NEOLAB/ NEOLAB MOD.CX207- W-TP	Diligencia. Solicitar declaração, devidamente assinada de modo digital, que possui sistema de fixação de broca tipo “saca brocas”.
0049	UND	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ OU SISTEMA PRENDO-GRAV, DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. FIXO EM PAREDE. ALTA LUMINOSIDADE POR LED, SEM ÁREA DE SOMBRA.VISOR COM SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO-PSAI. ÁREA VISÍVEL MÍNIMA: 45X60CM. DIMENSÃO DO PRODUTO:70X50X10CM (CX LXA). ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	OLIMEDIC/ OLIMEDIC MOD. OLI 140	Reprovado. O prospecto/ficha técnica apresentado não atende as características técnicas quanto a iluminação por led e visor de poliestireno.

		POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.		
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0007	UND	BOMBA A VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA. POTÊNCIA DE 01HP, PERMITINDO OPERAR 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE.VÁCUO DE 600MMHG; VAZÃO DE AR ATÉ 460L/MIN, ABAFADOR DE RUÍDO ALTAMENTE EFICIENTE; FILTRO DE ENTRADA DA SUÇÃO DE FÁCIL REMOÇÃO E LIMPEZA; DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM DA ENTRADA DE ÁGUA COM FILTRO PARA MICRO PARTÍCULAS E TELA; CONSUMO DE ÁGUA ATÉ 400ML/ MINUTO. ALIMENTAÇÃO: FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, TENSÃO DO COMANDO 24V, ROTAÇÃO 3500RPM, 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12(DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.	KONDENTEC H /KONDEN PUMP 4/ KONDENTEC H /KONDEN PUMP 4	Reprovado. Não cumpriu com a diligência solicitada da segunda ata de análise da Comissão Técnica referente as informações sobre a vazão de ar, vácuo, consumo de água, rotação e frequência quanto as características técnicas complementares.
DENTAL ALTA MOGIANA COM. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0006	UND	BOMBA À VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA ATÉ 02 CONSULTÓRIOS; COM FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DABOMBA; PROTETOR TÉRMICO CONTRAVARIAÇÕES DE TENSÃO NA REDE EXTERNA. POTÊNCIA DE 0,5HP; VÁCUO DE 275 MMHG; VAZÃO DE AR DE120L/MIN; BAIXO RUÍDO, ATÉ 80 DECIBÉIS. FREQUÊNCIA 50/60HZ, RPM 3550, COR BRANCA. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.	DABI ATLANTE/AL LIAGE/ CICLONE 1HP	Reprovado. O prospecto/ficha técnica apresentado não atende as características técnicas quanto as características de RPM na voltagem 220V e bivolt.
F5 DISTRIBUIDORA LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0024	UND	CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DA BROCA ATRAVÉS DE TRAVA, SPRAY EXTERNO, UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL. A	Neolab/ contra angulo	Reprovado. O prospecto/ficha técnica apresentado não atende as características técnicas quanto a característica que ultrapassam velocidade máxima.

		MARCA APRESENTADA DEVE SER COMPATÍVEL COM O ITEM 23 (MICROMOTOR).		
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0037	UND	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO PARA USO ODONTOLÓGICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA DE 1200MW/CM2. 03 MODOS DE OPERAÇÃO: GRADUAL (RAMPA), CONTÍNUO E PULSANTE SELECIONÁVEIS NA PRÓPRIA CANETA, PRÉ PROGRAMADO DE 05 A 40 SEGUNDOS. SISTEMA A LED, COM EMISSÃO DE LUZ FRIA (AZUL); COM FAIXA DE LUZ NO ESPECTRO DE 420NM À 480NM. PONTEIRA CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA. CANETA COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.	KONDENTEC H/LED 6 / KONDENTEC H/LED 6	Reprovado. O prospecto/ficha técnica anexado não atende as características técnicas no que ultrapassa a faixa de espectro de luz e não possui a pré programação de 05 a 40 segundos.
MHM DO COUTO - COMERCIAL ME				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0001	UND	APARELHO ODONTOLÓGICO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO COM RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE ACOPLÁVEL E REMOVÍVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO, BOMBA PERISTÁLTICA, TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM DE 32.000HZ, POTÊNCIA DE 60VA. ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. DEVERÁ POSSUIR CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED. RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO E ILUMINAÇÃO INTERNA, COM AJUSTE DE FLUXO DE ÁGUA E AR. TODAS AS PEÇAS DE MÃO DEVEM SER REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.	SCHUSTER / SCHUSTER EQUIPAMENT OS / Jetlax Sonic BP II LED	Aprovado.
K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0020	UND	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DE CÁRIES, RESTAURAÇÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, COMAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DA CABEÇA DE NO MÁXIMO 12,1MM DE DIÂMETRO, FORMA ERGONÔMICA E COM BAIXO	Khalkos/ KS-108L	Reprovado. O prospecto/ficha técnica apresentado não atende as características técnicas quanto a característica que ultrapassam

		NÍVEL DE RUÍDO, EXTRA TORQUE. ENCAIXE BORDEN, SPRAY TRIPLO, VELOCIDADE MÁXIMA DE 360.000 A 420.000 RPM, TORQUE MÍNIMO: 0,13 NCM, FIXAÇÃO DA BROCA FG COM SISTEMA PUSH BUTTON COM ILUMINAÇÃO POR LED, PRESSÃO DE 32LBS, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO E AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, ASSIM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.		velocidade máxima.
VS COSTA E CIA LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0019	UND	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DE CÁRIES, RESTAURAÇÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DA CABEÇA DE NO MÁXIMO 12,1MM DE DIÂMETRO COM FORMA ERGONÔMICA E COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, EXTRA TORQUE. ENCAIXE BORDEN, SPRAY QUADRUPLO, ROLAMENTOS EM CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA DE 360.000 A 420.000 RPM, TORQUE MÍNIMO: 0,13 NCM, FIXAÇÃO DA BROCA FG COM SISTEMA PUSH BUTTON, PRESSÃO DE 32LBS, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO E AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, ASSIM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.	DentflexImpact 4S PB 10427100019/ DentflexImpact 4S PB 10427100019	Aprovado.
0022	UND	KIT CONTENDO: 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, SPRAY TRIPLO, ROLAMENTO DE CERÂMICA, ACOPLAMENTO BORDEN, SISTEMA DE TROCA BROCA: PUSHBUTTON (PB), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ROTAÇÃO MÁXIMA: 420.000 RPM. TORQUE MÍNIMO: 0,13 NCM, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; 01 CONTRA-ÂNGULO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, COM GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRA. SPRAY EXTERNO, ENCAIXE INTRA UNIVERSAL, MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM. 01 MICRO- MOTOR ACOPLAMENTO BORDEN INTRA. SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. ENCAIXE INTRA UNIVERSAL: FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C; 01 PEÇA RETA. SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA, SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C, ACOPLAMENTO BORDEN. MÍNIMO DE 5.000 RPM- MÁXIMO DE	Dentflex Kit Intra Prime 4 Peças 104271/ Dentflex Kit Intra Prime 4 Peças 104271	Reprovado. O prospecto/ficha técnica apresentado não atende as características técnicas quanto ao contra ângulo na característica de RPM máximo. Micro motor não atende na característica spray interno. Peça reta não atende a característica de refrigeração por condução interna.

		20.000 RPM. EQUIPAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BPF. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.		
0028	UND	PEÇA RETA ODONTOLÓGICA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL METÁLICO COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO, COM DESIGN ERGONÔMICO, LINHAS ARREDONDADAS E RANHURAS ANTIDERRAPANTES. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°. SPRAY DE IRRIGAÇÃO INTERNO. FÁCIL ACOPLAMENTO. SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. DEVE ATINGIR ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20.000 RPM. TRANSMISSÃO 1:1. PESO LÍQUIDO INFERIOR A 50,0 GRAMAS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO. FIXAÇÃO DA BROCA ATRAVÉS DE GIRO DE ANEL. A MARCA APRESENTADA DEVE SER COMPATÍVEL COM O ITEM 23 (MICROMOTOR). POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.	Dentflex PR 01 Prime 1:1 10427100021/ Dentflex PR 01 Prime 1:1 10427100021	Reprovado. O prospecto/ficha técnica apresentado não atende as características técnicas quanto a característica de spray de irrigação interno.

Sendo o que se apresenta para o momento,

ANA PAULA PICCOLI: _____

Odontóloga do município de São José do Cedro/SC

MAIRA FINCATTO ROSADA: _____

Odontóloga do município de São Miguel do Oeste/SC

MONICA REGINA REICHERT FRIEDERICH: _____

Odontóloga do município de Descanso/SC

LUANA CRISTINA GRALOW: _____

Assessora de Programa - Licitações Compartilhada