



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Ponte Nova, 03 de novembro de 2025.

RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROSPECTOS

Proc. N° 124A/2025 – PE N° 066A/2025 Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Com base na análise dos prospectos realizada pela equipe de servidores da SEMSA, apresenta-se a seguir a tabela contendo as respectivas avaliações:

ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA	ANÁLISE
1	Abaixador de madeira para língua	MG MED	Não atende ao edital. Pacote deve conter 500 abaixadores embalados 1 a 1
2	ABD 500ml	DISTRIMIX	Item atende os requisitos previstos no edital (Alvara OK)
3	Água oxigenada 10vol.	MG MED	Não apresentou prospecto
7	Álcool em gel 70% 1.000ml	COFARMINAS	Não atende ao edital, não é álcool em gel.
8	Álcool gel refil 800ml	MG MED	Não apresentou prospecto.
10	Almotolia âmbar 250ml	ALFALAGOS	Item atende aos requisitos previstos no edital
11	Almotolia clara 250ml	ALFALAGOS	Item atende aos requisitos previstos no edital
12	Ambu adulto contendo bolsa com reservatório	MG FLEX	Item atende aos requisitos previstos no edital
13	Ambu infantil contendo bolsa com reservatório	MG FLEX	Item atende aos requisitos previstos no edital



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

18	Bacia redonda em inox	MATERIAL HOSPITALAR	Item atende aos requisitos previstos no edital
19	Bandeja em aço inox 30cm x 20cm x 1,5cm aprox.	MG FLEX	Item atende aos requisitos previstos no edital
20	Bateria de lítio CR 2032	MÓVEIS E SERVIÇOS	Não atende ao edital, não aponta autonomia suficiente para 1.000 testes de glicemia capilar
23	Braçadeira adulto para aparelho de pressão	MINAS FOR	Item não atende os requisitos previstos no edital, pois os componentes são frágeis, de baixa durabilidade para uso em serviços de alta complexidade e com rotina intensa. Marca já testada pela equipe de saúde.
24	Braçadeira infantil para aparelho de pressão (PREMIUM)	MINAS FOR	Item não atende os requisitos previstos no edital, pois os componentes são frágeis, de baixa durabilidade para uso em serviços de alta complexidade e com rotina intensa. Marca já testada pela equipe de saúde.
25	Braçadeira obeso em nylon para aparelho de pressão (PREMIUM)	MINAS FOR	Item não atende os requisitos previstos no edital, pois os componentes são frágeis, de baixa durabilidade para uso em serviços de alta complexidade e com rotina intensa. Marca já testada pela equipe de saúde.



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

28	Cabo para aparelho de eletro estimulação	MG MED	Não apresentou prospecto
29	Caixa Térmica 5 Litros Com Termômetro Digital	CRM DISTRIBUIDORA	Item atende os requisitos previstos no edital
30	Câmara inalação valvulada adulto	INOVAMED	Item atende aos requisitos previstos no edital
31	Câmara inalação valvulada infantil	RS MED	Empresa enviou apenas instrução de uso, sem o catálogo não tem como avaliar o item.
41	Cateter nasal tipo óculos infantil	ALFALAGOS	Não atende o edital, falta informações no catálogo, como detalhes da esterilização, se é embalado individualmente em saco plástico, entre outras.
45	Cloreto de sódio 0,9% - ampola 10ml	INOVAMED	Item atende aos requisitos previstos no edital
47	Colar cervical retrátil tam. G	MG FLEX	Item atende aos requisitos previstos no edital
48	Colar cervical retrátil tam. M	MG FLEX	Item atende aos requisitos previstos no edital
49	Colar cervical retrátil tam. P	MG FLEX	Item atende aos requisitos previstos no edital
52	Coletor de urina infantil feminino	MINAS FOR	Item atende aos requisitos previstos no edital
53	Coletor de urina infantil masculino	MINAS FOR	Item atende aos requisitos previstos no edital
54	Coletor de urina sistema aberto 1.200ml	ALFALAGOS	Não tem catálogo, foi enviado pela empresa documento de instrução/manual de uso.



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

55	Coletor de urina sistema fechado	SOMA	Item atende aos requisitos previstos no edital
56	Comadre inox	DELTA	Item atende aos requisitos previstos no edital
59	Cuba rim em aço inox	ENDOGERAIS	Item atende os requisitos previstos no edital (Alvara OK)
60	Curativo para estancamento de sangue	DOMINUS	Item atende aos requisitos previstos no edital
64	Eletrodo precordial adulto completo	DELTA	Item atende aos requisitos previstos no edital
68	Equipo para soro microgotas com injetor lateral	MG MED	Não apresentou prospecto
69	Escova cervical estéril	DOMINUS	Item atende aos requisitos previstos no edital
79	Fita cirúrgica microporosa	MG FLEX	Item atende aos requisitos previstos no edital
80	Fita para autoclave	SOMA	Item atende aos requisitos previstos no edital
81	Formol líquido 10%	MG FLEX	Item não atende aos requisitos previstos no edital, pois foi solicitado concentração de 10% e foi apresentado de 80%
82	Gaze Tipo Queijo 91cm x 91m - 11 Fios	SOMA	Não atende ao edital, a gramatura não exata aproximadamente ao peso solicitado de 1500g.
84	Gel p/ transmissão ultrassônica 100g	ALFALAGOS	Item atende aos requisitos previstos no edital



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

85	Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido De 200ml 12x7x2,9cm	MÓVEIS E SERVIÇOS	Item atende aos requisitos previstos no edital
86	Hipoclorito de sódio 1%	ALFALAGOS	Item atende aos requisitos previstos no edital
87	Imobilizador de cabeça tipo Head Block	DELTA	Item atende aos requisitos previstos no edital
88	Indicador biológico	DELTA	Item atende aos requisitos previstos no edital
90	Kit de nebulização de oxigênio adulto	DOMINUS	Item atende aos requisitos previstos no edital
91	Kit de nebulização de oxigênio infantil	DOMINUS	Item atende aos requisitos previstos no edital
94	Lâmina p/ bisturi nº 15	SOMA	Não tem prospecto
95	Lâmina p/ bisturi nº 21	SOMA	Não tem prospecto
97	Lixeira Hospitalar de Pedal Branca 15L Adesivo Infectante	CRM DISTRIBUIDORA	Não atende o edital, falta informações no catálogo sobre adesivo indicativo de descarte de material Infectante
98	Lixeira Hospitalar de Pedal Branca 25L Adesivo Infectante	CRM DISTRIBUIDORA	Não atende o edital, falta informações no catálogo sobre adesivo indicativo de descarte de material Infectante
104	Luva cirúrgica descartável 6.0	MG MED	Não atende ao edital. Não tem o tamanho 6.0
105	Luva de procedimento G	MG FLEX	Item atende aos requisitos previstos no edital
106	Luva de procedimento M	MG FLEX	Item atende aos requisitos previstos no edital
107	Luva de procedimento P	MG FLEX	Item atende aos requisitos previstos no edital



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

108	Luva de procedimento extra P	MG FLEX	Item atende aos requisitos previstos no edital
112	Máscara de proteção classe PFF2/N95 sem válvula	M TESTA	Não atende o edital, que foi solicitado uma performance maior que 99%.
113	Máscara facial cirúrgica descartável	M TESTA	Não atende o edital, que foi solicitado o material de Polipropileno. Outros materiais causam irritação
119	Óculos de segurança	CRM DISTRIBUIDORA	Não tem catálogo
120	Oliva	MG MED	Atende ao edital
122	Oxímetro	MG MED	Não tem prospecto
123	Papagaio inox	MATERIAL HOSPITALAR	Item atende os requisitos previstos no edital
125	Papel lençol 70cm x 50 metros de comprimento	SNOP	Item atende os requisitos previstos no edital (Alvara OK)
126	Papel para E.C. G. 216mm x 30m	CRM DISTRIBUIDORA	Não atende o edital, falta informações no catálogo sobre ser compatível com o aparelho Cardiocare 2000 da Marca Bionet
128	Pilha Alcalina C. Pilha	TREDE CENTER	Item atende os requisitos previstos no edital (Alvara OK)
129	Pilha Palito Alcalina AAA	MG MED	Atende ao edital
130	Pilha Pequena Alcalina AA	WAGNER	Não atende o edital, foi solicitado pilha não recarregável
132	Pinça dissecação anatômica 14cm	ORION	Item atende os requisitos previstos no edital
137	Porta filtro reutilizável	MG MED	Não atende ao edital. Não tem dimensões, não fala se é



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

			compatível com o aparelho CareFusion Microlab 3500
140	Preservativo não lubrificado 52mm	MG FLEX	Item atende aos requisitos previstos no edital
144	Recipiente de papelão 13lts	COFARMINAS	Atende ao edital
145	Recipiente de papelão 20lts	COFARMINAS	Atende ao edital
147	Sabonete líquido neutro refil 800ml	MINAS FOR	Item atende aos requisitos previstos no edital
148	Saboneteira c/ reservatório 800ml	MINAS FOR	Item atende aos requisitos previstos no edital
156	Seringa descartável 60ml s/ agulha	ALFALAGOS	Item atende aos requisitos previstos no edital
158	Sonda de foley nº 14	MG MED	Não tem prospecto
161	Sonda endotraqueal c/ bl 3,0	MG MED	Não tem prospecto
162	Sonda endotraqueal c/ bl 4,0	MG MED	Não tem prospecto
167	Sonda nasogástrica longa nº 10	SOMA	Não apresenta prospecto com informações sobre o produto como solicitado no edital, se é confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente.
169	Sonda nasogástrica longa nº 14	SOMA	Não apresenta prospecto com informações sobre o produto como solicitado no edital, se é confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente.



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

170	Sonda uroginecológica	MINAS FOR	Item não fornece informações da marca e compatibilidade com a marca Perina Biofeedback Quark.
171	Suporte para Perfuro cortante 1,5 L	MINAS FOR	Item atende os requisitos previstos no edital
174	Tala moldável tamanho “G”	MG FLEX	Item atende os requisitos previstos no edital
175	Tala moldável tamanho “M”	MG FLEX	Item atende os requisitos previstos no edital
176	Tala moldável tamanho “P”	DELTA	Item atende aos requisitos previstos no edital
177	Termômetro clínico digital	MG FLEX	Item não atende, pois não possui utilização nos métodos oral e retal, conforme solicitado no edital.
179	Termômetro digital para máxima e mínima	MG MED	Não atende ao edital. Não informa a temperatura mínima e máxima.
181	Tesoura Íris curva	ORION	Item atende os requisitos previstos no edital
182	Tesoura Íris gengiva reta	ORION	Item atende os requisitos previstos no edital
183	Teste químico Bowie & Dick	SANTALMAS	Item atende os requisitos previstos no edital (Alvara OK)
184	Touca turbante descartável	SOMA	Não atende ao edital, não tem prospecto, não fala da gramatura de 30g, se tem elástico, em polipropileno.



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

185	Tubo de látex nº 203	DELTA	Item atende aos requisitos previstos no edital
188	Umidificador de oxigênio	APICE	Item atende os requisitos previstos no edital (Alvara OK)
189	Válvula para aparelho de pressão de deflação	MINAS FOR	Item não atende os requisitos previstos no edital, pois os componentes são frágeis, de baixa durabilidade para uso em serviços de alta complexidade e com rotina intensa. Item já testado pela equipe de saúde.



Itens reprovados

Marina Bellico Coelho Faraci
Chefe de Departamento de Rede Assistencial

Rodrigo Castro Silva
Chefe de Departamento de Atenção Primária

Gerson Moreira Barbosa
Farmacêutico

Fernanda Rosmaninho Possato
Enfermeira – PSF Juquinha Lana



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1E76-7949-A9A3-4677

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARINA BELLICO COELHO FARACI (CPF 100.XXX.XXX-40) em 04/11/2025 07:38:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GERSON MOREIRA BARBOSA (CPF 052.XXX.XXX-75) em 04/11/2025 07:50:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO CASTRO SILVA (CPF 079.XXX.XXX-61) em 04/11/2025 08:42:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FERNANDA ROSMANINHO POSSATO (CPF 049.XXX.XXX-59) em 04/11/2025 08:42:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/1E76-7949-A9A3-4677>