



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Ponte Nova, 05 de novembro de 2025.

2º RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROSPECTOS

Proc. N° 124A/2025 – PE N° 066A/2025 Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Com base na análise dos prospectos realizada pela equipe de servidores da SEMSA, apresenta-se a seguir a tabela contendo as respectivas avaliações:

ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA	ANÁLISE
4	Agulha Múltipla descartável para Coleta a Vácuo	MED CENTER	Atende os requisitos previstos no edital
14	Aparelho de pressão adulto	GOLDEN	Desclassificado. É um produto que não apresenta robustez para usar no serviço de alta complexidade. Material apresenta fragilidades. O aparelho é aneroide, logo, perde a calibração fácil. Baixa resistência para uso diário repetitivo
15	Aparelho de pressão infantil	MED CENTER	Desclassificado. É um produto que não apresenta robustez para usar no serviço de alta complexidade. Material apresenta fragilidades. O aparelho é aneroide, logo, perde a calibração fácil. Baixa resistência para uso diário repetitivo
16	Aparelho de pressão obeso	MED CENTER	Desclassificado. É um produto que não apresenta robustez para usar no serviço de alta complexidade. Material apresenta fragilidades. O aparelho é aneroide, logo, perde a calibração fácil. Baixa resistência para uso diário repetitivo



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

17	Avental descartável tam. GG- manga longa	PÉROLA	Atende os requisitos previstos no edital
20	Bateria de lítio CR 2032	WAGNER	Atende os requisitos previstos no edital
28	Cabo para aparelho de eletro estimulação	GOLDEN	Não apresentou catálogo
32	Camisola descartável para paciente gramatura mínima 40g	PÉROLA	Não apresentou catálogo
34	Cateter intravenoso 14GA X 1	BELLA MED	Atende os requisitos previstos no edital
35	Cateter intravenoso 16GA X 1	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
36	Cateter intravenoso 18GA X 1	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
37	Cateter intravenoso 20GA X 1	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
38	Cateter intravenoso 22GA X 1	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
39	Cateter intravenoso 24GA X 1	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
40	Cateter nasal tipo óculos adulto	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
42	Cinto de imobilização tipo aranha adulto	DOMINUS	Atende os requisitos previstos no edital
46	Cloreto de Sódio 0,9%	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
50	Coletor de fezes 50ml	BELLA MED	Atende os requisitos previstos no edital
57	Compressa cirúrgica 50cm x 45cm	MED CENTER	Atende os requisitos previstos no edital
58	Cortador de comprimidos	GOLDEN	Não apresentou catálogo
61	Detergente enzimático 5 enzimas	MED CENTER	Atende os requisitos previstos no edital
72	Espéculo descartável tamanho M	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
73	Espéculo descartável tamanho G	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
74	Espéculo descartável tamanho P	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
81	Formol líquido 10%	GOLDEN	Não apresentou catálogo
93	Lâmina p/ bisturi nº 11	MED CENTER	Atende os requisitos previstos no edital
96	Lanceta descartável	MED CENTER	Atende os requisitos previstos no edital



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

97	Lixeira Hospitalar de Pedal Branca 15L Adesivo Infectante	DELTA	Desclassificada. Não possui adesivo indicando descarte de material infectante e não possui capacidade para 15 litros
99	Luva cirúrgica descartável 8.5	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
100	Luva cirúrgica descartável 6.5	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
101	Luva cirúrgica descartável 7.0	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
102	Luva cirúrgica descartável 7.5	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
103	Luva cirúrgica descartável 8.0	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos previstos no edital
121	Otoscópio Adulto /Pediátrico	MED CENTER	Desclassificado. Item apresentado é o mini e tem somente 4 espéculos, sendo que é solicitado 5 espéculos. O otoscópio padrão possui melhor resolução e nitidez
124	Papel grau cirúrgico bobina 300mm x 100m	MED CENTER	Atende os requisitos previstos no edital
126	Papel para E.C. G. 216mm x 30m	DELTA	Atende os requisitos previstos no edital
127	Pêra para aparelho de pressão	MINAS FOR	Atende os requisitos previstos no edital
130	Pilha Pequena Alcalina AA	WAGNER	Atende os requisitos previstos no edital. **Análise retificada conforme e-mail anexo
137	Porta filtro reutilizável	GOLDEN	Não apresentou catálogo.
139	Preservativo 52 mm Lubrificado	GOLDEN	Desclassificado. Catálogo apresenta informações incompletas. Não informa as dimensões do produto.
146	Rolo de etiqueta adesiva 50x30mm para impressora Zebra GC420T	INLABEL	Atende os requisitos previstos no edital
149	Scalp 21G	BELLA MED	Atende os requisitos previstos no edital
150	Scalp 23G	BELLA MED	Atende os requisitos previstos no edital
151	Seringa descartável 1ml agulha	GOLDEN	Desclassificado. Catálogo apresenta informações incompletas. Não informa



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

			se a agulha é removível, haste, cilindro, etc.
157	Seringa Descartável de 10 ml s/ agulha	GOLDEN	Desclassificado. Catálogo apresenta informações incompletas. Não informa se a agulha é removível, haste, cilindro, etc.
163	Sonda endotraqueal c/ bl 5,0	BELLA MED	Atende os requisitos previstos no edital
164	Sonda endotraqueal c/ bl 6,0	BELLA MED	Atende os requisitos previstos no edital
165	Sonda endotraqueal c/ bl 7,0	BELLA MED	Atende os requisitos previstos no edital
166	Sonda endotraqueal c/ bl 7,5	BELLA MED	Atende os requisitos previstos no edital
177	Termômetro clínico digital	DELTA	Atende os requisitos previstos no edital
178	Termômetro digital infravermelho	CIRÚRGICA FRATELLI	Desclassificado. O catálogo não apresentou informações que garanta que o equipamento é para atender serviços de saúde (registro ANVISA e validação do INMETRO)
180	Termômetro para caixa de vacina	CIRÚRGICA FRATELLI	Não apresentou catálogo.
190	Válvula reguladora p/ cilindro	DELTA	Atende os requisitos previstos no edital



Itens reprovados

Gerson Moreira Barbosa
Farmacêutico

Fernanda Rosmaninho Possato
Enfermeira – PSF Juquinha Lana



Licitação Comissão <licitacao@pontenova.mg.gov.br>

Re: Questionamento avaliação de catálogo - item 130

1 mensagem

Departamento de Atenção Primária <depatencaoprimaria@pontenova.mg.gov.br>

4 de novembro de 2025 às
15:49

Para: Licitação Comissão <licitacao@pontenova.mg.gov.br>

Boa tarde,

Após nova análise, verificamos que o item de fato atende às especificações do edital, por se tratar de pilha alcalina tipo AA. O catálogo apresentado continha outros modelos, o que ocasionou confusão durante a avaliação inicial e resultou em um equívoco de interpretação.

Dessa forma, retifico a decisão anterior e declaro que o item 130, de responsabilidade da empresa WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO, atende plenamente às exigências do edital.

Atenciosamente,
Rodrigo Castro Silva

Departamento de Atenção Primária à Saúde- Ponte Nova - MG
(31) 3817-1120

Em ter., 4 de nov. de 2025 às 15:01, Licitação Comissão <licitacao@pontenova.mg.gov.br> escreveu:

Prezado, boa tarde!

Segue questionamento do fornecedor 34 - WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO, referente a avaliação do item 130.

" Fornecedor 34
04/11/2025 13:44:46

Boa tarde. Verifiquei que fui desclassificado no lote 130 sob a justificativa de que o produto ofertado seria recarregável. Entretanto, ressalto que o item enviado foi a pilha alcalina AA da marca Elgin, conforme catálogo anexado, que não é recarregável, atendendo integralmente às especificações do edital. Peço, por gentileza, a gentileza de reavaliar a desclassificação, uma vez que o produto ofertado corresponde exatamente ao solicitado."

--

Solicito verificação.

Atenciosamente,

--

Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Ponte Nova
(31) 9 9950-8346

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA ROSMANINHO POSSATO e GERSON MOREIRA BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/8410-B0A0-6ED9-4CF4> e informe o código 8410-B0A0-6ED9-4CF4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8410-B0A0-6ED9-4CF4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FERNANDA ROSMANINHO POSSATO (CPF 049.XXX.XXX-59) em 06/11/2025 08:04:58 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GERSON MOREIRA BARBOSA (CPF 052.XXX.XXX-75) em 06/11/2025 08:55:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/8410-B0A0-6ED9-4CF4>