



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Ponte Nova, 10 de novembro de 2025.

4º RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROSPECTOS

Proc. N° 124A/2025 – PE N° 066A/2025 Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Com base na análise dos prospectos realizada pela equipe de servidores da SEMSA, apresenta-se a seguir a tabela contendo as respectivas avaliações:

ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA	ANÁLISE
1	Abaixador de madeira para língua	MG FLEX	Desclassificado. Não é embalado individualmente
3	Água oxigenada 10vol.	MG FLEX	Atende os requisitos do edital. Marca consultada pela equipe técnica
7	Álcool em gel 70% 1.000ml	GOLDEN	Atende os requisitos do edital. Marca consultada pela equipe técnica
14	Aparelho de pressão adulto	MED CENTER/ ALFALAGOS/ MED CENTER/ CRM DISTRIBUIDORA/ MeE DISTRIBUIDORA/ DISTRIMIX/ APICE	Desclassificado. É um produto que não apresenta robustez para usar no serviço de alta complexidade. Material apresenta fragilidades. O aparelho é aneroide, logo, perde a calibração fácil. Baixa resistência para uso diário repetitivo
15	Aparelho de pressão infantil	GOLDEN/ ALFALAGOS/ DOMINUS/ MeE DISTRIBUIDORA	Desclassificado. É um produto que não apresenta robustez para usar no serviço de alta complexidade. Material apresenta fragilidades. O aparelho é aneroide, logo, perde a calibração fácil. Baixa resistência para uso diário repetitivo
16	Aparelho de pressão obeso	MINAS SAÚDE	Atende os requisitos do edital. Marca consultada pela equipe técnica



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

23	Braçadeira adulto para aparelho de pressão	CIRÚRGICA FRATELLI	Atende os requisitos do edital. Marca consultada pela equipe técnica
24	Braçadeira infantil para aparelho de pressão	CIRÚRGICA FRATELLI	Atende os requisitos do edital. Marca consultada pela equipe técnica
25	Braçadeira obeso em nylon para aparelho de pressão	CIRÚRGICA FRATELLI	Atende os requisitos do edital. Marca consultada pela equipe técnica
28	Cabo para aparelho de eletro estimulação	DELTA	Atende os requisitos do edital. Marca consultada pela equipe técnica
31	Câmara inalação valvulada infantil	MG FLEX	Atende os requisitos do edital. Marca consultada pela equipe técnica
32	Camisola descartável para paciente gramatura mínima 40g	DOMINUS	Atende os requisitos do edital.
41	Cateter nasal tipo óculos infantil	MG FLEX	Atende os requisitos do edital
54	Coletor de urina sistema aberto 1.200ml	COFARMINAS	Atende os requisitos do edital
68	Equipo para soro microgotas com injetor lateral	MG FLEX	Atende os requisitos do edital
75	Estetoscópio simples adulto	CLEAN MED	Desclassificado. Não é o ideal para o nível de exigência de alta complexidade acústica. Baixa durabilidade em rotinas intensas e prolongadas. Oliva desconfortável. Produto já usado pela secretária de saúde
82	Gaze Tipo Queijo 91cm x 91m - 11 Fios	GOLDEN	Desclassificado. O catálogo está incompleto, não fala o peso do produto.
83	Gel p/ transmissão ultrassônica 1kg	BELLA MED	Atende os requisitos do edital. Marca consultada pela equipe técnica
97	Lixeira Hospitalar de Pedal Branca 15L Adesivo Infectante	GOLDEN	Não apresentou catálogo
98	Lixeira Hospitalar de Pedal Branca 25L Adesivo Infectante	MG FLEX	Não apresentou catálogo



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

104	Luva cirúrgica descartável 6.0	BLUT	Desclassificado. Foi solicitado tamanho 6.0 e no catálogo o mínimo apresentado é 6.5
109	Macacão impermeável reaproveitável	MEDSET	Não apresentou catálogo.
109	Macacão impermeável reaproveitável	GOLDEN	Desclassificado. Nível apresentado é tipo 6 e o edital solicita nível 4
112	Máscara de proteção classe PFF2/N95 sem válvula	ALFALAGOS	Atende os requisitos do edital
113	Máscara facial cirúrgica descartável	GOLDEN	Atende os requisitos do edital
116	Nylon 2.0	MeE DISTRIBUIDORA	Atende os requisitos do edital. Marca consultada pela equipe técnica
117	Nylon 3.0	MINAS FOR	Atende os requisitos do edital. Marca consultada pela equipe técnica
118	Nylon 4.0	MED CENTER	Desclassificado. O catálogo apresenta nylon 6.0 e 6.5. O edital solicita nylon 4.0
119	Óculos de segurança	MG FLEX	Atende os requisitos do edital
121	Otoscópio Adulto /Pediátrico	MG FLEX	Desclassificado. Não apresentou catálogo. Em consulta a marca verificou-se que o produto não é recomendado para uso diário intenso e alta complexidade.
139	Preservativo 52 mm Lubrificado	AGL MED	Atende os requisitos do edital
151	Seringa descartável 1ml agulha	EMENALI	Atende os requisitos do edital
157	Seringa Descartável de 10 ml s/ agulha	MED CENTER	Atende os requisitos do edital.
161	Sonda endotraqueal c/ bl 3,0	MG FLEX	Atende os requisitos do edital.
162	Sonda endotraqueal c/ bl 4,0	MG FLEX	Atende os requisitos do edital.
167	Sonda nasogástrica longa nº 10	ALFALAGOS	Atende os requisitos do edital
170	Sonda uroginecológica	GOLDEN	Atende os requisitos do edital.
178	Termômetro digital infravermelho	PÉROLA	Atende os requisitos do edital.
179	Termômetro digital para máxima e mínima	MG FLEX	Desclassificado. Não é certificado para conservação para produtos de saúde



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

180	Termômetro para caixa de vacina	MG FLEX	Desclassificado. Não é certificado para conservação para produtos de saúde
184	Touca turbante descartável	DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA	Não apresentou catálogo
184	Touca turbante descartável	GOLDEN	Desclassificado. Catálogo não informa se o produto tem 30g de gramatura
189	Válvula para aparelho de pressão de deflação	HOLISTICA/ GOLDEN/ CIRURGICA FRATELLI	Desclassificado. Item não atende os requisitos previstos no edital, pois os componentes são frágeis, de baixa durabilidade para uso em serviços de alta complexidade e com rotina intensa. Item já testado pela equipe de saúde



Itens reprovados

Rodrigo Castro Silva
Chefe de Departamento de Atenção Primária

Gerson Moreira Barbosa
Farmacêutico



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2EBA-403D-2F9A-4495

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GERSON MOREIRA BARBOSA (CPF 052.XXX.XXX-75) em 11/11/2025 07:35:57 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RODRIGO CASTRO SILVA (CPF 079.XXX.XXX-61) em 11/11/2025 07:59:58 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2EBA-403D-2F9A-4495>