



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Ponte Nova, 11 de novembro de 2025.

5º RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROSPECTOS

Proc. N° 124A/2025 – PE N° 066A/2025 Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar.

Com base na análise dos prospectos realizada pela equipe de servidores da SEMSA, apresenta-se a seguir a tabela contendo as respectivas avaliações:

ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA	ANÁLISE
1	Abaixador de madeira para língua	VEBRA SOLUÇÕES	Desclassificado. Em consulta ao site do fabricante foi verificado que a marca MEDIX não possui abaixador de língua embalados individualmente.
14	Aparelho de pressão adulto	DELTA	Não apresentou catálogo
15	Aparelho de pressão infantil	VISAMED	Atende os requisitos do edital.
75	Estetoscópio simples adulto	CRM DISTRIBUIDORA/ DISTRIMIX/ YOU CARE/ MEDSET	Desclassificado. Não é o ideal para o nível de exigência de alta complexidade acústica. Baixa durabilidade em rotinas intensas e prolongadas. Oliva desconfortável. Produto já usado pela secretária de saúde
82	Gaze Tipo Queijo 91cm x 91m - 11 Fios	MEDSET/ QUALITY	Não atende ao edital, a gramatura não está aproximada ao peso solicitado de 1500g
92	Lâmina fosca p/ microscópio	MG MED	Atende os requisitos do edital. Marca consultada pela equipe técnica
97	Lixeira Hospitalar de Pedal Branca 15L Adesivo Infectante	GOLDEN/ MULTIMED	Não apresentou catálogo



PREFEITURA DE
PONTE NOVA
CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

98	Lixeira Hospitalar de Pedal Branca 25L Adesivo Infectante	GOLDEN/ MULTIMED	Não apresentou catálogo
104	Luva cirúrgica descartável 6.0	MEDSET	Não apresentou catálogo
109	Macacão impermeável reaproveitável	MG FLEX/MULTIMED/ KASMEDI	Não apresentou catálogo
118	Nylon 4.0	MG FLEX	Não apresentou catálogo
179	Termômetro digital para máxima e mínima	AUTOMX	Não apresentou catálogo
180	Termômetro para caixa de vacina	BEAGA HOSPITALAR/ AUTOMX	Não apresentou catálogo



Itens reprovados

Rodrigo Castro Silva
Chefe de Departamento de Atenção Primária

Gerson Moreira Barbosa
Farmacêutico



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0927-8B2A-17AC-6D21

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GERSON MOREIRA BARBOSA (CPF 052.XXX.XXX-75) em 12/11/2025 13:24:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RODRIGO CASTRO SILVA (CPF 079.XXX.XXX-61) em 12/11/2025 13:25:02 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0927-8B2A-17AC-6D21>